Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA F\Data\BF111615\
Data File : BF082941.D
Acq On : 16 Nov 2015 13:51
Operator : UM/IZ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Nov 17 06:54:38 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF110715.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Nov 17 04:41:30 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	125	0.05
2		1,4-Dioxane	0.555	0.570	-2.7	126	0.09
3		Pyridine	1.609	1.914	-19.0	144	0.13
4		n-Nitrosodimethylamine	0.798	0.812	-1.8	131	0.10
5	S	2-Fluorophenol	1.285	1.272	1.0	122	0.07
6		Aniline	2.399	2.163	9.8	120	0.06
7	S	Phenol-d6	1.709	1.665	2.6	126	0.06
8		2-Chlorophenol	1.425	1.335	6.3	119	0.06
9		Benzaldehyde	0.944	0.871	7.7	110	0.06
10	C	Phenol	1.939	2.162	-11.5	133	0.06
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.450	1.521	-4.9	126	0.06
12		1,3-Dichlorobenzene	1.607	1.484	7.7	115	0.06
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.672	1.627	2.7	134	0.06
14		1,2-Dichlorobenzene	1.521	1.341	11.8	111	0.06
15		Benzyl Alcohol	1.501	1.404	6.5	122	0.06
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	2.127	2.278	-7.1	138	0.06
17		2-Methylphenol	1.207	1.240	-2.7	128	0.06
18		Hexachloroethane	0.598	0.565	5.5	126	0.05
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	1.256	1.189	5.3	122	0.05
20		3+4-Methylphenols	1.569	1.492	4.9	133	0.05
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	126	0.06
22		Acetophenone	0.573	0.536	6.5	128	0.05
23	S	Nitrobenzene-d5	0.460	0.429	6.7	118	0.05
24		Nitrobenzene	0.470	0.474	-0.9	132	0.05
25		Isophorone	0.850	0.846	0.5	130	0.06
26	C	2-Nitrophenol	0.196	0.211	-7.7	124	0.06
27		2,4-Dimethylphenol	0.353	0.327	7.4	122	0.05
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.480	0.501	-4.4	128	0.05
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.319	0.329	-3.1	134	0.06
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.358	0.318	11.2	113	0.05
31		Naphthalene	1.103	0.937	15.0	112	0.06
32		Benzoic acid	0.241	0.213	11.6	109	0.03
33		4-Chloroaniline	0.476	0.488	-2.5	130	0.06
34	C	Hexachlorobutadiene	0.224	0.220	1.8	127	0.06
35		Caprolactam	0.100	0.105	-5.0	125	0.05
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.375	0.339	9.6	117	0.05
37		2-Methylnaphthalene	0.714	0.713	0.1	132	0.06
38	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	132	0.06
39		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.657	0.565	14.0	105	0.05
40	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.353	0.320	9.3	114	0.06
41	S	2,4,6-Tribromophenol	0.229	0.207	9.6	125	0.06
42	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.491	0.453	7.7	126	0.06
43		2,4,5-Trichlorophenol	0.485	0.445	8.2	119	0.06
44	S	2-Fluorobiphenyl	1.395	1.304	6.5	132	0.06

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA F\Data\BF111615\
Data File : BF082941.D
Acq On : 16 Nov 2015 13:51
Operator : UM/IZ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Nov 17 06:54:38 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF110715.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Nov 17 04:41:30 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
45		1,1'-Biphenyl	1.716	1.488	13.3	106	0.05
46		2-Chloronaphthalene	1.339	1.157	13.6	108	0.05
47		2-Nitroaniline	0.497	0.491	1.2	118	0.06
48		Acenaphthylene	2.098	2.038	2.9	132	0.06
49		Dimethylphthalate	1.639	1.448	11.7	128	0.05
50		2,6-Dinitrotoluene	0.350	0.302	13.7	127	0.05
51	C	Acenaphthene	1.330	1.323	0.5	136	0.06
52		3-Nitroaniline	0.385	0.333	13.5	102	0.06
53	P	2,4-Dinitrophenol	0.192	0.178	7.3	105	0.06
54		Dibenzofuran	1.793	1.744	2.7	134	0.06
55	P	4-Nitrophenol	0.295	0.300	-1.7	135	0.06
56		2,4-Dinitrotoluene	0.474	0.428	9.7	132	0.05
57		Fluorene	1.452	1.335	8.1	123	0.06
58		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.396	0.345	12.9	123	0.06
59		Diethylphthalate	1.600	1.396	12.8	117	0.05
60		4-Chlorophenyl-phenylether	0.726	0.609	16.1	116	0.06
61		4-Nitroaniline	0.387	0.352	9.0	125	0.05
62		Azobenzene	1.719	1.729	-0.6	133	0.06
63	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	131	0.06
64		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.142	0.127	10.6	119	0.05
65	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.723	0.704	2.6	127	0.06
66		4-Bromophenyl-phenylether	0.241	0.230	4.6	138	0.06
67		Hexachlorobenzene	0.269	0.257	4.5	137	0.06
68		Atrazine	0.223	0.192	13.9	119	0.05
69	C	Pentachlorophenol	0.163	0.137	16.0	100	0.06
70		Phenanthrene	1.161	1.019	12.2	115	0.06
71		Anthracene	1.223	1.062	13.2	123	0.06
72		Carbazole	1.071	1.055	1.5	127	0.07
73		Di-n-butylphthalate	1.334	1.121	16.0	112	0.06
74	C	Fluoranthene	1.246	1.042	16.4	108	0.06
75	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	110	0.06
76		Benzidine	0.670	0.704	-5.1	110	0.06
77		Pyrene	1.373	1.421	-3.5	118	0.06
78	S	Terphenyl-d14	0.843	0.781	7.4	101	0.06
79		Butylbenzylphthalate	0.607	0.720	-18.6	139	0.06
80		Benzo(a)anthracene	1.251	1.270	-1.5	118	0.07
81		3,3'-Dichlorobenzidine	0.445	0.423	4.9	105	0.06
82		Chrysene	1.146	1.248	-8.9	130	0.07
83		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.831	0.892	-7.3	124	0.06
84	c	Di-n-octyl phthalate	1.385	1.448	-4.5	117	0.07
85		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.987	0.996	-0.9	117	0.14
86	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	120	0.10
87		Benzo(b)fluoranthene	1.284	1.199	6.6	124	0.08

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA F\Data\BF111615\
Data File : BF082941.D
Acq On : 16 Nov 2015 13:51
Operator : UM/IZ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Nov 17 06:54:38 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF110715.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Nov 17 04:41:30 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
88	Benzo(k)fluoranthene	1.139	1.060	6.9	107	0.08
89 C	Benzo(a)pyrene	1.112	1.034	7.0	114	0.09
90	Dibenzo(a,h)anthracene	0.942	0.882	6.4	115	0.14
91	Benzo(g,h,i)perylene	0.902	0.859	4.8	120	0.15

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0