Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF112224\
Data File : BF140564.D
Acq On : 22 Nov 2024 09:20
Operator : RC/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Nov 22 10:52:08 2024
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF112124.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Nov 21 15:23:48 2024
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	92	0.00
2		1,4-Dioxane	0.493	0.481	2.4	90	0.00
3		Pyridine	1.084	1.115	-2.9	86	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	0.637	0.616	3.3	87	0.00
5	S	2-Fluorophenol	1.172	1.136	3.1	89	0.00
6		Aniline	1.091	1.104	-1.2	81	0.00
7	S	Phenol-d6	1.550	1.480	4.5	85	0.00
8		2-Chlorophenol	1.261	1.212	3.9	87	0.00
9		Benzaldehyde	0.820	0.737	10.1	92	0.00
10	C	Phenol	1.583	1.539	2.8	85	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.211	1.155	4.6	85	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	1.417	1.363	3.8	90	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.435	1.373	4.3	89	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	1.344	1.298	3.4	88	0.00
15		Benzyl Alcohol	1.149	1.130	1.7	85	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	1.431	1.379	3.6	87	0.00
17		2-Methylphenol	1.009	0.974	3.5	86	0.00
18		Hexachloroethane	0.536	0.518	3.4	89	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	0.916	0.888	3.1	86	0.00
20		3+4-Methylphenols	1.298	1.249	3.8	85	0.00
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	88	0.00
22		Acetophenone	0.488	0.472	3.3	86	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	0.391	0.381	2.6	86	0.00
24		Nitrobenzene	0.404	0.391	3.2	86	0.00
25		Isophorone	0.652	0.640	1.8	85	0.00
26	C	2-Nitrophenol	0.179	0.176	1.7	86	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	0.214	0.219	-2.3	86	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.397	0.396	0.3	88	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.284	0.281	1.1	88	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.324	0.321	0.9	89	0.00
31		Naphthalene	1.030	1.010	1.9	88	0.00
32		Benzoic acid	0.164	0.183	-11.6	91	0.00
33		4-Chloroaniline	0.308	0.302	1.9	82	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	0.215	0.216	-0.5	90	0.00
35		Caprolactam	0.088	0.087	1.1	85	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.318	0.316	0.6	85	0.00
37		2-Methylnaphthalene	0.654	0.649	0.8	88	0.00
38		1-Methylnaphthalene	0.641	0.635	0.9	88	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	88	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.586	0.573	2.2	90	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.107	0.121	-13.1	93	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	0.214	0.214	0.0	87	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.367	0.365	0.5	88	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	0.399	0.398	0.3	87	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	1.342	1.316	1.9	90	0.00
46		1,1'-Biphenyl	1.493	1.460	2.2	89	0.00
47		2-Chloronaphthalene	1.131	1.105	2.3	88	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF112224\
Data File : BF140564.D
Acq On : 22 Nov 2024 09:20
Operator : RC/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Nov 22 10:52:08 2024
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF112124.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Nov 21 15:23:48 2024
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	0.363	0.355	2.2	85	0.00
49		Acenaphthylene	1.710	1.667	2.5	88	0.00
50		Dimethylphthalate	1.317	1.297	1.5	88	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	0.299	0.295	1.3	86	0.00
52	C	Acenaphthene	1.086	1.062	2.2	88	0.00
53		3-Nitroaniline	0.292	0.286	2.1	84	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	0.122	0.142	-16.4	89	0.00
55		Dibenzofuran	1.657	1.608	3.0	87	0.00
56	P	4-Nitrophenol	0.199	0.195	2.0	83	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	0.397	0.395	0.5	86	0.00
58		Fluorene	1.330	1.293	2.8	88	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.306	0.324	-5.9	91	0.00
60		Diethylphthalate	1.338	1.329	0.7	89	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	0.653	0.646	1.1	89	0.00
62		4-Nitroaniline	0.306	0.301	1.6	85	0.00
63		Azobenzene	1.267	1.240	2.1	88	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	88	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.102	0.114	-11.8	91	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.591	0.578	2.2	88	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	0.206	0.211	-2.4	93	0.00
68		Hexachlorobenzene	0.238	0.238	0.0	90	0.00
69		Atrazine	0.166	0.170	-2.4	107	0.00
70	C	Pentachlorophenol	0.105	0.117	-11.4	89	0.00
71		Phenanthrene	0.961	0.927	3.5	86	0.00
72		Anthracene	0.940	0.929	1.2	88	0.00
73		Carbazole	0.905	0.889	1.8	88	0.00
74		Di-n-butylphthalate	1.044	1.085	-3.9	93	0.00
75	C	Fluoranthene	1.044	1.051	-0.7	91	0.00
76	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	102	0.00
77		Benzidine	0.581	0.584	-0.5	103	0.00
78		Pyrene	1.849	1.694	8.4	93	0.00
79	S	Terphenyl-d14	1.284	1.206	6.1	96	0.00
80		Butylbenzylphthalate	0.666	0.682	-2.4	102	0.00
81		Benzo(a)anthracene	1.324	1.267	4.3	100	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	0.397	0.386	2.8	95	0.00
83		Chrysene	1.211	1.189	1.8	101	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.841	0.931	-10.7	114	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	1.150	1.357	-18.0	122	0.00
86	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	87	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.303	1.194	8.4	80	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	1.256	1.395	-11.1	102	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	1.099	1.080	1.7	85	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	1.021	1.024	-0.3	88	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	1.067	1.005	5.8	82	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	1.089	0.991	9.0	79	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF112224\
Data File : BF140564.D
Acq On : 22 Nov 2024 09:20
Operator : RC/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Nov 22 10:52:08 2024
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF112124.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Nov 21 15:23:48 2024
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0