Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM031723\
Data File : BM039029.D
Acq On : 17 Mar 2023 10:50
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_M
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Mar 18 01:42:37 2023
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\8270-BM030823.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Mar 17 05:25:34 2023
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	104	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	38.174	4.6	97	0.00
3		Pyridine	40.000	40.064	-0.2	99	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	40.002	-0.0	101	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	78.579	1.8	99	0.00
6		Aniline	40.000	39.488	1.3	99	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	78.270	2.2	99	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	38.933	2.7	98	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	36.633	8.4	101	0.00
10	C	Phenol	40.000	38.995	2.5	99	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	38.975	2.6	99	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	38.388	4.0	97	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	38.035	4.9	96	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	38.069	4.8	96	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	40.636	-1.6	101	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	41.216	-3.0	106	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	39.416	1.5	99	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	39.387	1.5	98	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	42.309	-5.8	103	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	39.697	0.8	99	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	106	0.00
22		Acetophenone	40.000	38.394	4.0	98	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	79.955	0.1	101	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	39.532	1.2	101	0.00
25		Isophorone	40.000	41.470	-3.7	104	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	39.241	1.9	107	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	39.397	1.5	99	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	39.901	0.2	102	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	39.512	1.2	99	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	37.107	7.2	96	0.00
31		Naphthalene	40.000	37.886	5.3	97	0.00
32		Benzoic acid	40.000	41.099	-2.7	112	-0.01
33		4-Chloroaniline	40.000	39.387	1.5	99	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	37.570	6.1	97	0.00
35		Caprolactam	40.000	42.566	-6.4	104	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	40.835	-2.1	102	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	38.837	2.9	100	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	38.919	2.7	99	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	108	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	36.220	9.5	96	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	39.473	1.3	102	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	78.813	1.5	101	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	39.037	2.4	99	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	39.011	2.5	99	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	75.368	5.8	99	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	37.810	5.5	100	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	37.348	6.6	98	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM031723\
Data File : BM039029.D
Acq On : 17 Mar 2023 10:50
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_M
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Mar 18 01:42:37 2023
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\8270-BM030823.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Mar 17 05:25:34 2023
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	40.902	-2.3	108	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	38.862	2.8	100	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	39.766	0.6	101	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	38.963	2.6	103	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	38.281	4.3	99	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	39.452	1.4	102	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	41.695	-4.2	113	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	38.098	4.8	99	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	41.468	-3.7	103	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	39.768	0.6	103	0.00
58		Fluorene	40.000	39.066	2.3	99	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	39.528	1.2	99	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	41.620	-4.0	103	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	38.838	2.9	100	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	40.207	-0.5	103	0.00
63		Azobenzene	40.000	42.245	-5.6	104	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	112	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	39.187	2.0	109	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	37.678	5.8	101	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	38.232	4.4	103	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	36.330	9.2	99	0.00
69		Atrazine	40.000	41.471	-3.7	104	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	38.504	3.7	102	0.00
71		Phenanthrene	40.000	37.451	6.4	100	0.00
72		Anthracene	40.000	38.534	3.7	100	0.00
73		Carbazole	40.000	38.858	2.9	99	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	41.769	-4.4	113	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	39.310	1.7	100	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	105	0.00
77		Benzidine	40.000	41.654	-4.1	103	0.00
78		Pyrene	40.000	39.235	1.9	99	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	79.538	0.6	98	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	42.692	-6.7	112	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	39.499	1.3	97	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	43.382	-8.5	106	0.00
83		Chrysene	40.000	38.574	3.6	96	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	44.269	-10.7	112	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	44.871	-12.2	115	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	108	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	38.906	2.7	97	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	38.620	3.5	97	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	37.650	5.9	95	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	39.213	2.0	97	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	38.571	3.6	96	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	38.310	4.2	96	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM031723\
Data File : BM039029.D
Acq On : 17 Mar 2023 10:50
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_M
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Mar 18 01:42:37 2023
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\8270-BM030823.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Mar 17 05:25:34 2023
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0