Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM032921\
Data File : BM029250.D
Acq On : 29 Mar 2021 18:31
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_M
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Mar 29 19:12:48 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\8270-BM032621.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Mar 29 11:14:33 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	84	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	40.770	-1.9	88	0.00
3		Pyridine	40.000	44.349	-10.9	86	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	44.771	-11.9	85	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	82.562	-3.2	86	0.00
6		Aniline	40.000	41.369	-3.4	85	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	83.119	-3.9	85	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	41.024	-2.6	86	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	40.330	-0.8	85	0.00
10	C	Phenol	40.000	41.633	-4.1	86	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	41.590	-4.0	84	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	39.935	0.2	85	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	39.790	0.5	84	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	40.000	0.0	84	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	42.334	-5.8	85	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	43.361	-8.4	89	0.01
17		2-Methylphenol	40.000	41.328	-3.3	84	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	41.802	-4.5	87	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	42.161	-5.4	82	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	41.261	-3.2	82	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	81	0.00
22		Acetophenone	40.000	41.796	-4.5	84	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	85.942	-7.4	85	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	43.139	-7.8	86	0.00
25		Isophorone	40.000	42.935	-7.3	82	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	42.690	-6.7	78	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	41.121	-2.8	81	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	42.276	-5.7	83	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	41.256	-3.1	80	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	40.114	-0.3	82	0.00
31		Naphthalene	40.000	40.961	-2.4	83	0.00
32		Benzoic acid	40.000	38.049	4.9	74	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	42.084	-5.2	82	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	39.239	1.9	81	0.00
35		Caprolactam	40.000	39.360	1.6	78	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	42.367	-5.9	81	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	40.986	-2.5	81	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	41.339	-3.3	82	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	81	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	38.401	4.0	80	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	38.086	4.8	77	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	79.888	0.1	76	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	40.187	-0.5	79	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	40.122	-0.3	79	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	79.298	0.9	82	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	39.473	1.3	81	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	39.335	1.7	81	0.00

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM032921\
Data File : BM029250.D
Acq On : 29 Mar 2021 18:31
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_M
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Mar 29 19:12:48 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\8270-BM032621.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Mar 29 11:14:33 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	40.639	-1.6	84	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	40.802	-2.0	82	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	40.684	-1.7	81	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	41.594	-4.0	80	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	39.888	0.3	81	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	42.680	-6.7	81	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	37.104	7.2	75	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	40.209	-0.5	81	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	40.725	-1.8	79	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	39.024	2.4	80	0.00
58		Fluorene	40.000	41.123	-2.8	82	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	40.461	-1.2	80	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	41.639	-4.1	82	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	39.953	0.1	80	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	40.050	-0.1	82	0.00
63		Azobenzene	40.000	45.286	-13.2	88	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	82	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	37.043	7.4	75	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	40.379	-0.9	81	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	36.117	9.7	73	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	39.227	1.9	80	0.00
69		Atrazine	40.000	42.545	-6.4	81	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	40.700	-1.8	80	0.00
71		Phenanthrene	40.000	41.012	-2.5	83	0.00
72		Anthracene	40.000	41.392	-3.5	83	0.00
73		Carbazole	40.000	42.132	-5.3	84	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	44.640	-11.6	84	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	42.719	-6.8	85	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	87	0.00
77		Benzidine	40.000	39.443	1.4	85	0.00
78		Pyrene	40.000	38.662	3.3	84	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	79.009	1.2	85	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	39.573	1.1	86	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	40.453	-1.1	88	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	40.667	-1.7	84	0.00
83		Chrysene	40.000	39.090	2.3	86	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	42.223	-5.6	92	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	42.395	-6.0	92	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	88	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	41.308	-3.3	89	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	40.389	-1.0	86	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	41.364	-3.4	91	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	41.115	-2.8	88	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	41.344	-3.4	89	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	40.842	-2.1	89	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM032921\
Data File : BM029250.D
Acq On : 29 Mar 2021 18:31
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_M
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Mar 29 19:12:48 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\8270-BM032621.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Mar 29 11:14:33 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0