Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM060921\
Data File : BM030346.D
Acq On : 09 Jun 2021 17:26
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_M
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jun 09 18:52:20 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\8270-BM060921.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jun 08 20:51:08 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	83	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	37.497	6.3	82	0.00
3		Pyridine	40.000	38.054	4.9	81	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	38.112	4.7	83	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	77.618	3.0	84	0.00
6		Aniline	40.000	36.626	8.4	80	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	78.674	1.7	84	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	38.051	4.9	84	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	38.701	3.2	77	0.00
10	C	Phenol	40.000	38.153	4.6	84	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	38.393	4.0	84	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	36.920	7.7	82	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	36.909	7.7	83	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	36.923	7.7	82	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	30.998	22.5	67	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	36.312	9.2	79	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	39.181	2.0	84	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	37.345	6.6	82	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	38.696	3.3	82	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	39.420	1.4	84	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	83	0.00
22		Acetophenone	40.000	38.686	3.3	84	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	76.491	4.4	83	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	36.998	7.5	82	0.00
25		Isophorone	40.000	38.085	4.8	83	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	37.010	7.5	85	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	37.955	5.1	83	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	36.700	8.2	82	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	38.459	3.9	85	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	36.458	8.9	83	0.00
31		Naphthalene	40.000	36.478	8.8	83	0.00
32		Benzoic acid	40.000	36.791	8.0	83	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	36.870	7.8	81	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	36.196	9.5	83	0.00
35		Caprolactam	40.000	39.151	2.1	87	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	39.305	1.7	86	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	37.209	7.0	84	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	36.892	7.8	83	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	85	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	37.178	7.1	85	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	35.946	10.1	82	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	80.708	-0.9	88	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	38.771	3.1	88	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	38.246	4.4	87	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	73.772	7.8	84	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	36.811	8.0	83	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	35.965	10.1	84	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM060921\
Data File : BM030346.D
Acq On : 09 Jun 2021 17:26
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_M
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jun 09 18:52:20 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\8270-BM060921.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jun 08 20:51:08 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	35.891	10.3	85	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	37.087	7.3	84	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	37.478	6.3	86	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	39.228	1.9	88	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	36.690	8.3	85	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	36.173	9.6	87	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	40.550	-1.4	91	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	36.760	8.1	86	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	40.973	-2.4	90	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	38.109	4.7	90	0.00
58		Fluorene	40.000	37.277	6.8	85	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	39.878	0.3	90	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	38.117	4.7	86	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	36.837	7.9	86	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	37.357	6.6	90	0.00
63		Azobenzene	40.000	38.015	5.0	83	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	90	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	39.068	2.3	93	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	35.835	10.4	88	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	32.701	18.2	80	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	35.641	10.9	88	0.00
69		Atrazine	40.000	41.848	-4.6	86	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	41.248	-3.1	95	0.00
71		Phenanthrene	40.000	36.506	8.7	90	0.00
72		Anthracene	40.000	37.345	6.6	90	0.00
73		Carbazole	40.000	38.777	3.1	93	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	40.867	-2.2	91	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	40.115	-0.3	97	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	113	0.00
77		Benzidine	40.000	45.678	-14.2	97	0.01
78		Pyrene	40.000	33.772	15.6	99	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	70.046	12.4	99	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	33.997	15.0	104	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	37.246	6.9	113	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	41.120	-2.8	126	0.00
83		Chrysene	40.000	37.288	6.8	113	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	34.743	13.1	106	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	38.030	4.9	119	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	141	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	39.132	2.2	152	0.01
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	36.627	8.4	133	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	33.979	15.1	131	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	36.898	7.8	138	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	38.872	2.8	150	0.01
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	38.792	3.0	152	0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM060921\
Data File : BM030346.D
Acq On : 09 Jun 2021 17:26
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_M
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Jun 09 18:52:20 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\8270-BM060921.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jun 08 20:51:08 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0