Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM061221\
Data File : BM030411.D
Acq On : 12 Jun 2021 12:46
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_M
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jun 14 00:58:24 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\8270-BM060921.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jun 11 14:10:50 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	75	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	34.402	14.0	68	0.00
3		Pyridine	40.000	37.978	5.1	74	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	33.544	16.1	66	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	74.128	7.3	73	0.00
6		Aniline	40.000	37.376	6.6	74	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	76.952	3.8	75	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	37.800	5.5	76	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	40.473	-1.2	73	0.00
10	C	Phenol	40.000	37.182	7.0	74	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	35.826	10.4	72	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	36.509	8.7	74	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	36.293	9.3	74	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	36.641	8.4	74	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	37.826	5.4	74	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	32.166	19.6	64	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	38.688	3.3	76	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	34.988	12.5	70	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	37.209	7.0	72	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	39.134	2.2	76	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	77	0.00
22		Acetophenone	40.000	37.423	6.4	76	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	73.476	8.2	74	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	35.253	11.9	73	0.00
25		Isophorone	40.000	36.173	9.6	73	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	39.041	2.4	84	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	37.390	6.5	76	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	34.656	13.4	72	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	39.715	0.7	81	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	37.882	5.3	80	0.00
31		Naphthalene	40.000	36.166	9.6	77	0.00
32		Benzoic acid	40.000	35.098	12.3	73	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	38.409	4.0	79	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	38.428	3.9	82	0.00
35		Caprolactam	40.000	39.002	2.5	80	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	39.007	2.5	79	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	37.578	6.1	78	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	37.426	6.4	78	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	83	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	38.672	3.3	86	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	35.585	11.0	79	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	88.655	-10.8	94	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	39.971	0.1	87	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	39.505	1.2	87	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	73.658	7.9	81	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	36.208	9.5	80	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	35.841	10.4	81	0.00

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM061221\
Data File : BM030411.D
Acq On : 12 Jun 2021 12:46
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_M
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jun 14 00:58:24 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\8270-BM060921.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jun 11 14:10:50 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	33.172	17.1	76	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	36.701	8.2	80	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	36.407	9.0	81	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	38.330	4.2	83	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	35.475	11.3	80	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	35.551	11.1	82	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	40.928	-2.3	89	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	36.466	8.8	83	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	38.954	2.6	83	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	38.431	3.9	88	0.00
58		Fluorene	40.000	37.114	7.2	82	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	41.838	-4.6	92	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	36.389	9.0	79	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	37.514	6.2	85	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	36.485	8.8	85	0.00
63		Azobenzene	40.000	34.173	14.6	73	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	85	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	40.828	-2.1	94	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	35.694	10.8	83	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	37.186	7.0	87	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	38.068	4.8	90	0.00
69		Atrazine	40.000	44.933	-12.3	87	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	42.758	-6.9	93	0.00
71		Phenanthrene	40.000	36.501	8.7	85	0.00
72		Anthracene	40.000	37.275	6.8	85	0.00
73		Carbazole	40.000	37.738	5.7	86	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	37.944	5.1	80	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	39.978	0.1	92	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	107	0.00
77		Benzidine	40.000	52.780	-31.9#	107	0.00
78		Pyrene	40.000	33.457	16.4	93	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	69.175	13.5	93	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	31.587	21.0	91	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	36.868	7.8	106	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	40.431	-1.1	117	0.00
83		Chrysene	40.000	36.839	7.9	106	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	32.080	19.8	92	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	34.823	12.9	102	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	134	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	38.027	4.9	140	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	35.998	10.0	124	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	34.550	13.6	126	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	36.913	7.7	131	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	37.877	5.3	139	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	37.616	6.0	140	0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM061221\
Data File : BM030411.D
Acq On : 12 Jun 2021 12:46
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_M
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Jun 14 00:58:24 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\8270-BM060921.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jun 11 14:10:50 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0