Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM090921\
Data File : BM032105.D
Acq On : 09 Sep 2021 10:06
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_M
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Sep 09 12:29:55 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\8270-BM090821.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Sep 08 19:23:17 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	76	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	39.553	1.1	82	0.00
3		Pyridine	40.000	41.628	-4.1	82	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	45.770	-14.4	90	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	77.105	3.6	77	0.00
6		Aniline	40.000	40.266	-0.7	79	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	79.253	0.9	79	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	39.089	2.3	76	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	43.615	-9.0	78	0.00
10	C	Phenol	40.000	39.676	0.8	78	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	40.468	-1.2	80	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	38.393	4.0	78	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	38.809	3.0	78	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	38.766	3.1	78	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	43.310	-8.3	84	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	42.235	-5.6	85	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	40.348	-0.9	79	-0.01
18		Hexachloroethane	40.000	41.266	-3.2	82	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	43.676	-9.2	86	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	41.797	-4.5	81	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	83	0.00
22		Acetophenone	40.000	37.463	6.3	83	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	79.878	0.2	86	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	39.489	1.3	86	0.00
25		Isophorone	40.000	38.884	2.8	86	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	43.883	-9.7	88	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	37.764	5.6	84	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	38.492	3.8	85	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	39.108	2.2	82	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	37.579	6.1	84	0.00
31		Naphthalene	40.000	37.298	6.8	83	0.00
32		Benzoic acid	40.000	38.827	2.9	81	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	38.394	4.0	84	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	38.150	4.6	85	0.00
35		Caprolactam	40.000	41.296	-3.2	85	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	40.711	-1.8	88	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	38.913	2.7	88	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	38.603	3.5	86	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	94	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	35.014	12.5	87	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	35.436	11.4	90	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	83.403	-4.3	106	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	38.010	5.0	93	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	40.357	-0.9	93	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	71.921	10.1	90	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	35.907	10.2	89	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	35.938	10.2	90	0.00

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM090921\
Data File : BM032105.D
Acq On : 09 Sep 2021 10:06
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_M
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Sep 09 12:29:55 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\8270-BM090821.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Sep 08 19:23:17 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	39.856	0.4	102	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	37.269	6.8	92	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	37.487	6.3	94	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	39.787	0.5	93	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	37.077	7.3	93	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	40.315	-0.8	94	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	35.381	11.5	90	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	37.712	5.7	95	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	38.081	4.8	97	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	39.467	1.3	101	0.00
58		Fluorene	40.000	38.277	4.3	96	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	41.294	-3.2	109	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	39.443	1.4	98	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	38.380	4.0	97	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	39.115	2.2	104	0.00
63		Azobenzene	40.000	41.414	-3.5	102	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	99	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	37.134	7.2	97	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	36.535	8.7	96	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	36.982	7.5	97	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	35.839	10.4	96	0.00
69		Atrazine	40.000	40.283	-0.7	100	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	36.231	9.4	90	0.00
71		Phenanthrene	40.000	37.094	7.3	99	0.00
72		Anthracene	40.000	37.438	6.4	99	0.00
73		Carbazole	40.000	37.604	6.0	99	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	40.565	-1.4	104	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	37.804	5.5	100	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	102	0.00
77		Benzidine	40.000	39.934	0.2	114	0.00
78		Pyrene	40.000	37.297	6.8	102	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	75.954	5.1	103	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	38.848	2.9	108	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	37.246	6.9	101	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	38.664	3.3	101	0.00
83		Chrysene	40.000	37.319	6.7	104	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	39.043	2.4	107	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	39.876	0.3	107	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	103	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	36.877	7.8	99	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	36.263	9.3	98	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	38.624	3.4	104	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	38.580	3.6	108	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	37.887	5.3	102	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	37.126	7.2	101	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM090921\
Data File : BM032105.D
Acq On : 09 Sep 2021 10:06
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_M
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Sep 09 12:29:55 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\8270-BM090821.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Sep 08 19:23:17 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0