Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM031622\
Data File : BM034265.D
Acq On : 16 Mar 2022 20:26
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 16 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_M
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Mar 17 04:56:07 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\8270-BM031522.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Mar 16 02:38:26 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	87	0.00
2		1,4-Dioxane	0.504	0.470	6.7	84	0.00
3		Pyridine	1.365	1.288	5.6	85	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	0.648	0.630	2.8	89	0.00
5	S	2-Fluorophenol	1.115	1.043	6.5	83	0.00
6		Aniline	1.824	1.777	2.6	87	0.00
7	S	Phenol-d6	1.596	1.545	3.2	86	0.00
8		2-Chlorophenol	1.304	1.260	3.4	88	0.00
9		Benzaldehyde	0.860	0.779	9.4	85	0.00
10	C	Phenol	1.588	1.534	3.4	86	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.303	1.255	3.7	87	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	1.479	1.417	4.2	87	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.514	1.442	4.8	88	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	1.476	1.418	3.9	88	0.00
15		Benzyl Alcohol	1.270	1.276	-0.5	88	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	1.788	1.767	1.2	91	-0.01
17		2-Methylphenol	1.112	1.091	1.9	88	0.00
18		Hexachloroethane	0.558	0.554	0.7	90	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	1.155	1.162	-0.6	91	0.00
20		3+4-Methylphenols	1.538	1.518	1.3	88	0.00
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	92	0.00
22		Acetophenone	0.513	0.488	4.9	91	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	0.411	0.398	3.2	91	0.00
24		Nitrobenzene	0.384	0.370	3.6	91	0.00
25		Isophorone	0.687	0.670	2.5	91	0.00
26	C	2-Nitrophenol	0.170	0.168	1.2	89	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	0.266	0.258	3.0	91	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.440	0.427	3.0	91	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.309	0.303	1.9	90	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.352	0.337	4.3	91	0.00
31		Naphthalene	1.042	0.994	4.6	92	0.00
32		Benzoic acid	0.220	0.207	5.9	86	0.00
33		4-Chloroaniline	0.411	0.408	0.7	91	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	0.223	0.216	3.1	93	0.00
35		Caprolactam	0.108	0.109	-0.9	94	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.355	0.359	-1.1	94	0.00
37		2-Methylnaphthalene	0.743	0.732	1.5	94	0.00
38		1-Methylnaphthalene	0.727	0.716	1.5	94	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	98	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.604	0.566	6.3	94	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.349	0.340	2.6	95	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	0.270	0.274	-1.5	102	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.417	0.405	2.9	95	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	0.447	0.439	1.8	95	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	1.464	1.392	4.9	95	0.00
46		1,1'-Biphenyl	1.525	1.449	5.0	96	0.00
47		2-Chloronaphthalene	1.171	1.116	4.7	96	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM031622\
Data File : BM034265.D
Acq On : 16 Mar 2022 20:26
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 16 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_M
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Mar 17 04:56:07 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\8270-BM031522.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Mar 16 02:38:26 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	0.358	0.366	-2.2	99	0.00
49		Acenaphthylene	1.824	1.768	3.1	96	0.00
50		Dimethylphthalate	1.522	1.487	2.3	98	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	0.312	0.314	-0.6	99	0.00
52	C	Acenaphthene	1.229	1.210	1.5	98	0.00
53		3-Nitroaniline	0.313	0.325	-3.8	99	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	0.175	0.177	-1.1	94	0.00
55		Dibenzofuran	1.831	1.783	2.6	99	0.00
56	P	4-Nitrophenol	0.254	0.259	-2.0	99	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	0.422	0.438	-3.8	101	0.00
58		Fluorene	1.487	1.491	-0.3	101	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.403	0.407	-1.0	99	0.00
60		Diethylphthalate	1.562	1.576	-0.9	101	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	0.759	0.751	1.1	100	0.00
62		4-Nitroaniline	0.301	0.328	-9.0	102	0.00
63		Azobenzene	1.506	1.531	-1.7	101	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	104	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.130	0.128	1.5	99	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.635	0.606	4.6	101	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	0.230	0.222	3.5	103	0.00
68		Hexachlorobenzene	0.256	0.247	3.5	103	0.00
69		Atrazine	0.209	0.214	-2.4	103	0.00
70	C	Pentachlorophenol	0.164	0.164	0.0	102	0.00
71		Phenanthrene	1.120	1.100	1.8	106	0.00
72		Anthracene	1.090	1.066	2.2	104	0.00
73		Carbazole	1.017	1.023	-0.6	106	0.00
74		Di-n-butylphthalate	1.264	1.288	-1.9	106	0.00
75	C	Fluoranthene	1.256	1.282	-2.1	110	0.00
76	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	126	0.00
77		Benzidine	0.293	0.299	-2.0	122	0.00
78		Pyrene	1.409	1.307	7.2	113	0.00
79	S	Terphenyl-d14	1.151	1.077	6.4	112	0.00
80		Butylbenzylphthalate	0.596	0.589	1.2	120	0.00
81		Benzo(a)anthracene	1.262	1.229	2.6	126	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	0.422	0.415	1.7	127	0.00
83		Chrysene	1.289	1.232	4.4	125	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.880	0.883	-0.3	125	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	1.397	1.442	-3.2	136	0.00
86	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	133	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.287	1.169	9.2	125	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	1.196	1.226	-2.5	138	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	1.267	1.306	-3.1	135	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	1.014	0.986	2.8	131	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	1.043	0.968	7.2	129	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	1.080	0.958	11.3	123	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM031622\
Data File : BM034265.D
Acq On : 16 Mar 2022 20:26
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 16 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_M
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Mar 17 04:56:07 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\8270-BM031522.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Mar 16 02:38:26 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0