Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM081222\
Data File : BM036242.D
Acq On : 12 Aug 2022 23:00
Operator : CG/JU
Sample : PB146854BL
Misc :
ALS Vial : 20 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
SBLK854

Quant Time: Aug 12 23:56:10 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\SFAM-EPA-BM072522.M
Quant Title : SVOA CALIBRATION
QLast Update : Fri Aug 12 11:23:11 2022
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) 1,4-Dichlorobenzene-d4	7.816	152	180262	20.000	ng/ul	0.00
20) Naphthalene-d8	10.616	136	748941	20.000	ng/ul	0.00
38) Acenaphthene-d10	14.457	164	432058	20.000	ng/ul	0.00
64) Phenanthrene-d10	17.198	188	903316	20.000	ng/ul	0.00
79) Chrysene-d12	21.380	240	975031	20.000	ng/ul	0.00
88) Perylene-d12	23.721	264	1098458	20.000	ng/ul	0.00
System Monitoring Compounds						
3) 1,4-Dioxane-d8	3.216	96	31165	6.506	ng/uL	0.00
4) Pyridine-d5	3.646	84	413812	31.532	ng/ul	0.00
7) Phenol-d5	7.004	99	497242	32.894	ng/ul	0.00
9) Bis-(2-Chloroethyl)eth...	7.151	67	309891	30.751	ng/ul	0.00
11) 2-Chlorophenol-d4	7.351	132	418018	33.315	ng/ul	0.00
15) 4-Methylphenol-d8	8.545	113	381336	31.139	ng/ul	0.00
21) Nitrobenzene-d5	8.986	128	194963	32.851	ng/ul	0.00
24) 2-Nitrophenol-d4	9.704	143	202217	34.974	ng/ul	0.00
28) 2,4-Dichlorophenol-d3	10.251	165	334061	31.945	ng/ul	0.00
31) 4-Chloroaniline-d4	10.769	131	532112	30.057	ng/ul	0.00
46) Dimethylphthalate-d6	13.880	166	1018208	34.597	ng/ul	0.00
49) Acenaphthylene-d8	14.151	160	1273129	33.904	ng/ul	0.00
54) 4-Nitrophenol-d4	14.692	143	175270	29.001	ng/ul	0.00
60) Fluorene-d10	15.451	176	906778	34.096	ng/ul	0.00
65) 4,6-Dinitro-2-methylph...	15.580	200	134293	27.657	ng/ul	0.00
73) Anthracene-d10	17.298	188	1437835	35.207	ng/ul	0.00
81) Pyrene-d10	19.592	212	1745302	32.298	ng/ul	0.00
92) Benzo(a)pyrene-d12	23.568	264	1986215	35.616	ng/ul	0.00

Target Compounds Qvalue

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM081222\
Data File : BM036242.D
Acq On : 12 Aug 2022 23:00
Operator : CG/JU
Sample : PB146854BL
Misc :
ALS Vial : 20 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
SBLK854

Quant Time: Aug 12 23:56:10 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\SFAM-EPA-BM072522.M
Quant Title : SVOA CALIBRATION
QLast Update : Fri Aug 12 11:23:11 2022
Response via : Initial Calibration