Quantitation Report (Not Reviewed)

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM010225\
Data File : BM049317.D
Acq On : 02 Jan 2025 14:47
Operator : RC/JU
Sample : SSTDICCC040
Misc :
ALS Vial : 6 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
SSTDICCC040

Quant Time: Jan 02 17:31:41 2025
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\8270-BM010225.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Jan 02 17:24:39 2025
Response via : Initial Calibration

	Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
	Internal Standards						
1)	1,4-Dichlorobenzene-d4	7.528	152	174452	20.000	ng	0.00
21)	Naphthalene-d8	10.292	136	663972	20.000	ng	0.00
39)	Acenaphthene-d10	14.169	164	433919	20.000	ng	0.00
64)	Phenanthrene-d10	16.921	188	895982	20.000	ng	0.00
76)	Chrysene-d12	21.151	240	838676	20.000	ng	0.00
86)	Perylene-d12	23.939	264	859413	20.000	ng	0.00
	System Monitoring Compounds						
5)	2-Fluorophenol	5.163	112	886824	80.011	ng	0.00
7)	Phenol-d6	6.722	99	1176763	80.367	ng	0.00
23)	Nitrobenzene-d5	8.675	82	1126844	80.296	ng	0.00
42)	2,4,6-Tribromophenol	15.669	330	465961	81.626	ng	0.00
45)	2-Fluorobiphenyl	12.780	172	2664878	79.736	ng	0.00
79)	Terphenyl-d14	19.574	244	4250303	83.644	ng	0.00
	Target Compounds						Qvalue
2)	1,4-Dioxane	3.158	88	180809	38.633	ng	100
3)	Pyridine	3.534	79	523875	39.094	ng	100
4)	n-Nitrosodimethylamine	3.452	42	218464	38.548	ng	100
6)	Aniline	6.869	93	472427	39.364	ng	100
8)	2-Chlorophenol	7.098	128	452239	39.613	ng	100
9)	Benzaldehyde	6.687	77	307743	36.907	ng	100
10)	Phenol	6.751	94	581244	39.587	ng	100
11)	bis(2-Chloroethyl)ether	6.969	93	459594	38.984	ng	100
12)	1,3-Dichlorobenzene	7.416	146	533318	39.124	ng	100
13)	1,4-Dichlorobenzene	7.563	146	538269	39.019	ng	100
14)	1,2-Dichlorobenzene	7.875	146	523248	39.257	ng	100
15)	Benzyl Alcohol	7.775	79	374431	40.266	ng	100
16)	2,2'-oxybis(1-Chloropr...	8.057	45	659602	38.433	ng	100
17)	2-Methylphenol	7.975	107	365363	40.265	ng	100
18)	Hexachloroethane	8.587	117	199776	39.285	ng	100
19)	n-Nitroso-di-n-propyla...	8.334	70	386791	41.478	ng	100
20)	3+4-Methylphenols	8.304	107	501913	40.269	ng	100
22)	Acetophenone	8.345	105	716834	39.531	ng	100
24)	Nitrobenzene	8.716	77	570670	39.784	ng	100
25)	Isophorone	9.240	82	948447	40.010	ng	100
26)	2-Nitrophenol	9.416	139	230314	42.103	ng	100
27)	2,4-Dimethylphenol	9.492	122	281866	40.630	ng	100
28)	bis(2-Chloroethoxy)met...	9.722	93	607081	39.692	ng	100
29)	2,4-Dichlorophenol	9.951	162	444197	40.734	ng	100
30)	1,2,4-Trichlorobenzene	10.157	180	538692	39.325	ng	100
31)	Naphthalene	10.339	128	1417269	39.271	ng	100
32)	Benzoic acid	9.639	122	281451	40.021	ng	100
33)	4-Chloroaniline	10.457	127	495271	40.428	ng	100
34)	Hexachlorobutadiene	10.634	225	338150	38.935	ng	100
35)	Caprolactam	11.239	113	127286	39.669	ng	100
36)	4-Chloro-3-methylphenol	11.592	107	433944	40.986	ng	100
37)	2-Methylnaphthalene	11.957	142	990890	39.814	ng	100
38)	1-Methylnaphthalene	12.186	142	980902	39.769	ng	100
40)	1,2,4,5-Tetrachloroben...	12.339	216	577864	39.274	ng	100
41)	Hexachlorocyclopentadiene	12.322	237	190187	40.840	ng	100
43)	2,4,6-Trichlorophenol	12.586	196	372706	40.909	ng	100

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM010225\
Data File : BM049317.D
Acq On : 02 Jan 2025 14:47
Operator : RC/JU
Sample : SSTDICCC040
Misc :
ALS Vial : 6 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
SSTDICCC040

Quant Time: Jan 02 17:31:41 2025
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\8270-BM010225.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Jan 02 17:24:39 2025
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc Units	Dev(Min)
44) 2,4,5-Trichlorophenol	12.657	196	414684	40.477 ng	100
46) 1,1'-Biphenyl	12.998	154	1304635	39.853 ng	100
47) 2-Chloronaphthalene	13.028	162	1074054	39.939 ng	100
48) 2-Nitroaniline	13.245	65	297371	42.285 ng	100
49) Acenaphthylene	13.886	152	1480413	39.913 ng	100
50) Dimethylphthalate	13.639	163	1262615	39.575 ng	100
51) 2,6-Dinitrotoluene	13.751	165	277356	40.614 ng	100
52) Acenaphthene	14.233	154	960961	39.943 ng	100
53) 3-Nitroaniline	14.080	138	267388	42.140 ng	100
54) 2,4-Dinitrophenol	14.292	184	140687	37.569 ng	100
55) Dibenzofuran	14.569	168	1560533	39.218 ng	100
56) 4-Nitrophenol	14.404	139	225257	40.594 ng	100
57) 2,4-Dinitrotoluene	14.545	165	385348	42.106 ng	100
58) Fluorene	15.221	166	1318788	40.525 ng	100
59) 2,3,4,6-Tetrachlorophenol	14.804	232	344294	40.244 ng	100
60) Diethylphthalate	15.016	149	1244789	39.934 ng	100
61) 4-Chlorophenyl-phenyle...	15.227	204	707315	39.814 ng	100
62) 4-Nitroaniline	15.251	138	282873	38.590 ng	100
63) Azobenzene	15.521	77	1213034	40.197 ng	100
65) 4,6-Dinitro-2-methylph...	15.310	198	206428	40.792 ng	100
66) n-Nitrosodiphenylamine	15.445	169	1044528	40.622 ng	100
67) 4-Bromophenyl-phenylether	16.121	248	393056	40.548 ng	100
68) Hexachlorobenzene	16.227	284	459835	39.518 ng	100
69) Atrazine	16.404	200	250871	39.479 ng	100
70) Pentachlorophenol	16.574	266	305132	42.443 ng	100
71) Phenanthrene	16.963	178	1911097	40.024 ng	100
72) Anthracene	17.051	178	1840889	40.618 ng	100
73) Carbazole	17.327	167	1816682	41.029 ng	100
74) Di-n-butylphthalate	17.910	149	2098751	41.855 ng	100
75) Fluoranthene	18.986	202	2337625	40.320 ng	100
77) Benzidine	19.186	184	565200	47.362 ng	100
78) Pyrene	19.351	202	2478282	40.125 ng	100
80) Butylbenzylphthalate	20.280	149	874916	41.928 ng	100
81) Benzo(a)anthracene	21.133	228	2405244	40.237 ng	100
82) 3,3'-Dichlorobenzidine	21.074	252	776890	42.770 ng	100
83) Chrysene	21.192	228	2254760	39.800 ng	100
84) Bis(2-ethylhexyl)phtha...	21.086	149	1364008	42.646 ng	100
85) Di-n-octyl phthalate	22.156	149	2123644	40.146 ng	100
87) Indeno(1,2,3-cd)pyrene	27.038	276	2543818	40.227 ng	100
88) Benzo(b)fluoranthene	23.068	252	2327711	40.450 ng	100
89) Benzo(k)fluoranthene	23.127	252	2255009	40.240 ng	100
90) Benzo(a)pyrene	23.809	252	1967547	40.331 ng	100
91) Dibenzo(a,h)anthracene	27.091	278	2125484	40.306 ng	100
92) Benzo(g,h,i)perylene	28.003	276	2120852	40.114 ng	100

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report   (Not Reviewed)

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM010225\
Data File : BM049317.D
Acq On   : 02 Jan 2025 14:47
Operator : RC/JU
Sample   : SSTDICCC040
Misc   :
ALS Vial : 6   Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
SSTDICCC040

Quant Time: Jan 02 17:31:41 2025
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\8270-BM010225.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Jan 02 17:24:39 2025
Response via : Initial Calibration



Quantitation Report   (Not Reviewed)

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM010225\
Data File : BM049317.D
Acq On   : 02 Jan 2025 14:47
Operator : RC/JU
Sample   : SSTDICCC040
Misc   :
ALS Vial : 6   Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
SSTDICCC040

Quant Time: Jan 02 17:31:41 2025
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\8270-BM010225.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Jan 02 17:24:39 2025
Response via : Initial Calibration



Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
SSTDICCC040







#1
1,4-Dichlorobenzene-d4
Concen: 20.000 ng
RT: 7.528 min Scan# 7
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Tgt Ion:152 Resp: 174452

Ion	Ratio	Lower	Upper
152	100		
150	155.0	124.0	186.0
115	55.8	44.6	67.0









#2
1,4-Dioxane
Concen: 38.633 ng
RT: 3.158 min Scan# 29
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Tgt Ion: 88 Resp: 180809

Ion	Ratio	Lower	Upper
88	100		
58	78.1	62.5	93.7
43	30.3	24.2	36.4





#3
Pyridine
Concen: 39.094 ng
RT: 3.534 min Scan# 9
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
SSTDICCC040

Tgt Ion: 79 Resp: 523875

Ion	Ratio	Lower	Upper
79	100		
52	71.1	56.9	85.3
51	36.1	28.9	43.3





#4
n-Nitrosodimethylamine
Concen: 38.548 ng
RT: 3.452 min Scan# 79
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Tgt Ion: 42 Resp: 218464

Ion	Ratio	Lower	Upper
42	100		
74	140.5	112.4	168.6
44	7.3	5.8	8.8



Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
SSTDICCC040



#5
2-Fluorophenol
Concen: 80.011 ng
RT: 5.163 min   Scan# 3
Delta R.T.   0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025   14:47

Tgt Ion:112 Resp: 886824

Ion	Ratio	Lower	Upper
112	100		
64	59.4	47.5	71.3
63	30.8	24.6	37.0





#6
Aniline
Concen: 39.364 ng
RT: 6.869 min   Scan# 660
Delta R.T.   0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025   14:47

Tgt Ion: 93 Resp: 472427

Ion	Ratio	Lower	Upper
93	100		
66	39.7	31.8	47.6
65	20.7	16.6	24.8





#7
Phenol-d6
Concen: 80.367 ng
RT: 6.722 min   Scan# 6
Delta R.T.   0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025   14:47

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
SSTDICCC040

Tgt Ion: 99 Resp: 1176763

Ion	Ratio	Lower	Upper
99	100		
42	18.0	14.4	21.6
71	33.0	26.4	39.6





#8
2-Chlorophenol
Concen: 39.613 ng
RT: 7.098 min   Scan# 699
Delta R.T.   0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025   14:47

Tgt Ion:128 Resp: 452239

Ion	Ratio	Lower	Upper
128	100		
130	31.9	11.9	51.9
64	50.6	30.6	70.6





#9
Benzaldehyde
Concen: 36.907 ng
RT: 6.687 min   Scan# 6
Delta R.T.   -0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025   14:47

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
SSTDICCC040

Tgt Ion: 77 Resp: 307743

Ion	Ratio	Lower	Upper
77	100		
105	93.3	73.3	113.3
106	88.4	68.4	108.4





#10
Phenol
Concen: 39.587 ng
RT: 6.751 min   Scan# 640
Delta R.T.   0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025   14:47

Tgt Ion: 94 Resp: 581244

Ion	Ratio	Lower	Upper
94	100		
65	29.1	9.1	49.1
66	35.0	15.0	55.0





#11
bis(2-Chloroethyl)ether
Concen: 38.984 ng
RT: 6.969 min   Scan# 6

Delta R.T.   0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
SSTDICCC040

Tgt Ion: 93 Resp: 459594

Ion	Ratio	Lower	Upper
93	100		
63	81.7	61.7	101.7
95	31.4	11.4	51.4





#12
1,3-Dichlorobenzene
Concen: 39.124 ng
RT: 7.416 min   Scan# 753
Delta R.T.   0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Tgt Ion:146 Resp: 533318

Ion	Ratio	Lower	Upper
146	100		
148	64.3	51.4	77.2
75	32.3	25.8	38.8



Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
SSTDICCC040



#13
1,4-Dichlorobenzene
Concen: 39.019 ng
RT: 7.563 min   Scan# 7
Delta R.T.   0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025   14:47

Tgt Ion:146 Resp: 538269

Ion	Ratio	Lower	Upper
146	100		
148	65.0	52.0	78.0
111	38.3	30.6	46.0





#14
1,2-Dichlorobenzene
Concen: 39.257 ng
RT: 7.875 min   Scan# 831
Delta R.T.   0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025   14:47

Tgt Ion:146 Resp: 523248

Ion	Ratio	Lower	Upper
146	100		
148	65.1	52.1	78.1
111	40.8	32.6	49.0





#15
Benzyl Alcohol
Concen: 40.266 ng
RT: 7.775 min Scan# 81
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
SSTDICCC040

Tgt Ion: 79 Resp: 374431

Ion	Ratio	Lower	Upper
79	100		
108	75.0	60.0	90.0
77	66.2	53.0	79.4





#16
2,2'-oxybis(1-Chloropropane)
Concen: 38.433 ng
RT: 8.057 min Scan# 862
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Tgt Ion: 45 Resp: 659602

Ion	Ratio	Lower	Upper
45	100		
77	13.7	0.0	33.7
79	10.4	0.0	30.4





#17
2-Methylphenol
Concen: 40.265 ng
RT: 7.975 min Scan# 84
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
SSTDICCC040

Tgt Ion:107 Resp: 365363

Ion	Ratio	Lower	Upper
107	100		
108	112.1	89.7	134.5
77	50.6	40.5	60.7
79	48.0	38.4	57.6





#18
Hexachloroethane
Concen: 39.285 ng
RT: 8.587 min Scan# 952
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Tgt Ion:117 Resp: 199776

Ion	Ratio	Lower	Upper
117	100		
119	98.5	78.8	118.2
201	112.8	90.2	135.4





#19
n-Nitroso-di-n-propylamine
Concen: 41.478 ng
RT: 8.334 min   Scan# 9

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
SSTDICCC040

Delta R.T.   0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025   14:47

Tgt Ion: 70 Resp: 386791

Ion	Ratio	Lower	Upper
70	100		
42	57.5	46.0	69.0
101	8.9	7.1	10.7
130	18.7	15.0	22.4





#20
3+4-Methylphenols
Concen: 40.269 ng
RT: 8.304 min   Scan# 904
Delta R.T.   0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025   14:47

Tgt Ion:107 Resp: 501913

Ion	Ratio	Lower	Upper
107	100		
108	90.3	70.3	110.3
77	36.3	16.3	56.3
79	30.7	10.7	50.7





#21
Naphthalene-d8
Concen: 20.000 ng
RT: 10.292 min Scan# 1
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
SSTDICCC040

Tgt Ion:136 Resp: 663972

Ion	Ratio	Lower	Upper
136	100		
137	10.8	8.6	13.0
54	8.4	6.7	10.1
68	5.8	4.6	7.0





#22
Acetophenone
Concen: 39.531 ng
RT: 8.345 min Scan# 911
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Tgt Ion:105 Resp: 716834

Ion	Ratio	Lower	Upper
105	100		
71	4.4	3.5	5.3
51	27.9	22.3	33.5
120	23.4	18.7	28.1





#23
Nitrobenzene-d5
Concen: 80.296 ng
RT: 8.675 min   Scan# 9
Delta R.T.   0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
SSTDICCC040

Tgt Ion: 82 Resp: 1126844

Ion	Ratio	Lower	Upper
82	100		
128	40.7	32.6	48.8
54	48.5	38.8	58.2





#24
Nitrobenzene
Concen: 39.784 ng
RT: 8.716 min   Scan# 974
Delta R.T.   0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Tgt Ion: 77 Resp: 570670

Ion	Ratio	Lower	Upper
77	100		
123	42.8	34.2	51.4
65	13.0	10.4	15.6





#25
Isophorone
Concen: 40.010 ng
RT: 9.240 min Scan# 1

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
SSTDICCC040

Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Tgt Ion: 82 Resp: 948447

Ion	Ratio	Lower	Upper
82	100		
95	6.4	5.1	7.7
138	17.1	13.7	20.5





#26
2-Nitrophenol
Concen: 42.103 ng
RT: 9.416 min Scan# 1093
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Tgt Ion:139 Resp: 230314

Ion	Ratio	Lower	Upper
139	100		
109	27.6	22.1	33.1
65	51.1	40.9	61.3





#27
2,4-Dimethylphenol
Concen: 40.630 ng
RT: 9.492 min Scan# 1

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
SSTDICCC040

Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Tgt Ion:122 Resp: 281866

Ion	Ratio	Lower	Upper
122	100		
107	115.5	92.4	138.6
121	56.8	45.4	68.2





#28
bis(2-Chloroethoxy)methane
Concen: 39.692 ng
RT: 9.722 min Scan# 1145
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Tgt Ion: 93 Resp: 607081

Ion	Ratio	Lower	Upper
93	100		
95	31.7	25.4	38.0
123	10.9	8.7	13.1





#29
2,4-Dichlorophenol
Concen: 40.734 ng
RT: 9.951 min   Scan# 1

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
SSTDICCC040

Delta R.T.   0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025   14:47

Tgt Ion:162 Resp: 444197

Ion	Ratio	Lower	Upper
162	100		
164	64.5	44.5	84.5
98	32.5	12.5	52.5





#30
1,2,4-Trichlorobenzene
Concen: 39.325 ng
RT: 10.157 min   Scan# 1219
Delta R.T.   0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025   14:47

Tgt Ion:180 Resp: 538692

Ion	Ratio	Lower	Upper
180	100		
182	96.1	76.9	115.3
145	27.2	21.8	32.6





#31
Naphthalene
Concen: 39.271 ng
RT: 10.339 min Scan# 1

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
SSTDICCC040

Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Tgt Ion:128 Resp: 1417269

Ion	Ratio	Lower	Upper
128	100		
129	11.1	8.9	13.3
127	13.1	10.5	15.7





#32
Benzoic acid
Concen: 40.021 ng
RT: 9.639 min Scan# 1131
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Tgt Ion:122 Resp: 281451

Ion	Ratio	Lower	Upper
122	100		
105	128.8	108.8	148.8
77	104.7	84.7	124.7





#33
4-Chloroaniline
Concen: 40.428 ng
RT: 10.457 min   Scan# 1

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
SSTDICCC040

Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Tgt Ion:127 Resp: 495271

Ion	Ratio	Lower	Upper
127	100		
129	32.3	25.8	38.8
65	32.9	26.3	39.5
92	18.9	15.1	22.7





#34
Hexachlorobutadiene
Concen: 38.935 ng
RT: 10.634 min   Scan# 1300
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Tgt Ion:225 Resp: 338150

Ion	Ratio	Lower	Upper
225	100		
223	62.3	49.8	74.8
227	62.7	50.2	75.2





#35
Caprolactam
Concen: 39.669 ng
RT: 11.239 min Scan# 1
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
SSTDICCC040

Tgt Ion:113 Resp: 127286

Ion	Ratio	Lower	Upper
113	100		
55	192.1	172.1	212.1
56	134.6	114.6	154.6





#36
4-Chloro-3-methylphenol
Concen: 40.986 ng
RT: 11.592 min Scan# 1463
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Tgt Ion:107 Resp: 433944

Ion	Ratio	Lower	Upper
107	100		
144	27.3	21.8	32.8
142	83.6	66.9	100.3





#37
2-Methylnaphthalene
Concen: 39.814 ng
RT: 11.957 min Scan# 1
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
SSTDICCC040

Tgt Ion:142 Resp: 990890

Ion	Ratio	Lower	Upper
142	100		
141	86.7	69.4	104.0
115	33.9	27.1	40.7





#38
1-Methylnaphthalene
Concen: 39.769 ng
RT: 12.186 min Scan# 1564
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Tgt Ion:142 Resp: 980902

Ion	Ratio	Lower	Upper
142	100		
141	90.7	72.6	108.8
116	3.5	2.8	4.2





#39
Acenaphthene-d10
Concen: 20.000 ng
RT: 14.169 min   Scan# 1
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
SSTDICCC040

Tgt Ion:164 Resp: 433919

Ion	Ratio	Lower	Upper
164	100		
162	99.3	79.4	119.2
160	44.5	35.6	53.4





#40
1,2,4,5-Tetrachlorobenzene
Concen: 39.274 ng
RT: 12.339 min   Scan# 1590
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Tgt Ion:216 Resp: 577864

Ion	Ratio	Lower	Upper
216	100		
214	77.8	62.2	93.4
179	19.8	15.8	23.8
108	15.7	12.6	18.8





#41
Hexachlorocyclopentadiene
Concen: 40.840 ng
RT: 12.322 min Scan# 1
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
SSTDICCC040

Tgt Ion:237 Resp: 190187

Ion	Ratio	Lower	Upper
237	100		
235	64.4	44.4	84.4
272	13.4	0.0	33.4





#42
2,4,6-Tribromophenol
Concen: 81.626 ng
RT: 15.669 min Scan# 2156
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Tgt Ion:330 Resp: 465961

Ion	Ratio	Lower	Upper
330	100		
332	96.7	77.4	116.0
141	34.8	27.8	41.8





#43
2,4,6-Trichlorophenol
Concen: 40.909 ng
RT: 12.586 min Scan# 1
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
SSTDICCC040

Tgt Ion:196 Resp: 372706

Ion	Ratio	Lower	Upper
196	100		
198	97.0	77.6	116.4
200	31.6	25.3	37.9





#44
2,4,5-Trichlorophenol
Concen: 40.477 ng
RT: 12.657 min Scan# 1644
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Tgt Ion:196 Resp: 414684

Ion	Ratio	Lower	Upper
196	100		
198	96.0	76.8	115.2
97	43.9	35.1	52.7
132	22.9	18.3	27.5





#45
2-Fluorobiphenyl
Concen: 79.736 ng
RT: 12.780 min Scan# 1
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
SSTDICCC040

Tgt Ion:172 Resp: 2664878

Ion	Ratio	Lower	Upper
172	100		
171	34.5	27.6	41.4
170	23.6	18.9	28.3





#46
1,1'-Biphenyl
Concen: 39.853 ng
RT: 12.998 min Scan# 1702
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Tgt Ion:154 Resp: 1304635

Ion	Ratio	Lower	Upper
154	100		
153	38.5	18.5	58.5
76	11.8	0.0	31.8





#47
2-Chloronaphthalene
Concen: 39.939 ng
RT: 13.028 min Scan# 1

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
SSTDICCC040

Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Tgt Ion:162 Resp: 1074054

Ion	Ratio	Lower	Upper
162	100		
127	35.9	28.7	43.1
164	33.3	26.6	40.0





#48
2-Nitroaniline
Concen: 42.285 ng
RT: 13.245 min Scan# 1744
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Tgt Ion: 65 Resp: 297371

Ion	Ratio	Lower	Upper
65	100		
92	64.3	51.4	77.2
138	100.0	80.0	120.0





#49
Acenaphthylene
Concen: 39.913 ng
RT: 13.886 min Scan# 1
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
SSTDICCC040

Tgt Ion:152 Resp: 1480413

Ion	Ratio	Lower	Upper
152	100		
151	19.6	15.7	23.5
153	13.2	10.6	15.8





#50
Dimethylphthalate
Concen: 39.575 ng
RT: 13.639 min Scan# 1811
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Tgt Ion:163 Resp: 1262615

Ion	Ratio	Lower	Upper
163	100		
194	4.0	3.2	4.8
164	10.4	8.3	12.5





#51
2,6-Dinitrotoluene
Concen: 40.614 ng
RT: 13.751 min Scan# 18
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
SSTDICCC040

Tgt Ion:165 Resp: 277356

Ion	Ratio	Lower	Upper
165	100		
63	57.9	46.3	69.5
89	57.1	45.7	68.5





#52
Acenaphthene
Concen: 39.943 ng
RT: 14.233 min Scan# 1912
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Tgt Ion:154 Resp: 960961

Ion	Ratio	Lower	Upper
154	100		
153	113.1	90.5	135.7
152	54.4	43.5	65.3





#53
3-Nitroaniline
Concen: 42.140 ng
RT: 14.080 min Scan# 1
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
SSTDICCC040

Tgt Ion:138 Resp: 267388

Ion	Ratio	Lower	Upper
138	100		
108	9.7	7.8	11.6
92	119.2	95.4	143.0





#54
2,4-Dinitrophenol
Concen: 37.569 ng
RT: 14.292 min Scan# 1922
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Tgt Ion:184 Resp: 140687

Ion	Ratio	Lower	Upper
184	100		
63	60.3	48.2	72.4
154	57.3	45.8	68.8





#55
Dibenzofuran
Concen: 39.218 ng
RT: 14.569 min Scan# 1
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
SSTDICCC040

Tgt Ion:168 Resp: 1560533

Ion	Ratio	Lower	Upper
168	100		
139	34.9	27.9	41.9
169	13.4	10.7	16.1





#56
4-Nitrophenol
Concen: 40.594 ng
RT: 14.404 min Scan# 1941
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Tgt Ion:139 Resp: 225257

Ion	Ratio	Lower	Upper
139	100		
109	73.1	53.1	93.1
65	104.2	84.2	124.2





#57
2,4-Dinitrotoluene
Concen: 42.106 ng
RT: 14.545 min Scan# 19
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
SSTDICCC040

Tgt Ion:165 Resp: 385348

Ion	Ratio	Lower	Upper
165	100		
63	44.9	35.9	53.9
89	70.6	56.5	84.7
182	2.6	2.1	3.1





#58
Fluorene
Concen: 40.525 ng
RT: 15.221 min Scan# 2080
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Tgt Ion:166 Resp: 1318788

Ion	Ratio	Lower	Upper
166	100		
165	96.2	77.0	115.4
167	13.4	10.7	16.1





#59
2,3,4,6-Tetrachlorophenol
Concen: 40.244 ng
RT: 14.804 min Scan# 2(
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
SSTDICCC040

Tgt Ion:232 Resp: 344294

Ion	Ratio	Lower	Upper
232	100		
131	39.7	31.8	47.6
130	2.0	1.6	2.4
166	29.2	23.4	35.0





#60
Diethylphthalate
Concen: 39.934 ng
RT: 15.016 min Scan# 2045
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Tgt Ion:149 Resp: 1244789

Ion	Ratio	Lower	Upper
149	100		
177	23.0	18.4	27.6
150	12.7	10.2	15.2





#61
4-Chlorophenyl-phenylether
Concen: 39.814 ng
RT: 15.227 min Scan# 2
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
SSTDICCC040

Tgt Ion:204 Resp: 707315

Ion	Ratio	Lower	Upper
204	100		
206	32.9	26.3	39.5
141	48.3	38.6	58.0





#62
4-Nitroaniline
Concen: 38.590 ng
RT: 15.251 min Scan# 2085
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Tgt Ion:138 Resp: 282873

Ion	Ratio	Lower	Upper
138	100		
92	51.5	31.5	71.5
108	78.2	58.2	98.2





#63
Azobenzene
Concen: 40.197 ng
RT: 15.521 min Scan# 2

Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
SSTDICCC040

Tgt Ion: 77 Resp: 1213034

Ion	Ratio	Lower	Upper
77	100		
182	26.0	6.0	46.0
105	19.6	0.0	39.6
51	28.2	8.2	48.2





#64
Phenanthrene-d10
Concen: 20.000 ng
RT: 16.921 min Scan# 2369
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Tgt Ion:188 Resp: 895982

Ion	Ratio	Lower	Upper
188	100		
94	7.5	6.0	9.0
80	8.4	6.7	10.1





#65
4,6-Dinitro-2-methylphenol
Concen: 40.792 ng
RT: 15.310 min Scan# 2(
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
SSTDICCC040

Tgt Ion:198 Resp: 206428

Ion	Ratio	Lower	Upper
198	100		
51	45.1	25.1	65.1
105	39.7	19.7	59.7





#66
n-Nitrosodiphenylamine
Concen: 40.622 ng
RT: 15.445 min Scan# 2118
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Tgt Ion:169 Resp: 1044528

Ion	Ratio	Lower	Upper
169	100		
168	68.1	54.5	81.7
167	37.5	30.0	45.0









#67
4-Bromophenyl-phenylether
Concen: 40.548 ng
RT: 16.121 min Scan# 2
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
SSTDICCC040

Tgt Ion:248 Resp: 393056

Ion	Ratio	Lower	Upper
248	100		
250	98.1	78.5	117.7
141	61.5	49.2	73.8









#68
Hexachlorobenzene
Concen: 39.518 ng
RT: 16.227 min Scan# 2251
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Tgt Ion:284 Resp: 459835

Ion	Ratio	Lower	Upper
284	100		
142	34.1	27.3	40.9
249	31.3	25.0	37.6





#69
Atrazine
Concen: 39.479 ng
RT: 16.404 min Scan# 2

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
SSTDICCC040

Delta R.T. -0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Tgt Ion:200 Resp: 250871

Ion	Ratio	Lower	Upper
200	100		
173	25.3	5.3	45.3
215	48.7	28.7	68.7





#70
Pentachlorophenol
Concen: 42.443 ng
RT: 16.574 min Scan# 2310
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Tgt Ion:266 Resp: 305132

Ion	Ratio	Lower	Upper
266	100		
268	61.8	49.4	74.2
264	61.7	49.4	74.0





#71
Phenanthrene
Concen: 40.024 ng
RT: 16.963 min Scan# 2

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
SSTDICCC040

Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Tgt Ion:178 Resp: 1911097

Ion	Ratio	Lower	Upper
178	100		
176	19.4	15.5	23.3
179	15.5	12.4	18.6





#72
Anthracene
Concen: 40.618 ng
RT: 17.051 min Scan# 2391
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Tgt Ion:178 Resp: 1840889

Ion	Ratio	Lower	Upper
178	100		
176	18.7	15.0	22.4
179	15.8	12.6	19.0





#73
Carbazole
Concen: 41.029 ng
RT: 17.327 min Scan# 2

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
SSTDICCC040

Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Tgt Ion:167 Resp: 1816682

Ion	Ratio	Lower	Upper
167	100		
166	21.4	17.1	25.7
139	12.1	9.7	14.5





#74
Di-n-butylphthalate
Concen: 41.855 ng
RT: 17.910 min Scan# 2537
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Tgt Ion:149 Resp: 2098751

Ion	Ratio	Lower	Upper
149	100		
150	9.2	7.4	11.0
104	5.0	4.0	6.0





#75
Fluoranthene
Concen: 40.320 ng
RT: 18.986 min Scan# 2
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
SSTDICCC040

Tgt Ion:202 Resp: 2337625

Ion	Ratio	Lower	Upper
202	100		
101	9.3	0.0	29.3
203	17.7	0.0	37.7





#76
Chrysene-d12
Concen: 20.000 ng
RT: 21.151 min Scan# 3088
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Tgt Ion:240 Resp: 838676

Ion	Ratio	Lower	Upper
240	100		
120	9.4	7.5	11.3
236	26.2	21.0	31.4





#77
Benzidine
Concen: 47.362 ng
RT: 19.186 min Scan# 2
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
SSTDICCC040

Tgt Ion:184 Resp: 565200

Ion	Ratio	Lower	Upper
184	100		
185	14.7	11.8	17.6
183	11.1	8.9	13.3





#78
Pyrene
Concen: 40.125 ng
RT: 19.351 min Scan# 2782
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Tgt Ion:202 Resp: 2478282

Ion	Ratio	Lower	Upper
202	100		
200	21.1	16.9	25.3
203	17.6	14.1	21.1





#79
Terphenyl-d14
Concen: 83.644 ng
RT: 19.574 min Scan# 2
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
SSTDICCC040

Tgt Ion:244 Resp: 4250303

Ion	Ratio	Lower	Upper
244	100		
212	6.8	5.4	8.2
122	7.6	6.1	9.1





#80
Butylbenzylphthalate
Concen: 41.928 ng
RT: 20.280 min Scan# 2940
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Tgt Ion:149 Resp: 874916

Ion	Ratio	Lower	Upper
149	100		
91	71.9	57.5	86.3
206	21.0	16.8	25.2





#81
Benzo(a)anthracene
Concen: 40.237 ng
RT: 21.133 min Scan# 3
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
SSTDICCC040

Tgt Ion:228 Resp: 2405244

Ion	Ratio	Lower	Upper
228	100		
226	27.4	21.9	32.9
229	19.9	15.9	23.9





#82
3,3'-Dichlorobenzidine
Concen: 42.770 ng
RT: 21.074 min Scan# 3075
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Tgt Ion:252 Resp: 776890

Ion	Ratio	Lower	Upper
252	100		
254	64.7	51.8	77.6
126	9.0	7.2	10.8





#83
Chrysene
Concen: 39.800 ng
RT: 21.192 min Scan# 3
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
SSTDICCC040

Tgt Ion:228 Resp: 2254760

Ion	Ratio	Lower	Upper
228	100		
226	29.7	23.8	35.6
229	19.6	15.7	23.5





#84
Bis(2-ethylhexyl)phthalate
Concen: 42.646 ng
RT: 21.086 min Scan# 3077
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Tgt Ion:149 Resp: 1364008

Ion	Ratio	Lower	Upper
149	100		
167	27.5	22.0	33.0
279	3.7	3.0	4.4





#85
Di-n-octyl phthalate
Concen: 40.146 ng
RT: 22.156 min Scan# 3

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
SSTDICCC040

Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Tgt Ion:149 Resp: 2123644

Ion	Ratio	Lower	Upper
149	100		
167	1.6	1.3	1.9
43	9.8	7.8	11.8





#86
Perylene-d12
Concen: 20.000 ng
RT: 23.939 min Scan# 3562
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Tgt Ion:264 Resp: 859413

Ion	Ratio	Lower	Upper
264	100		
260	24.6	19.7	29.5
265	22.1	17.7	26.5





#87
Indeno(1,2,3-cd)pyrene
Concen: 40.227 ng
RT: 27.038 min Scan# 4

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
SSTDICCC040

Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Tgt Ion:276 Resp: 2543818

Ion	Ratio	Lower	Upper
276	100		
138	21.6	17.3	25.9
277	25.0	20.0	30.0





#88
Benzo(b)fluoranthene
Concen: 40.450 ng
RT: 23.068 min Scan# 3414
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Tgt Ion:252 Resp: 2327711

Ion	Ratio	Lower	Upper
252	100		
253	22.2	17.8	26.6
125	8.3	6.6	10.0





#89
Benzo(k)fluoranthene
Concen: 40.240 ng
RT: 23.127 min Scan# 3
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
SSTDICCC040

Tgt Ion:252 Resp: 2255009

Ion	Ratio	Lower	Upper
252	100		
253	21.7	17.4	26.0
125	8.2	6.6	9.8





#90
Benzo(a)pyrene
Concen: 40.331 ng
RT: 23.809 min Scan# 3540
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Tgt Ion:252 Resp: 1967547

Ion	Ratio	Lower	Upper
252	100		
253	22.4	17.9	26.9
125	9.4	7.5	11.3





#91
Dibenzo(a,h)anthracene
Concen: 40.306 ng
RT: 27.091 min Scan# 4

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
SSTDICCC040

Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Tgt Ion:278 Resp: 2125484

Ion	Ratio	Lower	Upper
278	100		
139	13.3	10.6	16.0
279	23.6	18.9	28.3





#92
Benzo(g,h,i)perylene
Concen: 40.114 ng
RT: 28.003 min Scan# 4253
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: BM049317.D
Acq: 02 Jan 2025 14:47

Tgt Ion:276 Resp: 2120852

Ion	Ratio	Lower	Upper
276	100		
277	23.9	19.1	28.7
138	18.4	14.7	22.1