Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM011615\
Data File : BM000240.D
Acq On : 16 Jan 2015 19:10
Operator : TP/IZ
Sample : SSTD02036
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
LabSampleId :
SSTD02036

Quant Time: Jan 17 00:54:16 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_M\METHODS\SOM01.2-EPA-BM122914.M
Quant Title : SVOA CALIBRATION
QLast Update : Sat Jan 17 00:46:05 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 20% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 20% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	83	-0.03
2		1,4-Dioxane	0.478	0.490	-2.5	88	-0.02
3	S	1,4-Dioxane-d8	0.345	0.354	-2.6	86	-0.01
4		Benzaldehyde	1.172	1.231	-5.0	84	-0.02
5	S	Phenol-d5	1.682	1.728	-2.7	88	-0.02
6		Phenol	1.774	1.814	-2.3	87	-0.02
7	S	Bis-(2-Chloroethyl)ether-d8	1.063	1.135	-6.8	94	-0.02
8		Bis(2-Chloroethyl)ether	1.377	1.407	-2.2	88	-0.02
9	S	2-Chlorophenol-d4	1.234	1.262	-2.3	89	-0.02
10		2-Chlorophenol	1.291	1.308	-1.3	87	-0.02
11		2-Methylphenol	1.366	1.348	1.3	85	-0.01
12		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	2.264	2.506	-10.7	96	-0.02
13	S	4-Methylphenol-d8	1.338	1.351	-1.0	87	-0.02
14		Acetophenone	2.352	2.297	2.3	83	-0.02
15	P	N-Nitroso-di-n-propylamine	1.223	1.175	3.9	82	-0.03
16		4-Methylphenol	1.475	1.444	2.1	83	-0.02
17		Hexachloroethane	0.590	0.616	-4.4	92	-0.02
18	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	79	-0.03
19	S	Nitrobenzene-d5	0.138	0.147	-6.5	88	-0.03
20		Nitrobenzene	0.412	0.460	-11.7	91	-0.02
21		Isophorone	0.795	0.783	1.5	80	-0.02
22	S	2-Nitrophenol-d4	0.141	0.155	-9.9	90	-0.02
23	C	2-Nitrophenol	0.156	0.175	-12.2	88	-0.02
24		2,4-Dimethylphenol	0.423	0.438	-3.5	84	-0.02
25		Bis(2-Chloroethoxy)methane	0.442	0.445	-0.7	82	-0.02
26	S	2,4-Dichlorophenol-d3	0.312	0.317	-1.6	83	-0.02
27	C	2,4-Dichlorophenol	0.311	0.321	-3.2	83	-0.02
28		Naphthalene	1.020	1.034	-1.4	83	-0.02
29	S	4-Chloroaniline-d4	0.354	0.407	-15.0	82	-0.03
30		4-Chloroaniline	0.364	0.423	-16.2	82	-0.03
31	C	Hexachlorobutadiene	0.221	0.231	-4.5	86	-0.02
32		Caprolactam	0.101	0.088	12.9	68	-0.02
33	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.382	0.390	-2.1	83	-0.01
34		2-Methylnaphthalene	0.756	0.764	-1.1	82	-0.02
35	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	76	-0.02
36		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.555	0.600	-8.1	85	-0.03
37		Hexachlorocyclopentadiene	0.345	0.391	-13.3	88	-0.03
38	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.354	0.374	-5.6	82	-0.02
39		2,4,5-Trichlorophenol	0.384	0.390	-1.6	77	-0.02
40		1,1'-Biphenyl	1.441	1.529	-6.1	82	-0.02
41		2-Chloronaphthalene	1.105	1.180	-6.8	84	-0.02
42		2-Nitroaniline	0.377	0.401	-6.4	86	-0.02
43	S	Dimethylphthalate-d6	1.475	1.456	1.3	76	-0.02
44		Dimethylphthalate	1.469	1.478	-0.6	78	-0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM011615\
Data File : BM000240.D
Acq On : 16 Jan 2015 19:10
Operator : TP/IZ
Sample : SSTD02036
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
LabSampleId :
SSTD02036

Quant Time: Jan 17 00:54:16 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_M\METHODS\SOM01.2-EPA-BM122914.M
Quant Title : SVOA CALIBRATION
QLast Update : Sat Jan 17 00:46:05 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 20% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 20% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
45		2,6-Dinitrotoluene	0.263	0.280	-6.5	80	-0.02
46	S	Acenaphthylene-d8	1.767	1.821	-3.1	80	-0.02
47		Acenaphthylene	1.863	1.874	-0.6	77	-0.02
48		3-Nitroaniline	0.279	0.303	-8.6	80	-0.01
49	C	Acenaphthene	1.188	1.215	-2.3	79	-0.02
50		2,4-Dinitrophenol	0.128	0.134	-4.7	91	-0.02
51	S	4-Nitrophenol-d4	0.240	0.228	5.0	74	-0.01
52		4-Nitrophenol	0.318	0.344	-8.2	86	0.00
53		Dibenzofuran	1.720	1.760	-2.3	79	-0.02
54		2,4-Dinitrotoluene	0.392	0.412	-5.1	81	-0.02
55		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.331	0.334	-0.9	75	-0.01
56		Diethylphthalate	1.544	1.537	0.5	76	-0.03
57	S	Fluorene-d10	1.267	1.271	-0.3	77	-0.03
58		Fluorene	1.427	1.441	-1.0	78	-0.02
59		4-Chlorophenyl-phenylether	0.704	0.706	-0.3	78	-0.02
60		4-Nitroaniline	0.312	0.308	1.3	76	-0.02
61	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	72	-0.02
62	S	4,6-Dinitro-2-methylphenol-	0.095	0.104	-9.5	89	-0.02
63		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.098	0.109	-11.2	88	-0.02
64		N-Nitrosodiphenylamine	0.580	0.606	-4.5	78	-0.02
65		4-Bromophenyl-phenylether	0.204	0.213	-4.4	79	-0.03
66		Hexachlorobenzene	0.235	0.245	-4.3	78	-0.02
67		Atrazine	0.226	0.231	-2.2	74	-0.03
68	C	Pentachlorophenol	0.142	0.133	6.3	73	-0.02
69		Phenanthrene	1.083	1.141	-5.4	77	-0.03
70	S	Anthracene-d10	0.925	0.971	-5.0	77	-0.01
71		Anthracene	1.113	1.170	-5.1	77	-0.01
72		Carbazole	1.006	1.045	-3.9	76	-0.02
73		Di-n-butylphthalate	1.196	1.230	-2.8	73	-0.03
74	C	Fluoranthene	1.265	1.317	-4.1	75	-0.02
75	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	70	-0.02
76	S	Pyrene-d10	0.923	0.939	-1.7	74	-0.02
77		Pyrene	1.205	1.232	-2.2	74	-0.02
78		Butylbenzylphthalate	0.490	0.490	0.0	71	-0.03
79		3,3'-Dichlorobenzidine	0.353	0.390	-10.5	71	-0.02
80		Benzo(a)anthracene	1.155	1.183	-2.4	75	-0.02
81		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.713	0.715	-0.3	69	-0.03
82		Chrysene	1.064	1.116	-4.9	74	-0.02
83	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	73	-0.02
84		Di-n-octyl phthalate	1.298	1.277	1.6	72	-0.04
85		Benzo(b)fluoranthene	1.276	1.277	-0.1	73	-0.03
86		Benzo(k)fluoranthene	1.090	1.157	-6.1	81	-0.03
87	S	Benzo(a)pyrene-d12	0.908	0.946	-4.2	78	-0.04

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM011615\
Data File : BM000240.D
Acq On : 16 Jan 2015 19:10
Operator : TP/IZ
Sample : SSTD02036
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
LabSampleId :
SSTD02036

Quant Time: Jan 17 00:54:16 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_M\METHODS\SOM01.2-EPA-BM122914.M
Quant Title : SVOA CALIBRATION
QLast Update : Sat Jan 17 00:46:05 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 20% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 20% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
88 C	Benzo(a)pyrene	1.121	1.177	-5.0	77	-0.04
89	Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.170	1.348	-15.2	89	-0.04
90	Dibenzo(a,h)anthracene	0.985	1.119	-13.6	87	-0.05
91	Benzo(g,h,i)perylene	0.961	1.137	-18.3	92	-0.05

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0