Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : U:\HPCHEM1\BNA M\Data\BM012018\
Data File : BM013671.D
Acq On : 20 Jan 2018 08:44
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC020
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_M
LabSampleId : SSTD02029

Quant Time: Jan 22 00:38:25 2018
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA M\METHODS\SOM-EPA-BM011018.M
Quant Title : SVOA CALIBRATION
QLast Update : Sat Jan 20 00:06:08 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 20% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 20% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	122	0.00
2		1,4-Dioxane	0.554	0.404	27.1#	93	0.00
3	S	1,4-Dioxane-d8	0.506	0.412	18.6	101	0.00
4		Benzaldehyde	1.063	1.084	-2.0	115	0.00
5	S	Phenol-d5	1.535	1.503	2.1	125	0.00
6		Phenol	1.540	1.441	6.4	117	0.00
7	S	Bis-(2-Chloroethyl)ether-d8	0.930	0.861	7.4	113	0.00
8		Bis(2-Chloroethyl)ether	1.205	1.147	4.8	121	0.00
9	S	2-Chlorophenol-d4	1.251	1.265	-1.1	121	0.00
10		2-Chlorophenol	1.247	1.251	-0.3	125	0.00
11		2-Methylphenol	1.135	1.100	3.1	122	0.00
12		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	1.226	1.142	6.9	115	0.00
13	S	4-Methylphenol-d8	1.180	1.185	-0.4	128	0.00
14		Acetophenone	1.953	1.891	3.2	122	0.00
15	P	N-Nitroso-di-n-propylamine	0.953	0.920	3.5	123	0.00
16		4-Methylphenol	1.214	1.213	0.1	125	0.00
17		Hexachloroethane	0.607	0.559	7.9	117	0.00
18	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	126	0.00
19	S	Nitrobenzene-d5	0.155	0.155	0.0	127	0.00
20		Nitrobenzene	0.401	0.376	6.2	120	0.00
21		Isophorone	0.648	0.609	6.0	120	0.00
22	S	2-Nitrophenol-d4	0.164	0.166	-1.2	129	0.00
23	C	2-Nitrophenol	0.171	0.172	-0.6	129	0.00
24		2,4-Dimethylphenol	0.360	0.344	4.4	121	0.00
25		Bis(2-Chloroethoxy)methane	0.395	0.373	5.6	117	0.00
26	S	2,4-Dichlorophenol-d3	0.317	0.314	0.9	124	0.00
27	C	2,4-Dichlorophenol	0.305	0.302	1.0	125	0.00
28		Naphthalene	0.995	0.988	0.7	127	0.00
29	S	4-Chloroaniline-d4	0.275	0.328	-19.3	167#	0.00
30		4-Chloroaniline	0.273	0.325	-19.0	172#	0.00
31	C	Hexachlorobutadiene	0.251	0.230	8.4	118	0.00
32		Caprolactam	0.085	0.083	2.4	128	0.00
33	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.309	0.306	1.0	129	0.00
34		2-Methylnaphthalene	0.742	0.718	3.2	126	0.00
35	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	125	0.00
36		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.741	0.734	0.9	125	0.00
37		Hexachlorocyclopentadiene	0.308	0.240	22.1#	111	0.00
38	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.429	0.437	-1.9	125	0.00
39		2,4,5-Trichlorophenol	0.446	0.461	-3.4	127	0.00
40		1,1'-Biphenyl	1.665	1.653	0.7	123	0.00
41		2-Chloronaphthalene	1.301	1.298	0.2	123	0.00
42		2-Nitroaniline	0.359	0.346	3.6	114	0.00
43	S	Dimethylphthalate-d6	1.648	1.592	3.4	121	0.00
44		Dimethylphthalate	1.621	1.549	4.4	121	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : U:\HPCHEM1\BNA M\Data\BM012018\
Data File : BM013671.D
Acq On : 20 Jan 2018 08:44
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC020
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_M
LabSampleId : SSTD02029

Quant Time: Jan 22 00:38:25 2018
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA M\METHODS\SOM-EPA-BM011018.M
Quant Title : SVOA CALIBRATION
QLast Update : Sat Jan 20 00:06:08 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 20% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 20% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
45		2,6-Dinitrotoluene	0.314	0.317	-1.0	120	0.00
46	S	Acenaphthylene-d8	2.102	2.059	2.0	122	0.00
47		Acenaphthylene	1.923	1.893	1.6	121	0.00
48		3-Nitroaniline	0.247	0.271	-9.7	147	0.00
49	C	Acenaphthene	1.332	1.321	0.8	124	0.00
50		2,4-Dinitrophenol	0.180	0.136	24.4#	108	0.00
51	S	4-Nitrophenol-d4	0.268	0.240	10.4	124	0.00
52		4-Nitrophenol	0.272	0.243	10.7	111	0.00
53		Dibenzofuran	2.004	1.935	3.4	119	0.00
54		2,4-Dinitrotoluene	0.458	0.463	-1.1	122	0.00
55		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.420	0.419	0.2	127	0.00
56		Diethylphthalate	1.631	1.522	6.7	119	0.00
57	S	Fluorene-d10	1.450	1.383	4.6	118	0.00
58		Fluorene	1.641	1.595	2.8	122	0.00
59		4-Chlorophenyl-phenylether	0.887	0.849	4.3	119	0.00
60		4-Nitroaniline	0.289	0.272	5.9	113	0.00
61	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	119	0.00
62	S	4,6-Dinitro-2-methylphenol-	0.120	0.108	10.0	120	0.00
63		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.127	0.111	12.6	113	0.00
64		N-Nitrosodiphenylamine	0.588	0.587	0.2	122	0.00
65		4-Bromophenyl-phenylether	0.236	0.224	5.1	116	0.00
66		Hexachlorobenzene	0.254	0.256	-0.8	123	0.00
67		Atrazine	0.235	0.228	3.0	122	0.00
68	C	Pentachlorophenol	0.135	0.123	8.9	124	0.00
69		Phenanthrene	1.112	1.096	1.4	119	0.00
70	S	Anthracene-d10	0.974	0.964	1.0	118	0.00
71		Anthracene	1.147	1.146	0.1	122	0.00
72		Carbazole	0.947	0.938	1.0	121	0.00
73		Di-n-butylphthalate	1.113	1.045	6.1	114	0.00
74	C	Fluoranthene	1.327	1.305	1.7	119	0.00
75	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	115	0.00
76	S	Pyrene-d10	0.931	0.963	-3.4	119	0.00
77		Pyrene	1.216	1.246	-2.5	119	0.00
78		Butylbenzylphthalate	0.428	0.432	-0.9	117	0.00
79		3,3'-Dichlorobenzidine	0.331	0.356	-7.6	129	0.00
80		Benzo(a)anthracene	1.209	1.226	-1.4	118	0.00
81		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.643	0.617	4.0	110	0.00
82		Chrysene	1.109	1.112	-0.3	116	0.00
83	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	120	0.00
84		Di-n-octyl phthalate	1.205	1.030	14.5	110	0.00
85		Benzo(b)fluoranthene	1.228	1.229	-0.1	118	0.00
86		Benzo(k)fluoranthene	1.187	1.164	1.9	115	0.00
87	S	Benzo(a)pyrene-d12	0.919	0.937	-2.0	122	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : U:\HPCHEM1\BNA M\Data\BM012018\
Data File : BM013671.D
Acq On : 20 Jan 2018 08:44
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC020
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_M
LabSampleId : SSTD02029

Quant Time: Jan 22 00:38:25 2018
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA M\METHODS\SOM-EPA-BM011018.M
Quant Title : SVOA CALIBRATION
QLast Update : Sat Jan 20 00:06:08 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 20% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 20% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
88 C	Benzo(a)pyrene	1.160	1.169	-0.8	119	0.00
89	Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.370	1.324	3.4	117	0.00
90	Dibenzo(a,h)anthracene	1.157	1.126	2.7	117	0.00
91	Benzo(g,h,i)perylene	1.127	1.095	2.8	116	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0