Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA M\DATA\BM012216\
Data File : BM004115.D
Acq On : 22 Jan 2016 17:39
Operator : SJ/UM
Sample : SSTDCCC001
Misc :
ALS Vial : 15 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_M
LabSampleId : SSTDCCC001

Quant Time: Jan 22 18:17:55 2016
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA M\METHODS\8270-SIM-BM012216.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jan 22 14:46:41 2016
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	96	0.00
2		1,4-Dioxane	0.547	0.465	15.0	97	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.446	0.426	4.5	100	-0.02
4	S	2-Fluorophenol	1.043	0.959	8.1	98	-0.02
5	S	Phenol-d6	1.259	1.147	8.9	98	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.167	1.070	8.3	97	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	98	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.219	0.199	9.1	99	0.00
9		Nitrobenzene	0.250	0.226	9.6	100	0.00
10		Naphthalene	1.165	1.074	7.8	98	0.00
11		Hexachlorobutadiene	0.180	0.167	7.2	99	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.762	0.705	7.5	99	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	92	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.145	0.125	13.8	92	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.532	1.499	2.2	98	0.00
16		Acenaphthylene	2.158	2.019	6.4	96	0.02
17		Acenaphthene	1.634	1.505	7.9	96	0.00
18		Fluorene	1.987	1.911	3.8	99	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	104	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.163	0.131	19.6	86	0.02
21		Hexachlorobenzene	0.171	0.141	17.5	90	0.02
22		Pentachlorophenol	0.043	0.029	32.6#	95	0.00
23		Phenanthrene	1.074	0.918	14.5	97	0.02
24		Anthracene	1.142	0.937	18.0	92	0.00
25		Fluoranthene	1.355	1.156	14.7	96	0.00
26	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	101	0.00
27		Benzidine	0.241	0.122	49.4#	58	0.00
28		Pyrene	1.423	1.213	14.8	95	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.643	0.568	11.7	100	0.00
30		Benzo(a)anthracene	1.518	1.248	17.8	94	0.00
31		3,3'-Dichlorobenzidine	0.338	0.263	22.2	96	-0.01
32		Chrysene	1.372	1.160	15.5	97	-0.01
33		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.595	0.529	11.1	127	-0.01
34		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.463	1.263	13.7	99	0.00
35	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	97	0.00
36		Benzo(b)fluoranthene	1.551	1.402	9.6	94	0.00
37		Benzo(k)fluoranthene	1.404	1.311	6.6	102	0.00
38	C	Benzo(a)pyrene	1.366	1.258	7.9	100	0.00
39		Dibenzo(a,h)anthracene	1.227	1.125	8.3	99	0.00
40		Benzo(g,h,i)perylene	1.339	1.206	9.9	98	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA M\DATA\BM012216\
Data File : BM004115.D
Acq On : 22 Jan 2016 17:39
Operator : SJ/UM
Sample : SSTDCCC001
Misc :
ALS Vial : 15 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_M
LabSampleId :
SSTDCCC001

Quant Time: Jan 22 18:17:55 2016
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA M\METHODS\8270-SIM-BM012216.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jan 22 14:46:41 2016
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0