Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM022522\
Data File : BM034090.D
Acq On : 25 Feb 2022 23:14
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 16 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_M
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Feb 26 04:02:59 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\8270-BM022222.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Sat Feb 26 03:45:21 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	59	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	38.066	4.8	57	0.00
3		Pyridine	40.000	37.016	7.5	54	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	39.394	1.5	58	-0.01
5	S	2-Fluorophenol	80.000	78.206	2.2	57	0.00
6		Aniline	40.000	36.851	7.9	53	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	75.003	6.2	54	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	39.536	1.2	56	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	34.536	13.7	56	0.00
10	C	Phenol	40.000	36.710	8.2	53	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	35.739	10.7	52	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	40.032	-0.1	58	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	40.135	-0.3	59	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	39.779	0.6	58	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	38.708	3.2	56	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	30.767	23.1	45	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	38.110	4.7	55	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	39.593	1.0	58	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	36.979	7.6	53	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	37.836	5.4	54	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	56	0.00
22		Acetophenone	40.000	38.895	2.8	55	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	78.597	1.8	55	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	38.340	4.1	54	0.00
25		Isophorone	40.000	38.167	4.6	53	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	44.163	-10.4	60	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	38.193	4.5	54	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	36.333	9.2	52	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	41.807	-4.5	58	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	41.576	-3.9	60	0.00
31		Naphthalene	40.000	38.893	2.8	55	0.00
32		Benzoic acid	40.000	7.098	82.3#	10	-0.07
33		4-Chloroaniline	40.000	39.517	1.2	56	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	43.330	-8.3	62	0.00
35		Caprolactam	40.000	59.898	-49.7#	85	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	41.137	-2.8	58	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	40.087	-0.2	57	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	40.273	-0.7	57	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	60	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	40.796	-2.0	61	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	41.253	-3.1	60	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	95.272	-19.1	75	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	45.412	-13.5	68	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	47.041	-17.6	71	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	79.026	1.2	59	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	38.506	3.7	58	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	38.853	2.9	58	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM022522\
Data File : BM034090.D
Acq On : 25 Feb 2022 23:14
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 16 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_M
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Feb 26 04:02:59 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\8270-BM022222.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Sat Feb 26 03:45:21 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	40.963	-2.4	58	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	39.578	1.1	59	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	41.996	-5.0	64	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	43.233	-8.1	64	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	37.204	7.0	56	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	43.082	-7.7	63	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	9.195	77.0#	9	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	40.165	-0.4	61	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	35.822	10.4	52	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	45.312	-13.3	66	0.00
58		Fluorene	40.000	41.179	-2.9	62	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	43.355	-8.4	65	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	42.812	-7.0	65	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	42.027	-5.1	64	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	44.553	-11.4	64	0.00
63		Azobenzene	40.000	38.225	4.4	58	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	66	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	8.893	77.8#	14	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	38.615	3.5	63	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	41.400	-3.5	72	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	41.248	-3.1	70	0.00
69		Atrazine	40.000	44.654	-11.6	71	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	29.872	25.3#	47	0.00
71		Phenanthrene	40.000	39.622	0.9	66	0.00
72		Anthracene	40.000	40.416	-1.0	66	0.00
73		Carbazole	40.000	40.789	-2.0	67	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	42.132	-5.3	67	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	42.455	-6.1	69	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	72	0.00
77		Benzidine	40.000	46.378	-15.9	68	0.00
78		Pyrene	40.000	37.491	6.3	70	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	79.505	0.6	73	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	39.673	0.8	68	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	39.971	0.1	72	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	43.545	-8.9	75	0.00
83		Chrysene	40.000	40.298	-0.7	72	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	39.845	0.4	67	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	40.662	-1.7	68	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	75	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	41.510	-3.8	77	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	39.905	0.2	75	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	39.918	0.2	74	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	40.362	-0.9	75	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	41.284	-3.2	77	-0.01
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	41.561	-3.9	77	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM022522\
Data File : BM034090.D
Acq On : 25 Feb 2022 23:14
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 16 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_M
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Feb 26 04:02:59 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\8270-BM022222.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Sat Feb 26 03:45:21 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 1