Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM030521\
Data File : BM028992.D
Acq On : 05 Mar 2021 12:35
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_M
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Mar 05 13:17:27 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\8270-BM022321.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Mar 05 13:17:12 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	67	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	44.053	-10.1	73	0.00
3		Pyridine	40.000	42.771	-6.9	71	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	55.785	-39.5#	91	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	82.367	-3.0	68	0.00
6		Aniline	40.000	40.160	-0.4	67	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	79.462	0.7	67	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	39.317	1.7	66	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	34.237	14.4	65	0.00
10	C	Phenol	40.000	39.355	1.6	66	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	38.436	3.9	65	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	40.256	-0.6	68	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	39.697	0.8	66	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	39.955	0.1	68	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	40.629	-1.6	67	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	43.978	-9.9	75	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	39.304	1.7	65	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	41.094	-2.7	69	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	40.295	-0.7	67	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	40.100	-0.3	67	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	65	0.00
22		Acetophenone	40.000	41.474	-3.7	67	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	86.104	-7.6	70	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	42.699	-6.7	69	0.00
25		Isophorone	40.000	40.705	-1.8	66	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	41.159	-2.9	65	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	40.213	-0.5	66	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	38.939	2.7	63	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	41.058	-2.6	66	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	41.097	-2.7	66	0.00
31		Naphthalene	40.000	39.815	0.5	66	0.00
32		Benzoic acid	40.000	42.908	-7.3	65	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	40.227	-0.6	65	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	41.661	-4.2	68	0.00
35		Caprolactam	40.000	39.512	1.2	63	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	41.809	-4.5	68	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	39.595	1.0	65	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	39.112	2.2	64	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	65	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	39.530	1.2	65	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	40.301	-0.8	64	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	84.747	-5.9	67	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	41.457	-3.6	66	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	41.745	-4.4	68	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	80.181	-0.2	67	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	39.445	1.4	65	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	40.049	-0.1	66	0.00

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM030521\
Data File : BM028992.D
Acq On : 05 Mar 2021 12:35
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_M
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Mar 05 13:17:27 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\8270-BM022321.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Mar 05 13:17:12 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	46.204	-15.5	73	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	40.490	-1.2	66	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	41.413	-3.5	67	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	41.824	-4.6	66	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	39.888	0.3	66	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	43.239	-8.1	68	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	43.162	-7.9	67	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	41.296	-3.2	68	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	42.229	-5.6	68	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	44.571	-11.4	70	0.00
58		Fluorene	40.000	41.545	-3.9	68	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	41.900	-4.7	67	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	42.190	-5.5	68	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	41.613	-4.0	69	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	44.404	-11.0	68	0.00
63		Azobenzene	40.000	44.143	-10.4	71	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	69	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	40.258	-0.6	68	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	38.165	4.6	66	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	38.621	3.4	67	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	38.624	3.4	68	0.00
69		Atrazine	40.000	40.456	-1.1	69	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	44.015	-10.0	71	0.00
71		Phenanthrene	40.000	39.461	1.3	69	0.00
72		Anthracene	40.000	39.961	0.1	69	0.00
73		Carbazole	40.000	40.294	-0.7	69	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	41.005	-2.5	68	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	41.792	-4.5	71	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	73	0.00
77		Benzidine	40.000	36.416	9.0	58	0.00
78		Pyrene	40.000	38.390	4.0	72	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	77.915	2.6	73	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	39.567	1.1	71	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	39.979	0.1	74	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	40.012	-0.0	72	0.00
83		Chrysene	40.000	40.093	-0.2	74	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	40.046	-0.1	71	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	40.392	-1.0	71	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	74	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	38.447	3.9	70	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	40.142	-0.4	73	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	38.761	3.1	73	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	39.225	1.9	73	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	38.370	4.1	70	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	38.588	3.5	71	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM030521\
Data File : BM028992.D
Acq On : 05 Mar 2021 12:35
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_M
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Mar 05 13:17:27 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\8270-BM022321.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Mar 05 13:17:12 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0