Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM030821\
Data File : BM029012.D
Acq On : 08 Mar 2021 09:19
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_M
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Mar 08 10:01:58 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\8270-BM022321.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Mar 05 13:17:12 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	60	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	42.650	-6.6	63	0.00
3		Pyridine	40.000	42.330	-5.8	63	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	54.617	-36.5#	80	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	79.881	0.1	59	0.00
6		Aniline	40.000	39.152	2.1	59	-0.01
7	S	Phenol-d6	80.000	78.199	2.3	59	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	38.767	3.1	58	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	35.292	11.8	60	-0.01
10	C	Phenol	40.000	38.323	4.2	58	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	37.682	5.8	57	-0.01
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	38.974	2.6	59	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	39.396	1.5	59	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	38.508	3.7	58	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	40.236	-0.6	60	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	44.233	-10.6	68	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	38.298	4.3	57	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	40.910	-2.3	62	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	41.133	-2.8	61	-0.01
20		3+4-Methylphenols	40.000	39.139	2.2	59	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	58	0.00
22		Acetophenone	40.000	41.227	-3.1	60	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	86.373	-8.0	62	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	42.918	-7.3	62	0.00
25		Isophorone	40.000	41.729	-4.3	61	-0.01
26	C	2-Nitrophenol	40.000	40.849	-2.1	58	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	39.471	1.3	58	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	39.395	1.5	57	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	40.639	-1.6	58	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	40.908	-2.3	59	0.00
31		Naphthalene	40.000	39.660	0.9	58	-0.01
32		Benzoic acid	40.000	43.967	-9.9	60	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	39.952	0.1	58	-0.01
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	42.551	-6.4	62	0.00
35		Caprolactam	40.000	39.974	0.1	57	-0.01
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	41.490	-3.7	61	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	39.667	0.8	58	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	39.370	1.6	58	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	60	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	39.494	1.3	60	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	43.729	-9.3	63	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	80.397	-0.5	58	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	40.831	-2.1	60	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	40.420	-1.1	60	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	79.721	0.3	61	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	38.992	2.5	59	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	39.388	1.5	60	0.00

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM030821\
Data File : BM029012.D
Acq On : 08 Mar 2021 09:19
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_M
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Mar 08 10:01:58 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\8270-BM022321.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Mar 05 13:17:12 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	45.434	-13.6	66	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	39.908	0.2	60	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	41.365	-3.4	61	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	40.951	-2.4	59	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	39.067	2.3	59	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	41.502	-3.8	60	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	41.046	-2.6	58	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	40.583	-1.5	61	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	39.138	2.2	57	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	43.194	-8.0	62	0.00
58		Fluorene	40.000	40.899	-2.2	61	-0.01
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	41.048	-2.6	60	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	42.527	-6.3	63	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	40.913	-2.3	62	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	41.843	-4.6	58	0.00
63		Azobenzene	40.000	43.626	-9.1	64	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	61	-0.01
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	39.463	1.3	59	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	39.088	2.3	60	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	38.282	4.3	59	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	39.287	1.8	62	-0.01
69		Atrazine	40.000	41.242	-3.1	62	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	41.860	-4.6	60	0.00
71		Phenanthrene	40.000	39.149	2.1	61	-0.01
72		Anthracene	40.000	39.483	1.3	60	0.00
73		Carbazole	40.000	39.578	1.1	60	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	42.117	-5.3	62	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	40.579	-1.4	61	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	64	-0.01
77		Benzidine	40.000	34.584	13.5	48	0.00
78		Pyrene	40.000	37.629	5.9	62	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	78.858	1.4	65	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	40.768	-1.9	65	-0.01
81		Benzo(a)anthracene	40.000	39.785	0.5	65	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	39.556	1.1	62	-0.01
83		Chrysene	40.000	39.958	0.1	65	-0.01
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	41.761	-4.4	66	-0.01
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	42.868	-7.2	67	-0.01
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	65	-0.02
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	39.473	1.3	64	-0.02
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	38.517	3.7	62	-0.01
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	40.588	-1.5	67	-0.01
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	39.745	0.6	65	-0.02
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	39.628	0.9	64	-0.02
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	39.397	1.5	64	-0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM030821\
Data File : BM029012.D
Acq On : 08 Mar 2021 09:19
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_M
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Mar 08 10:01:58 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\8270-BM022321.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Mar 05 13:17:12 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0