Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM030921\
Data File : BM029038.D
Acq On : 09 Mar 2021 09:28
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_M
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Mar 09 10:08:49 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\8270-BM022321.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Mar 09 10:08:02 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	61	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	41.111	-2.8	61	0.00
3		Pyridine	40.000	40.471	-1.2	61	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	49.120	-22.8	72	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	78.352	2.1	59	0.00
6		Aniline	40.000	37.922	5.2	57	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	75.134	6.1	57	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	37.335	6.7	57	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	34.405	14.0	59	0.00
10	C	Phenol	40.000	37.387	6.5	57	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	37.524	6.2	57	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	37.445	6.4	57	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	38.210	4.5	58	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	38.031	4.9	58	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	37.866	5.3	57	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	42.411	-6.0	65	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	37.425	6.4	56	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	39.827	0.4	60	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	38.957	2.6	58	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	37.740	5.6	57	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	57	0.00
22		Acetophenone	40.000	40.999	-2.5	58	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	83.943	-4.9	59	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	41.964	-4.9	59	0.00
25		Isophorone	40.000	42.011	-5.0	60	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	41.088	-2.7	57	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	40.111	-0.3	57	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	39.046	2.4	55	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	39.657	0.9	56	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	40.590	-1.5	57	0.00
31		Naphthalene	40.000	39.771	0.6	57	0.00
32		Benzoic acid	40.000	43.134	-7.8	57	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	38.965	2.6	55	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	42.455	-6.1	60	0.00
35		Caprolactam	40.000	40.679	-1.7	57	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	40.366	-0.9	58	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	38.900	2.8	56	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	38.981	2.5	56	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	56	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	40.550	-1.4	57	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	41.142	-2.9	56	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	83.934	-4.9	56	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	41.442	-3.6	57	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	41.446	-3.6	57	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	80.996	-1.2	57	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	39.607	1.0	56	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	40.386	-1.0	57	0.00

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM030921\
Data File : BM029038.D
Acq On : 09 Mar 2021 09:28
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_M
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Mar 09 10:08:49 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\8270-BM022321.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Mar 09 10:08:02 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	45.386	-13.5	61	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	41.151	-2.9	58	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	42.791	-7.0	59	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	41.963	-4.9	57	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	40.089	-0.2	56	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	41.849	-4.6	56	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	41.961	-4.9	56	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	41.482	-3.7	58	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	40.119	-0.3	55	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	45.176	-12.9	60	0.00
58		Fluorene	40.000	41.160	-2.9	57	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	42.272	-5.7	58	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	43.518	-8.8	60	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	41.566	-3.9	59	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	43.489	-8.7	57	0.00
63		Azobenzene	40.000	43.872	-9.7	60	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	59	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	39.796	0.5	57	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	38.546	3.6	57	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	38.518	3.7	57	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	38.429	3.9	57	0.00
69		Atrazine	40.000	41.739	-4.3	60	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	42.323	-5.8	58	0.00
71		Phenanthrene	40.000	39.045	2.4	58	0.00
72		Anthracene	40.000	39.517	1.2	57	0.00
73		Carbazole	40.000	39.929	0.2	58	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	43.500	-8.8	61	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	41.692	-4.2	60	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	63	0.00
77		Benzidine	40.000	35.843	10.4	49	0.00
78		Pyrene	40.000	37.976	5.1	61	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	78.450	1.9	63	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	42.039	-5.1	65	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	40.084	-0.2	64	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	40.890	-2.2	63	0.00
83		Chrysene	40.000	39.972	0.1	63	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	43.925	-9.8	67	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	44.991	-12.5	68	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	65	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	40.326	-0.8	65	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	38.552	3.6	62	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	40.355	-0.9	67	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	39.515	1.2	64	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	40.297	-0.7	65	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	40.088	-0.2	64	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM030921\
Data File : BM029038.D
Acq On : 09 Mar 2021 09:28
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_M
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Mar 09 10:08:49 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\8270-BM022321.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Mar 09 10:08:02 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0