Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM030921\
Data File : BM029046.D
Acq On : 09 Mar 2021 15:08
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_M
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Mar 09 15:38:25 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\8270-BM022321.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Mar 09 10:08:02 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	54	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	43.751	-9.4	58	0.00
3		Pyridine	40.000	41.927	-4.8	56	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	52.292	-30.7#	69	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	80.016	-0.0	53	0.00
6		Aniline	40.000	39.260	1.9	53	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	76.380	4.5	52	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	38.630	3.4	52	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	35.245	11.9	54	0.00
10	C	Phenol	40.000	38.004	5.0	52	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	38.462	3.8	52	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	39.134	2.2	53	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	39.649	0.9	53	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	39.067	2.3	53	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	42.545	-6.4	57	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	42.889	-7.2	59	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	39.053	2.4	52	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	41.922	-4.8	57	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	40.128	-0.3	53	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	38.813	3.0	52	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	53	0.00
22		Acetophenone	40.000	40.569	-1.4	53	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	82.317	-2.9	54	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	41.632	-4.1	54	0.00
25		Isophorone	40.000	41.565	-3.9	55	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	40.369	-0.9	52	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	38.495	3.8	51	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	38.528	3.7	51	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	39.570	1.1	52	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	40.201	-0.5	53	0.00
31		Naphthalene	40.000	39.332	1.7	52	0.00
32		Benzoic acid	40.000	42.457	-6.1	52	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	38.518	3.7	51	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	41.968	-4.9	56	0.00
35		Caprolactam	40.000	40.956	-2.4	53	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	40.221	-0.6	53	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	39.030	2.4	52	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	38.872	2.8	52	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	54	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	39.140	2.1	53	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	38.242	4.4	50	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	81.547	-1.9	53	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	39.884	0.3	52	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	39.914	0.2	53	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	79.854	0.2	54	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	38.643	3.4	52	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	39.113	2.2	53	0.00

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM030921\
Data File : BM029046.D
Acq On : 09 Mar 2021 15:08
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_M
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Mar 09 15:38:25 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\8270-BM022321.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Mar 09 10:08:02 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	43.454	-8.6	56	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	39.850	0.4	54	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	41.626	-4.1	55	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	40.988	-2.5	53	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	39.310	1.7	53	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	39.577	1.1	51	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	40.584	-1.5	52	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	40.094	-0.2	54	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	37.205	7.0	49	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	43.727	-9.3	56	0.00
58		Fluorene	40.000	40.272	-0.7	54	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	41.190	-3.0	54	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	42.601	-6.5	56	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	41.769	-4.4	57	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	40.959	-2.4	51	0.00
63		Azobenzene	40.000	43.384	-8.5	57	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	56	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	38.230	4.4	52	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	38.167	4.6	53	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	38.552	3.6	54	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	38.061	4.8	54	0.00
69		Atrazine	40.000	41.246	-3.1	56	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	43.410	-8.5	57	0.00
71		Phenanthrene	40.000	38.827	2.9	54	0.00
72		Anthracene	40.000	39.462	1.3	55	0.00
73		Carbazole	40.000	39.867	0.3	55	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	42.855	-7.1	57	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	41.280	-3.2	57	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	60	0.00
77		Benzidine	40.000	34.786	13.0	45	0.00
78		Pyrene	40.000	37.359	6.6	57	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	78.301	2.1	60	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	40.987	-2.5	60	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	40.339	-0.8	61	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	40.675	-1.7	60	0.00
83		Chrysene	40.000	40.298	-0.7	60	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	43.390	-8.5	63	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	45.067	-12.7	65	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	63	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	39.962	0.1	62	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	39.885	0.3	62	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	39.350	1.6	63	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	39.592	1.0	62	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	40.191	-0.5	63	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	39.733	0.7	62	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM030921\
Data File : BM029046.D
Acq On : 09 Mar 2021 15:08
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_M
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Mar 09 15:38:25 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\8270-BM022321.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Mar 09 10:08:02 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0