Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM031021\
Data File : BM029066.D
Acq On : 10 Mar 2021 12:42
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_M
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Mar 10 13:27:35 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\8270-BM022321.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Mar 09 10:08:02 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	60	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	41.887	-4.7	62	0.00
3		Pyridine	40.000	41.604	-4.0	63	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	49.976	-24.9	73	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	80.658	-0.8	60	0.00
6		Aniline	40.000	40.723	-1.8	61	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	78.644	1.7	59	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	39.879	0.3	60	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	36.145	9.6	61	0.00
10	C	Phenol	40.000	39.396	1.5	60	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	39.467	1.3	60	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	39.754	0.6	60	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	39.271	1.8	59	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	39.594	1.0	60	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	44.009	-10.0	66	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	44.267	-10.7	68	-0.01
17		2-Methylphenol	40.000	39.520	1.2	59	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	41.106	-2.8	62	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	42.422	-6.1	63	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	40.758	-1.9	61	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	60	0.00
22		Acetophenone	40.000	41.793	-4.5	62	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	84.316	-5.4	62	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	42.139	-5.3	62	0.00
25		Isophorone	40.000	43.967	-9.9	65	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	42.077	-5.2	61	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	40.727	-1.8	60	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	40.239	-0.6	59	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	40.299	-0.7	59	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	40.615	-1.5	60	0.00
31		Naphthalene	40.000	40.084	-0.2	60	0.00
32		Benzoic acid	40.000	41.511	-3.8	58	0.01
33		4-Chloroaniline	40.000	39.851	0.4	59	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	41.802	-4.5	62	0.00
35		Caprolactam	40.000	43.071	-7.7	63	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	41.119	-2.8	61	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	39.571	1.1	59	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	39.520	1.2	59	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	61	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	39.497	1.3	61	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	32.076	19.8	47	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	80.849	-1.1	59	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	40.193	-0.5	60	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	39.110	2.2	59	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	78.885	1.4	61	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	38.646	3.4	60	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	39.500	1.3	61	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM031021\
Data File : BM029066.D
Acq On : 10 Mar 2021 12:42
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_M
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Mar 10 13:27:35 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\8270-BM022321.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Mar 09 10:08:02 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	43.938	-9.8	65	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	40.174	-0.4	62	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	41.658	-4.1	63	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	41.397	-3.5	61	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	39.225	1.9	61	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	42.195	-5.5	62	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	37.984	5.0	55	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	40.210	-0.5	62	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	35.433	11.4	53	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	43.394	-8.5	63	0.00
58		Fluorene	40.000	40.162	-0.4	61	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	40.213	-0.5	60	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	42.220	-5.5	64	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	40.596	-1.5	63	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	41.775	-4.4	60	0.00
63		Azobenzene	40.000	42.689	-6.7	64	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	62	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	39.248	1.9	59	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	38.924	2.7	60	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	39.465	1.3	61	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	39.078	2.3	61	0.00
69		Atrazine	40.000	42.051	-5.1	64	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	38.528	3.7	56	0.00
71		Phenanthrene	40.000	39.630	0.9	61	0.00
72		Anthracene	40.000	39.984	0.0	61	0.00
73		Carbazole	40.000	39.977	0.1	61	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	43.536	-8.8	65	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	41.202	-3.0	62	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	63	0.00
77		Benzidine	40.000	37.234	6.9	51	0.00
78		Pyrene	40.000	38.637	3.4	62	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	79.825	0.2	64	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	42.980	-7.4	67	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	40.021	-0.1	64	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	41.214	-3.0	64	0.00
83		Chrysene	40.000	39.873	0.3	63	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	44.260	-10.6	68	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	45.441	-13.6	69	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	66	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	39.479	1.3	65	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	38.092	4.8	62	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	39.383	1.5	67	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	39.013	2.5	65	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	39.725	0.7	65	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	39.362	1.6	65	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM031021\
Data File : BM029066.D
Acq On : 10 Mar 2021 12:42
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_M
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Mar 10 13:27:35 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\8270-BM022321.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Mar 09 10:08:02 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0