Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM031521\
Data File : BM029126.D
Acq On : 15 Mar 2021 12:40
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_M
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Mar 15 13:31:49 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\8270-BM022321.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Mar 12 12:30:15 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	58	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	43.686	-9.2	63	0.00
3		Pyridine	40.000	41.292	-3.2	60	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	53.878	-34.7#	76	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	80.624	-0.8	58	0.00
6		Aniline	40.000	38.814	3.0	57	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	79.374	0.8	58	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	39.412	1.5	58	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	34.800	13.0	57	0.00
10	C	Phenol	40.000	38.850	2.9	57	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	38.396	4.0	56	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	39.740	0.6	58	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	39.784	0.5	58	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	40.049	-0.1	59	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	36.923	7.7	53	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	44.872	-12.2	66	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	38.879	2.8	56	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	42.179	-5.4	62	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	40.615	-1.5	58	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	39.602	1.0	58	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	57	-0.01
22		Acetophenone	40.000	40.970	-2.4	58	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	84.258	-5.3	59	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	41.640	-4.1	59	0.00
25		Isophorone	40.000	41.474	-3.7	59	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	41.054	-2.6	57	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	38.938	2.7	55	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	39.134	2.2	55	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	40.422	-1.1	57	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	40.460	-1.2	57	0.00
31		Naphthalene	40.000	39.172	2.1	56	0.00
32		Benzoic acid	40.000	41.704	-4.3	55	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	38.892	2.8	55	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	43.495	-8.7	62	0.00
35		Caprolactam	40.000	38.122	4.7	53	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	40.226	-0.6	57	-0.01
37		2-Methylnaphthalene	40.000	38.800	3.0	56	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	38.561	3.6	55	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	55	-0.01
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	41.819	-4.5	58	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	32.087	19.8	43	-0.01
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	81.292	-1.6	54	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	41.706	-4.3	56	-0.01
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	41.797	-4.5	57	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	83.208	-4.0	58	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	40.103	-0.3	56	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	40.538	-1.3	57	0.00

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM031521\
Data File : BM029126.D
Acq On : 15 Mar 2021 12:40
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_M
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Mar 15 13:31:49 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\8270-BM022321.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Mar 12 12:30:15 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	44.263	-10.7	59	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	40.411	-1.0	56	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	41.752	-4.4	57	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	41.585	-4.0	56	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	39.375	1.6	55	-0.01
53		3-Nitroaniline	40.000	40.220	-0.5	53	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	38.029	4.9	50	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	40.625	-1.6	57	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	36.513	8.7	49	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	43.188	-8.0	57	0.00
58		Fluorene	40.000	40.409	-1.0	56	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	40.715	-1.8	55	-0.01
60		Diethylphthalate	40.000	42.267	-5.7	58	-0.01
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	41.982	-5.0	59	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	40.305	-0.8	52	-0.01
63		Azobenzene	40.000	43.077	-7.7	58	-0.01
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	55	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	39.203	2.0	52	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	39.141	2.1	54	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	39.971	0.1	55	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	39.032	2.4	55	0.00
69		Atrazine	40.000	41.582	-4.0	56	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	40.559	-1.4	52	-0.01
71		Phenanthrene	40.000	38.549	3.6	53	0.00
72		Anthracene	40.000	39.220	2.0	54	-0.01
73		Carbazole	40.000	38.536	3.7	53	-0.01
74		Di-n-butylphthalate	40.000	43.364	-8.4	58	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	39.021	2.4	53	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	53	0.00
77		Benzidine	40.000	34.802	13.0	40	0.00
78		Pyrene	40.000	39.174	2.1	53	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	82.944	-3.7	56	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	43.055	-7.6	57	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	40.332	-0.8	55	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	40.809	-2.0	53	0.00
83		Chrysene	40.000	39.596	1.0	53	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	45.549	-13.9	59	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	46.251	-15.6	59	-0.01
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	54	-0.01
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	40.360	-0.9	54	-0.01
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	39.628	0.9	53	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	39.343	1.6	54	-0.01
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	39.293	1.8	53	-0.01
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	40.324	-0.8	54	-0.02
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	39.708	0.7	53	-0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM031521\
Data File : BM029126.D
Acq On : 15 Mar 2021 12:40
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_M
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Mar 15 13:31:49 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\8270-BM022321.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Mar 12 12:30:15 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0