Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM031522\
Data File : BM034248.D
Acq On : 15 Mar 2022 20:12
Operator : CG/JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
ICVBM031522

Quant Time: Mar 16 02:42:41 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\8270-BM031522.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Mar 16 02:38:26 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	92	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	37.035	7.4	88	0.00
3		Pyridine	40.000	38.321	4.2	91	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	36.225	9.4	88	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	77.072	3.7	90	0.00
6		Aniline	40.000	39.487	1.3	93	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	78.313	2.1	91	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	38.833	2.9	93	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	37.385	6.5	92	0.00
10	C	Phenol	40.000	39.118	2.2	92	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	38.630	3.4	92	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	38.170	4.6	92	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	37.919	5.2	92	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	37.890	5.3	91	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	39.924	0.2	92	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	37.286	6.8	91	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	39.132	2.2	92	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	38.095	4.8	91	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	38.658	3.4	92	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	39.936	0.2	94	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	93	0.00
22		Acetophenone	40.000	38.708	3.2	93	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	78.507	1.9	92	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	38.674	3.3	92	0.00
25		Isophorone	40.000	39.632	0.9	93	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	41.348	-3.4	94	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	39.653	0.9	94	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	39.221	1.9	92	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	39.686	0.8	92	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	38.141	4.6	91	0.00
31		Naphthalene	40.000	38.443	3.9	93	0.00
32		Benzoic acid	40.000	41.795	-4.5	97	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	40.585	-1.5	94	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	38.206	4.5	92	0.00
35		Caprolactam	40.000	42.187	-5.5	98	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	40.378	-0.9	94	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	38.931	2.7	93	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	38.806	3.0	93	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	94	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	38.057	4.9	92	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	38.618	3.5	90	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	80.044	-0.1	97	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	39.483	1.3	93	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	40.214	-0.5	94	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	76.895	3.9	93	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	38.451	3.9	94	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	38.522	3.7	93	0.00

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM031522\
Data File : BM034248.D
Acq On : 15 Mar 2022 20:12
Operator : CG/JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
ICVBM031522

Quant Time: Mar 16 02:42:41 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\8270-BM031522.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Mar 16 02:38:26 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	41.468	-3.7	96	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	39.165	2.1	94	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	38.978	2.6	94	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	40.706	-1.8	97	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	39.061	2.3	94	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	42.460	-6.2	98	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	43.388	-8.5	98	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	38.505	3.7	94	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	42.332	-5.8	99	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	41.666	-4.2	98	0.00
58		Fluorene	40.000	38.939	2.7	94	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	39.759	0.6	94	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	39.576	1.1	95	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	38.602	3.5	94	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	43.358	-8.4	98	0.00
63		Azobenzene	40.000	39.042	2.4	94	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	96	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	42.238	-5.6	99	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	39.025	2.4	95	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	38.847	2.9	96	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	38.818	3.0	96	0.00
69		Atrazine	40.000	41.767	-4.4	98	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	41.419	-3.5	98	0.00
71		Phenanthrene	40.000	39.209	2.0	97	0.00
72		Anthracene	40.000	40.075	-0.2	98	0.00
73		Carbazole	40.000	40.947	-2.4	100	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	41.058	-2.6	98	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	40.785	-2.0	101	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	112	0.00
77		Benzidine	40.000	43.117	-7.8	114	0.00
78		Pyrene	40.000	38.272	4.3	104	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	77.287	3.4	103	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	40.250	-0.6	108	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	39.341	1.6	113	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	39.908	0.2	115	0.00
83		Chrysene	40.000	38.042	4.9	111	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	40.342	-0.9	112	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	40.857	-2.1	120	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	115	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	37.411	6.5	111	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	40.426	-1.1	117	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	41.820	-4.6	118	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	40.317	-0.8	117	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	37.522	6.2	112	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	36.631	8.4	109	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM031522\
Data File : BM034248.D
Acq On : 15 Mar 2022 20:12
Operator : CG/JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
ICVBM031522

Quant Time: Mar 16 02:42:41 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\8270-BM031522.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Mar 16 02:38:26 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0