Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM040215\
Data File : BM000809.D
Acq On : 02 Apr 2015 14:12
Operator : TP/IZ
Sample : SSTDCCC001
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_M
ClientSampleId : SSTDCCC001

Quant Time: Apr 03 02:12:44 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_M\METHODS\SIMPAH-BM033115.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Apr 01 04:17:30 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	5.000	5.000	0.0	104	0.00
2		1,4-Dioxane	1.000	0.000	100.0#	0	-2.47#
3		n-Nitrosodimethylamine	1.000	0.966	3.4	101	0.00
4	I	Naphthalene-d8	5.000	5.000	0.0	103	0.00
5	S	Nitrobenzene-d5	1.000	0.975	2.5	104	0.00
6		Naphthalene	1.000	1.026	-2.6	104	0.00
7		2-Methylnaphthalene	1.000	1.028	-2.8	104	0.00
8	I	Acenaphthene-d10	5.000	5.000	0.0	104	0.00
9	S	2-Fluorobiphenyl	1.000	1.035	-3.5	105	0.00
10		Acenaphthylene	1.000	1.012	-1.2	106	0.00
11		Acenaphthene	1.000	0.997	0.3	105	0.00
12		Fluorene	1.000	1.037	-3.7	107	0.00
13	I	Phenanthrene-d10	5.000	5.000	0.0	111	0.00
14		Hexachlorobenzene	1.000	0.970	3.0	105	0.00
15		Pentachlorophenol	1.000	0.782	21.8	78	0.00
16		Phenanthrene	1.000	0.999	0.1	109	0.00
17		Anthracene	1.000	0.959	4.1	105	-0.02
18		Fluoranthene	1.000	0.962	3.8	107	0.00
19	I	Chrysene-d12	5.000	5.000	0.0	108	0.00
20		Pyrene	1.000	1.003	-0.3	107	0.00
21	S	Terphenyl-d14	1.000	1.033	-3.3	109	0.00
22		Benzo(a)anthracene	1.000	0.985	1.5	110	-0.01
23		Chrysene	1.000	1.020	-2.0	108	0.00
24		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.000	1.018	-1.8	111	-0.01
25	I	Perylene-d12	5.000	5.000	0.0	110	0.00
26		Benzo(b)fluoranthene	1.000	1.036	-3.6	113	0.00
27		Benzo(k)fluoranthene	1.000	0.996	0.4	107	0.00
28	C	Benzo(a)pyrene	1.000	1.007	-0.7	111	-0.01
29		Dibenzo(a,h)anthracene	1.000	1.024	-2.4	111	0.00
30		Benzo(g,h,i)perylene	1.000	1.025	-2.5	111	-0.01

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0