Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_M\DATA\BM052815\
Data File : BM001436.D
Acq On : 28 May 2015 20:53
Operator : TP/IZ
Sample : SSTDCCC001
Misc :
ALS Vial : 5 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_M
LabSampleId : SSTDCCC001

Quant Time: May 29 03:45:18 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_M\METHODS\SIM-BM052815.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu May 28 15:41:25 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	5.000	5.000	0.0	93	0.00
2	S	2-Fluorophenol	1.000	0.992	0.8	91	0.00
3	S	Phenol-d6	1.000	1.016	-1.6	95	-0.03
4		bis(2-Chloroethyl)ether	1.000	0.962	3.8	87	0.00
5	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	1.000	1.014	-1.4	97	0.00
6	I	Naphthalene-d8	5.000	5.000	0.0	92	0.00
7	S	Nitrobenzene-d5	1.000	0.972	2.8	90	0.00
8		bis(2-Chloroethoxy)methane	1.000	0.928	7.2	90	0.00
9	I	Acenaphthene-d10	5.000	5.000	0.0	95	0.00
10	S	2,4,6-Tribromophenol	1.000	0.922	7.8	92	0.00
11	S	2-Fluorobiphenyl	1.000	1.026	-2.6	94	0.00
12		2,6-Dinitrotoluene	1.000	0.883	11.7	92	0.00
13		2,4-Dinitrotoluene	1.000	0.849	15.1	92	0.00
14		4-Chlorophenyl-phenylether	1.000	1.066	-6.6	97	0.00
15	I	Phenanthrene-d10	5.000	5.000	0.0	96	0.01
16		4-Bromophenyl-phenylether	1.000	1.021	-2.1	95	0.00
17	I	Chrysene-d12	5.000	5.000	0.0	98	0.00
18	S	Terphenyl-d14	1.000	1.004	-0.4	98	0.00
19		Benzo(a)anthracene	1.000	0.963	3.7	96	0.00
20		3,3'-Dichlorobenzidine	1.000	0.920	8.0	95	0.00
21	I	Perylene-d12	5.000	5.000	0.0	99	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0