Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM060822\
Data File : BM035424.D
Acq On : 08 Jun 2022 11:21
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_M
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Jun 09 00:49:15 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\8270-BM060222.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jun 07 14:28:07 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	82	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	45.861	-14.7	104	0.00
3		Pyridine	40.000	46.831	-17.1	101	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	45.147	-12.9	97	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	85.819	-7.3	97	0.00
6		Aniline	40.000	42.273	-5.7	93	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	85.197	-6.5	95	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	41.008	-2.5	87	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	47.914	-19.8	101	0.00
10	C	Phenol	40.000	42.961	-7.4	96	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	41.673	-4.2	94	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	40.031	-0.1	84	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	39.924	0.2	83	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	40.140	-0.4	83	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	39.780	0.5	79	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	41.347	-3.4	78	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	41.304	-3.3	83	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	39.090	2.3	79	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	39.836	0.4	78	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	41.372	-3.4	83	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	80	0.00
22		Acetophenone	40.000	41.067	-2.7	80	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	81.760	-2.2	79	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	41.349	-3.4	80	0.00
25		Isophorone	40.000	39.938	0.2	76	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	40.818	-2.0	79	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	41.097	-2.7	80	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	40.635	-1.6	79	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	40.110	-0.3	79	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	39.743	0.6	79	0.00
31		Naphthalene	40.000	40.722	-1.8	81	0.00
32		Benzoic acid	40.000	42.562	-6.4	77	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	41.215	-3.0	79	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	38.007	5.0	76	0.00
35		Caprolactam	40.000	42.639	-6.6	79	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	40.497	-1.2	78	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	39.780	0.5	78	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	39.802	0.5	78	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	77	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	39.556	1.1	77	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	38.822	2.9	79	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	81.541	-1.9	81	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	39.469	1.3	75	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	40.466	-1.2	76	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	79.863	0.2	77	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	39.983	0.0	77	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	40.321	-0.8	77	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM060822\
Data File : BM035424.D
Acq On : 08 Jun 2022 11:21
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_M
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jun 09 00:49:15 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\8270-BM060222.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jun 07 14:28:07 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	42.314	-5.8	76	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	40.853	-2.1	78	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	39.794	0.5	76	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	40.787	-2.0	76	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	40.954	-2.4	78	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	43.714	-9.3	79	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	39.304	1.7	76	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	40.572	-1.4	78	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	43.678	-9.2	77	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	42.310	-5.8	79	0.00
58		Fluorene	40.000	41.333	-3.3	78	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	40.527	-1.3	77	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	39.172	2.1	74	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	39.793	0.5	76	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	45.505	-13.8	82	0.00
63		Azobenzene	40.000	41.301	-3.3	76	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	78	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	43.339	-8.3	79	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	40.388	-1.0	78	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	38.495	3.8	76	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	39.543	1.1	79	0.00
69		Atrazine	40.000	38.977	2.6	74	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	41.569	-3.9	78	0.00
71		Phenanthrene	40.000	41.232	-3.1	79	0.00
72		Anthracene	40.000	41.295	-3.2	79	0.00
73		Carbazole	40.000	43.006	-7.5	81	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	38.788	3.0	74	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	42.801	-7.0	81	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	92	0.00
77		Benzidine	40.000	43.099	-7.7	95	0.00
78		Pyrene	40.000	37.769	5.6	82	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	74.336	7.1	83	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	36.641	8.4	81	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	40.175	-0.4	90	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	40.915	-2.3	93	0.00
83		Chrysene	40.000	40.627	-1.6	92	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	35.921	10.2	80	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	36.829	7.9	82	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	102	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	39.139	2.2	103	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	41.110	-2.8	99	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	39.396	1.5	99	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	40.551	-1.4	102	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	38.936	2.7	103	-0.01
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	39.058	2.4	104	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM060822\
Data File : BM035424.D
Acq On : 08 Jun 2022 11:21
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_M
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Jun 09 00:49:15 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\8270-BM060222.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jun 07 14:28:07 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0