Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_M\DATA\BM062916\
Data File : BM006150.D
Acq On : 30 Jun 2016 06:51
Operator : UM/SJ
Sample : SSTDCCC020EC
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_M
LabSampleId : SSTD02053

Quant Time: Jun 30 07:21:14 2016
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_M\METHODS\SOM02.2-EPA-BM062816.M
Quant Title : SVOA CALIBRATION
QLast Update : Wed Jun 29 00:57:09 2016
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 20% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 20% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	151#	0.00
2	S	1,4-Dioxane-d8	0.431	0.328	23.9#	144	0.00
3	S	Phenol-d5	1.634	1.341	17.9	150	0.00
4	S	Bis-(2-Chloroethyl)ether-d8	0.963	0.803	16.6	146	0.00
5	S	2-Chlorophenol-d4	1.254	1.019	18.7	150#	0.00
6	S	4-Methylphenol-d8	1.315	1.065	19.0	146	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	146	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.135	0.110	18.5	149	0.00
9	S	2-Nitrophenol-d4	0.154	0.123	20.1#	145	0.00
10	S	2,4-Dichlorophenol-d3	0.281	0.229	18.5	148	0.00
11		Naphthalene	0.876	0.713	18.6	148	0.00
12	S	4-Chloroaniline-d4	0.222	0.181	18.5	131	0.00
13		2-Methylnaphthalene	0.665	0.539	18.9	146	0.00
14		1-Methylnaphthalene	0.632	0.511	19.1	147	0.00
15	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	139	0.00
16	S	Dimethylphthalate-d6	1.434	1.129	21.3#	137	0.00
17	S	Acenaphthylene-d8	1.740	1.434	17.6	141	0.00
18		Acenaphthylene	1.822	1.513	17.0	140	0.00
19	C	Acenaphthene	1.162	0.953	18.0	138	0.00
20	S	4-Nitrophenol-d4	0.272	0.215	21.0#	128	0.00
21	S	Fluorene-d10	1.223	0.986	19.4	139	0.00
22		Fluorene	1.323	1.083	18.1	137	0.00
23	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	135	0.00
24	S	4,6-Dinitro-2-methylphenol-	0.071	0.077	-8.5	217#	0.00
25		Phenanthrene	0.946	0.771	18.5	134	0.00
26	S	Anthracene-d10	0.802	0.664	17.2	134	0.00
27		Anthracene	0.973	0.794	18.4	132	0.00
28	C	Fluoranthene	1.159	0.925	20.2	128	0.00
29	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	107	0.00
30	S	Pyrene-d10	0.805	0.742	7.8	126	0.00
31		Pyrene	1.055	0.973	7.8	125	0.00
32		Benzo(a)anthracene	1.040	0.852	18.1	108	0.00
33		Chrysene	0.957	0.781	18.4	107	0.00
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	80	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	1.038	0.869	16.3	85	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.974	0.828	15.0	83	0.00
37	S	Benzo(a)pyrene-d12	0.796	0.641	19.5	80	0.00
38	C	Benzo(a)pyrene	0.981	0.795	19.0	79	0.00
39		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.019	0.887	13.0	81	0.00
40		Dibenzo(a,h)anthracene	0.843	0.741	12.1	82	0.01
41		Benzo(g,h,i)perylene	0.853	0.769	9.8	85	0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_M\DATA\BM062916\
Data File : BM006150.D
Acq On : 30 Jun 2016 06:51
Operator : UM/SJ
Sample : SSTDCCC020EC
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_M
LabSampleId : SSTD02053

Quant Time: Jun 30 07:21:14 2016
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_M\METHODS\SOM02.2-EPA-BM062816.M
Quant Title : SVOA CALIBRATION
QLast Update : Wed Jun 29 00:57:09 2016
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 20% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 20% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0