Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM071217\
Data File : BM010800.D
Acq On : 12 Jul 2017 14:19
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_M
ClientSampleId : SSTDICV040

Quant Time: Jul 12 14:55:31 2017
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_M\METHODS\8270-BM071217.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jul 12 14:21:16 2017
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	109	0.00
2		1,4-Dioxane	0.533	0.503	5.6	103	0.00
3		Pyridine	1.456	1.482	-1.8	108	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	0.744	0.714	4.0	105	0.00
5	S	2-Fluorophenol	1.207	1.198	0.7	108	0.00
6		Aniline	2.085	2.037	2.3	107	0.00
7	S	Phenol-d6	1.664	1.637	1.6	108	0.00
8		2-Chlorophenol	1.195	1.212	-1.4	110	0.00
9		Benzaldehyde	1.156	1.119	3.2	106	0.00
10	C	Phenol	1.760	1.740	1.1	108	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.355	1.320	2.6	108	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	1.477	1.436	2.8	109	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.525	1.472	3.5	108	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	1.453	1.384	4.7	106	0.00
15		Benzyl Alcohol	1.576	1.504	4.6	105	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	1.175	1.149	2.2	107	0.00
17		2-Methylphenol	1.138	1.134	0.4	107	0.00
18		Hexachloroethane	0.639	0.623	2.5	109	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	1.318	1.225	7.1	104	0.00
20		3+4-Methylphenols	1.581	1.551	1.9	107	0.00
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	104	0.00
22		Acetophenone	0.602	0.608	-1.0	107	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	0.520	0.529	-1.7	107	0.00
24		Nitrobenzene	0.533	0.539	-1.1	107	0.00
25		Isophorone	0.852	0.855	-0.4	105	0.00
26	C	2-Nitrophenol	0.177	0.186	-5.1	111	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	0.317	0.314	0.9	103	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.478	0.479	-0.2	104	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.358	0.357	0.3	105	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.437	0.430	1.6	104	0.00
31		Naphthalene	1.017	1.033	-1.6	106	0.00
32		Benzoic acid	0.248	0.253	-2.0	102	0.00
33		4-Chloroaniline	0.410	0.419	-2.2	105	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	0.339	0.341	-0.6	105	0.00
35		Caprolactam	0.095	0.091	4.2	95	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.433	0.429	0.9	102	0.00
37		2-Methylnaphthalene	0.730	0.718	1.6	104	0.00
38	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	97	0.00
39		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.872	0.922	-5.7	103	0.00
40	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.500	0.557	-11.4	103	0.00
41	S	2,4,6-Tribromophenol	0.306	0.311	-1.6	98	0.00
42	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.537	0.558	-3.9	102	0.00
43		2,4,5-Trichlorophenol	0.530	0.571	-7.7	101	0.00
44	S	2-Fluorobiphenyl	1.608	1.674	-4.1	102	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM071217\
Data File : BM010800.D
Acq On : 12 Jul 2017 14:19
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_M
ClientSampleId : SSTDICV040

Quant Time: Jul 12 14:55:31 2017
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_M\METHODS\8270-BM071217.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jul 12 14:21:16 2017
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
45		1,1'-Biphenyl	1.742	1.825	-4.8	102	0.00
46		2-Chloronaphthalene	1.278	1.325	-3.7	102	0.00
47		2-Nitroaniline	0.420	0.451	-7.4	100	0.00
48		Acenaphthylene	1.900	2.001	-5.3	101	0.00
49		Dimethylphthalate	1.701	1.757	-3.3	102	0.00
50		2,6-Dinitrotoluene	0.334	0.361	-8.1	104	0.00
51	C	Acenaphthene	1.161	1.200	-3.4	101	0.00
52		3-Nitroaniline	0.303	0.320	-5.6	101	0.00
53	P	2,4-Dinitrophenol	0.231	0.239	-3.5	98	0.00
54		Dibenzofuran	1.878	1.921	-2.3	100	0.00
55	P	4-Nitrophenol	0.263	0.281	-6.8	101	0.00
56		2,4-Dinitrotoluene	0.463	0.500	-8.0	101	0.00
57		Fluorene	1.615	1.633	-1.1	99	0.00
58		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.492	0.496	-0.8	96	0.00
59		Diethylphthalate	1.680	1.698	-1.1	98	0.00
60		4-Chlorophenyl-phenylether	0.992	0.970	2.2	98	0.00
61		4-Nitroaniline	0.317	0.333	-5.0	98	0.00
62		Azobenzene	1.706	1.735	-1.7	98	0.00
63	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	97	0.00
64		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.132	0.139	-5.3	101	0.00
65	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.572	0.582	-1.7	99	0.00
66		4-Bromophenyl-phenylether	0.253	0.258	-2.0	97	0.00
67		Hexachlorobenzene	0.290	0.297	-2.4	100	0.00
68		Atrazine	0.237	0.245	-3.4	98	0.00
69	C	Pentachlorophenol	0.186	0.191	-2.7	96	0.00
70		Phenanthrene	1.040	1.049	-0.9	98	0.00
71		Anthracene	1.033	1.054	-2.0	98	0.00
72		Carbazole	0.910	0.926	-1.8	98	0.00
73		Di-n-butylphthalate	1.076	1.134	-5.4	99	0.00
74	C	Fluoranthene	1.289	1.318	-2.2	98	0.00
75	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	96	0.00
76		Benzidine	0.535	0.568	-6.2	94	0.00
77		Pyrene	1.159	1.164	-0.4	96	0.00
78	S	Terphenyl-d14	1.034	1.018	1.5	96	0.00
79		Butylbenzylphthalate	0.406	0.432	-6.4	100	0.00
80		Benzo(a)anthracene	1.159	1.177	-1.6	98	0.00
81		3,3'-Dichlorobenzidine	0.456	0.475	-4.2	97	0.00
82		Chrysene	1.104	1.114	-0.9	97	0.00
83		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.591	0.636	-7.6	98	0.00
84	c	Di-n-octyl phthalate	0.969	1.042	-7.5	100	0.00
85		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.266	1.319	-4.2	101	0.00
86	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	98	0.00
87		Benzo(b)fluoranthene	1.270	1.282	-0.9	98	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM071217\
Data File : BM010800.D
Acq On : 12 Jul 2017 14:19
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_M
ClientSampleId : SSTDICV040

Quant Time: Jul 12 14:55:31 2017
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_M\METHODS\8270-BM071217.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jul 12 14:21:16 2017
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
88	Benzo(k)fluoranthene	1.213	1.252	-3.2	101	0.00
89 C	Benzo(a)pyrene	1.156	1.189	-2.9	100	0.00
90	Dibenzo(a,h)anthracene	1.122	1.137	-1.3	99	0.00
91	Benzo(g,h,i)perylene	1.103	1.122	-1.7	99	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0