Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM072022\
Data File : BM035881.D
Acq On : 20 Jul 2022 15:05
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_M
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Jul 20 15:42:34 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\8270-BM071822.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Jul 18 17:08:15 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	104	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	40.681	-1.7	104	0.00
3		Pyridine	40.000	41.726	-4.3	105	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	42.907	-7.3	108	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	81.335	-1.7	102	0.00
6		Aniline	40.000	41.999	-5.0	105	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	82.490	-3.1	104	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	40.467	-1.2	102	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	38.250	4.4	109	0.00
10	C	Phenol	40.000	41.251	-3.1	105	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	41.636	-4.1	106	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	40.476	-1.2	102	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	40.362	-0.9	102	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	40.585	-1.5	104	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	41.192	-3.0	104	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	42.584	-6.5	108	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	41.499	-3.7	105	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	40.818	-2.0	103	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	42.094	-5.2	106	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	41.398	-3.5	105	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	106	0.00
22		Acetophenone	40.000	41.318	-3.3	106	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	83.515	-4.4	106	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	41.959	-4.9	107	0.00
25		Isophorone	40.000	41.791	-4.5	107	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	38.773	3.1	98	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	41.393	-3.5	106	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	41.946	-4.9	108	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	40.791	-2.0	103	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	40.450	-1.1	104	0.00
31		Naphthalene	40.000	41.540	-3.8	107	0.00
32		Benzoic acid	40.000	37.984	5.0	96	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	41.563	-3.9	106	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	39.803	0.5	102	0.00
35		Caprolactam	40.000	39.397	1.5	103	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	41.746	-4.4	108	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	41.752	-4.4	107	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	41.819	-4.5	108	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	109	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	40.244	-0.6	104	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	39.824	0.4	102	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	80.897	-1.1	107	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	40.062	-0.2	103	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	41.026	-2.6	106	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	83.812	-4.8	108	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	41.654	-4.1	109	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	41.064	-2.7	107	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM072022\
Data File : BM035881.D
Acq On : 20 Jul 2022 15:05
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_M
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jul 20 15:42:34 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\8270-BM071822.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Jul 18 17:08:15 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	42.494	-6.2	110	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	41.730	-4.3	109	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	40.607	-1.5	108	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	41.025	-2.6	106	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	41.840	-4.6	110	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	42.049	-5.1	110	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	37.930	5.2	104	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	41.656	-4.1	110	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	41.150	-2.9	108	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	41.320	-3.3	108	0.00
58		Fluorene	40.000	42.253	-5.6	112	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	40.981	-2.5	108	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	40.813	-2.0	109	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	41.379	-3.4	109	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	42.550	-6.4	110	0.00
63		Azobenzene	40.000	43.534	-8.8	114	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	112	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	37.974	5.1	102	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	41.561	-3.9	111	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	40.763	-1.9	109	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	40.659	-1.6	109	0.00
69		Atrazine	40.000	42.345	-5.9	107	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	41.716	-4.3	110	0.00
71		Phenanthrene	40.000	41.659	-4.1	112	0.00
72		Anthracene	40.000	41.970	-4.9	112	0.00
73		Carbazole	40.000	41.918	-4.8	113	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	40.968	-2.4	111	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	41.721	-4.3	114	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	116	0.00
77		Benzidine	40.000	38.094	4.8	104	0.00
78		Pyrene	40.000	40.578	-1.4	113	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	82.801	-3.5	114	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	38.940	2.7	110	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	40.535	-1.3	113	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	39.563	1.1	111	0.00
83		Chrysene	40.000	40.701	-1.8	114	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	39.644	0.9	111	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	39.127	2.2	110	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	114	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	40.959	-2.4	112	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	40.844	-2.1	110	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	40.743	-1.9	113	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	40.628	-1.6	111	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	41.222	-3.1	112	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	40.904	-2.3	112	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM072022\
Data File : BM035881.D
Acq On : 20 Jul 2022 15:05
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_M
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Jul 20 15:42:34 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\8270-BM071822.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Jul 18 17:08:15 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0