Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM082621\
Data File : BM031921.D
Acq On : 26 Aug 2021 19:36
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 17 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_M
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Aug 27 04:51:01 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\8270-BM082621.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Aug 26 14:24:44 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	91	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	35.256	11.9	90	0.00
3		Pyridine	40.000	40.872	-2.2	99	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	39.034	2.4	94	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	74.146	7.3	90	0.00
6		Aniline	40.000	37.886	5.3	92	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	75.730	5.3	91	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	37.636	5.9	92	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	41.616	-4.0	94	0.00
10	C	Phenol	40.000	38.148	4.6	92	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	37.083	7.3	90	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	37.180	7.1	91	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	37.218	7.0	91	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	37.318	6.7	91	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	40.202	-0.5	96	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	38.397	4.0	94	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	39.216	2.0	94	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	38.264	4.3	92	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	39.772	0.6	96	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	39.363	1.6	95	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	97	0.00
22		Acetophenone	40.000	36.622	8.4	95	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	73.991	7.5	96	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	36.884	7.8	96	0.00
25		Isophorone	40.000	37.657	5.9	98	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	37.318	6.7	94	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	37.393	6.5	97	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	36.840	7.9	97	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	38.129	4.7	99	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	36.602	8.5	96	0.00
31		Naphthalene	40.000	37.160	7.1	98	0.00
32		Benzoic acid	40.000	40.129	-0.3	102	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	38.213	4.5	100	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	37.166	7.1	97	0.00
35		Caprolactam	40.000	39.631	0.9	109	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	38.722	3.2	104	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	37.924	5.2	101	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	37.798	5.5	101	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	110	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	34.758	13.1	101	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	36.130	9.7	99	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	77.010	3.7	123	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	36.035	9.9	104	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	36.956	7.6	108	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	71.017	11.2	104	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	35.455	11.4	104	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	35.434	11.4	104	0.00

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM082621\
Data File : BM031921.D
Acq On : 26 Aug 2021 19:36
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 17 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_M
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Aug 27 04:51:01 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\8270-BM082621.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Aug 26 14:24:44 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	38.495	3.8	112	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	36.389	9.0	109	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	36.266	9.3	113	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	36.909	7.7	112	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	36.383	9.0	110	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	38.152	4.6	116	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	37.603	6.0	118	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	36.666	8.3	112	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	38.801	3.0	120	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	38.498	3.8	120	0.00
58		Fluorene	40.000	36.937	7.7	115	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	37.069	7.3	114	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	37.709	5.7	121	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	37.027	7.4	116	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	38.505	3.7	123	0.00
63		Azobenzene	40.000	37.740	5.6	119	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	125	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	38.454	3.9	123	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	36.367	9.1	118	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	36.462	8.8	119	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	36.440	8.9	122	0.00
69		Atrazine	40.000	38.598	3.5	130	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	38.366	4.1	125	0.00
71		Phenanthrene	40.000	36.512	8.7	126	0.00
72		Anthracene	40.000	36.783	8.0	126	0.00
73		Carbazole	40.000	36.766	8.1	129	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	38.475	3.8	137	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	36.407	9.0	134	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	125	0.00
77		Benzidine	40.000	42.361	-5.9	128	0.00
78		Pyrene	40.000	39.322	1.7	134	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	79.773	0.3	138	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	39.891	0.3	137	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	36.890	7.8	127	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	38.125	4.7	125	0.00
83		Chrysene	40.000	36.951	7.6	127	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	39.018	2.5	134	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	36.837	7.9	123	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	107	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	37.820	5.4	100	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	37.668	5.8	115	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	36.816	8.0	108	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	37.235	6.9	108	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	37.691	5.8	100	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	38.020	4.9	100	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM082621\
Data File : BM031921.D
Acq On : 26 Aug 2021 19:36
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 17 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_M
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Aug 27 04:51:01 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\8270-BM082621.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Aug 26 14:24:44 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0