Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM090216\
Data File : BM007365.D
Acq On : 02 Sep 2016 12:41
Operator : UM/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 5 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_M
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Sep 02 14:26:34 2016
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_M\METHODS\8270-SIM-BM090116.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Sep 02 12:51:17 2016
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	5.000	5.000	0.0	104	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.402	-0.5	106	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.491	-22.7	142	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.386	3.5	109	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.449	-12.2	114	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.394	1.5	115	0.00
7	I	Naphthalene-d8	5.000	5.000	0.0	104	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.477	-19.2	127	-0.01
9		Nitrobenzene	0.400	0.383	4.3	119	-0.01
10		Naphthalene	0.400	0.414	-3.5	114	0.00
11		Hexachlorobutadiene	0.400	0.405	-1.3	112	-0.02
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.419	-4.7	116	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	5.000	5.000	0.0	100	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.392	2.0	103	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.420	-5.0	116	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.404	-1.0	116	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.412	-3.0	114	0.00
18		Fluorene	0.400	0.420	-5.0	115	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	5.000	5.000	0.0	101	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.401	-0.3	118	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.432	-8.0	118	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.423	-5.7	123	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.424	-6.0	117	0.00
24		Anthracene	0.400	0.415	-3.7	118	0.00
25		Fluoranthene	0.400	0.414	-3.5	121	0.00
26	I	Chrysene-d12	5.000	5.000	0.0	116	0.00
27		Benzidine	0.400	0.313	21.8	105	0.00
28		Pyrene	0.400	0.390	2.5	119	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.383	4.3	119	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.404	-1.0	131	0.00
31		3,3'-Dichlorobenzidine	0.400	0.338	15.5	112	0.00
32		Chrysene	0.400	0.394	1.5	116	0.00
33		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.338	15.5	103	0.00
34		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.372	7.0	123	0.00
35	I	Perylene-d12	5.000	5.000	0.0	108	0.01
36		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.394	1.5	115	0.00
37		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.418	-4.5	128	0.00
38	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.396	1.0	121	0.01
39		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.396	1.0	124	0.01
40		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.406	-1.5	123	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM090216\
Data File : BM007365.D
Acq On : 02 Sep 2016 12:41
Operator : UM/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 5 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_M
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Sep 02 14:26:34 2016
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_M\METHODS\8270-SIM-BM090116.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Sep 02 12:51:17 2016
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0