Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM090716\
Data File : BM007433.D
Acq On : 07 Sep 2016 09:25
Operator : UM/SJ
Sample : SSTDCCC020
Misc :
ALS Vial : 3 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_M
LabSampleId : SSTD02047

Quant Time: Sep 07 13:40:32 2016
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_M\METHODS\SOM02.2-EPA-BM082316.M
Quant Title : SVOA CALIBRATION
QLast Update : Wed Sep 07 01:17:41 2016
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 20% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 20% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	146	0.00
2		1,4-Dioxane	0.436	0.429	1.6	147	0.00
3	S	1,4-Dioxane-d8	0.391	0.402	-2.8	152#	0.00
4		Benzaldehyde	1.076	1.131	-5.1	135	0.00
5	S	Phenol-d5	1.889	1.844	2.4	144	0.00
6		Phenol	1.960	1.923	1.9	143	0.00
7	S	Bis-(2-Chloroethyl)ether-d8	0.993	0.992	0.1	141	0.00
8		Bis(2-Chloroethyl)ether	1.365	1.384	-1.4	144	0.00
9	S	2-Chlorophenol-d4	1.396	1.405	-0.6	148	0.00
10		2-Chlorophenol	1.430	1.451	-1.5	145	0.00
11		2-Methylphenol	1.532	1.522	0.7	145	0.00
12		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	1.536	1.548	-0.8	141	0.00
13	S	4-Methylphenol-d8	1.648	1.621	1.6	144	0.00
14		Acetophenone	2.527	2.503	0.9	140	0.00
15	P	N-Nitroso-di-n-propylamine	1.343	1.309	2.5	137	0.00
16		4-Methylphenol	1.718	1.702	0.9	143	0.00
17		Hexachloroethane	0.556	0.567	-2.0	147	0.00
18	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	145	0.00
19	S	Nitrobenzene-d5	0.147	0.153	-4.1	148	0.00
20		Nitrobenzene	0.377	0.388	-2.9	145	0.00
21		Isophorone	0.768	0.749	2.5	136	0.00
22	S	2-Nitrophenol-d4	0.171	0.178	-4.1	148	0.00
23	C	2-Nitrophenol	0.186	0.191	-2.7	142	0.00
24		2,4-Dimethylphenol	0.411	0.423	-2.9	144	0.00
25		Bis(2-Chloroethoxy)methane	0.433	0.427	1.4	138	0.00
26	S	2,4-Dichlorophenol-d3	0.341	0.346	-1.5	143	0.00
27	C	2,4-Dichlorophenol	0.339	0.345	-1.8	142	0.00
28		Naphthalene	0.995	1.002	-0.7	141	0.00
29	S	4-Chloroaniline-d4	0.426	0.445	-4.5	141	0.00
30		4-Chloroaniline	0.438	0.461	-5.3	140	0.00
31	C	Hexachlorobutadiene	0.229	0.235	-2.6	144	0.00
32		Caprolactam	0.137	0.130	5.1	129	0.00
33	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.420	0.419	0.2	137	0.00
34		2-Methylnaphthalene	0.814	0.822	-1.0	141	0.00
35	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	139	0.00
36		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.666	0.697	-4.7	141	0.00
37		Hexachlorocyclopentadiene	0.402	0.311	22.6#	108	0.00
38	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.471	0.476	-1.1	135	0.00
39		2,4,5-Trichlorophenol	0.491	0.497	-1.2	138	0.00
40		1,1'-Biphenyl	1.551	1.571	-1.3	136	0.00
41		2-Chloronaphthalene	1.216	1.237	-1.7	137	0.00
42		2-Nitroaniline	0.397	0.418	-5.3	140	0.00
43	S	Dimethylphthalate-d6	1.725	1.692	1.9	133	0.00
44		Dimethylphthalate	1.719	1.672	2.7	130	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM090716\
Data File : BM007433.D
Acq On : 07 Sep 2016 09:25
Operator : UM/SJ
Sample : SSTDCCC020
Misc :
ALS Vial : 3 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_M
LabSampleId : SSTD02047

Quant Time: Sep 07 13:40:32 2016
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_M\METHODS\SOM02.2-EPA-BM082316.M
Quant Title : SVOA CALIBRATION
QLast Update : Wed Sep 07 01:17:41 2016
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 20% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 20% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
45		2,6-Dinitrotoluene	0.351	0.362	-3.1	136	0.00
46	S	Acenaphthylene-d8	2.000	2.034	-1.7	137	0.00
47		Acenaphthylene	2.058	2.097	-1.9	137	0.00
48		3-Nitroaniline	0.359	0.372	-3.6	131	0.00
49	C	Acenaphthene	1.339	1.359	-1.5	137	0.00
50		2,4-Dinitrophenol	0.238	0.202	15.1	124	0.00
51	S	4-Nitrophenol-d4	0.326	0.302	7.4	124	0.00
52		4-Nitrophenol	0.347	0.322	7.2	124	0.00
53		Dibenzofuran	2.004	2.029	-1.2	136	0.00
54		2,4-Dinitrotoluene	0.538	0.555	-3.2	137	0.00
55		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.504	0.506	-0.4	134	0.00
56		Diethylphthalate	1.793	1.746	2.6	130	0.00
57	S	Fluorene-d10	1.492	1.485	0.5	133	0.00
58		Fluorene	1.650	1.655	-0.3	135	0.00
59		4-Chlorophenyl-phenylether	0.863	0.851	1.4	133	0.00
60		4-Nitroaniline	0.407	0.400	1.7	126	0.00
61	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	136	0.00
62	S	4,6-Dinitro-2-methylphenol-	0.126	0.124	1.6	133	0.00
63		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.134	0.132	1.5	132	0.00
64		N-Nitrosodiphenylamine	0.558	0.571	-2.3	133	0.00
65		4-Bromophenyl-phenylether	0.226	0.234	-3.5	135	0.00
66		Hexachlorobenzene	0.253	0.256	-1.2	134	0.00
67		Atrazine	0.236	0.240	-1.7	127	0.00
68	C	Pentachlorophenol	0.163	0.155	4.9	127	0.00
69		Phenanthrene	1.074	1.086	-1.1	132	0.00
70	S	Anthracene-d10	0.934	0.954	-2.1	134	0.00
71		Anthracene	1.108	1.137	-2.6	134	0.00
72		Carbazole	0.963	1.008	-4.7	131	0.00
73		Di-n-butylphthalate	1.212	1.200	1.0	129	0.00
74	C	Fluoranthene	1.347	1.438	-6.8	132	0.00
75	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	123	0.00
76	S	Pyrene-d10	0.836	0.923	-10.4	131	0.00
77		Pyrene	1.073	1.177	-9.7	129	0.00
78		Butylbenzylphthalate	0.446	0.484	-8.5	129	0.00
79		3,3'-Dichlorobenzidine	0.397	0.392	1.3	106	0.00
80		Benzo(a)anthracene	1.179	1.209	-2.5	122	0.00
81		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.648	0.678	-4.6	123	0.00
82		Chrysene	1.068	1.110	-3.9	122	0.00
83	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	105	0.00
84		Di-n-octyl phthalate	0.996	1.313	-31.8#	124	0.00
85		Benzo(b)fluoranthene	1.183	1.256	-6.2	105	0.00
86		Benzo(k)fluoranthene	1.093	1.201	-9.9	112	0.00
87	S	Benzo(a)pyrene-d12	0.921	0.936	-1.6	104	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM090716\
Data File : BM007433.D
Acq On : 07 Sep 2016 09:25
Operator : UM/SJ
Sample : SSTDCCC020
Misc :
ALS Vial : 3 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_M
LabSampleId : SSTD02047

Quant Time: Sep 07 13:40:32 2016
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_M\METHODS\SOM02.2-EPA-BM082316.M
Quant Title : SVOA CALIBRATION
QLast Update : Wed Sep 07 01:17:41 2016
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 20% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 20% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
88 C	Benzo(a)pyrene	1.132	1.156	-2.1	103	0.00
89	Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.389	1.179	15.1	86	0.00
90	Dibenzo(a,h)anthracene	1.155	0.994	13.9	86	0.00
91	Benzo(g,h,i)perylene	1.179	0.972	17.6	83	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0