Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_M\DATA\BM092016\
Data File : BM007491.D
Acq On : 20 Sep 2016 09:56
Operator : UM/SJ
Sample : SSTDCCC020
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_M
LabSampleId : SSTD02059

Quant Time: Sep 20 16:25:55 2016
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_M\METHODS\SOM02.2-EPA-BM082316.M
Quant Title : SVOA CALIBRATION
QLast Update : Tue Sep 20 01:35:12 2016
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 20% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 20% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	103	0.00
2		1,4-Dioxane	0.436	0.471	-8.0	113	0.00
3	S	1,4-Dioxane-d8	0.391	0.424	-8.4	113	0.00
4		Benzaldehyde	1.076	1.163	-8.1	98	0.00
5	S	Phenol-d5	1.889	1.810	4.2	99	0.00
6		Phenol	1.960	1.894	3.4	99	0.00
7	S	Bis-(2-Chloroethyl)ether-d8	0.993	1.007	-1.4	101	0.00
8		Bis(2-Chloroethyl)ether	1.365	1.376	-0.8	101	0.00
9	S	2-Chlorophenol-d4	1.396	1.371	1.8	101	0.00
10		2-Chlorophenol	1.430	1.434	-0.3	101	0.00
11		2-Methylphenol	1.532	1.461	4.6	98	0.00
12		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	1.536	1.554	-1.2	100	0.00
13	S	4-Methylphenol-d8	1.648	1.556	5.6	97	0.00
14		Acetophenone	2.527	2.475	2.1	97	0.00
15	P	N-Nitroso-di-n-propylamine	1.343	1.313	2.2	97	0.00
16		4-Methylphenol	1.718	1.646	4.2	97	0.00
17		Hexachloroethane	0.556	0.571	-2.7	104	0.00
18	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	99	0.00
19	S	Nitrobenzene-d5	0.147	0.148	-0.7	98	0.00
20		Nitrobenzene	0.377	0.385	-2.1	98	0.00
21		Isophorone	0.768	0.761	0.9	94	0.00
22	S	2-Nitrophenol-d4	0.171	0.172	-0.6	98	0.00
23	C	2-Nitrophenol	0.186	0.187	-0.5	95	0.00
24		2,4-Dimethylphenol	0.411	0.423	-2.9	99	0.00
25		Bis(2-Chloroethoxy)methane	0.433	0.433	0.0	96	0.00
26	S	2,4-Dichlorophenol-d3	0.341	0.340	0.3	96	0.00
27	C	2,4-Dichlorophenol	0.339	0.344	-1.5	97	0.00
28		Naphthalene	0.995	1.019	-2.4	98	0.00
29	S	4-Chloroaniline-d4	0.426	0.431	-1.2	93	0.00
30		4-Chloroaniline	0.438	0.441	-0.7	92	0.00
31	C	Hexachlorobutadiene	0.229	0.241	-5.2	101	0.00
32		Caprolactam	0.137	0.121	11.7	82	0.00
33	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.420	0.417	0.7	94	0.00
34		2-Methylnaphthalene	0.814	0.816	-0.2	96	0.00
35	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	95	0.00
36		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.666	0.704	-5.7	97	0.00
37		Hexachlorocyclopentadiene	0.402	0.340	15.4	81	0.00
38	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.471	0.460	2.3	89	0.00
39		2,4,5-Trichlorophenol	0.491	0.482	1.8	91	0.00
40		1,1'-Biphenyl	1.551	1.592	-2.6	94	0.00
41		2-Chloronaphthalene	1.216	1.234	-1.5	93	0.00
42		2-Nitroaniline	0.397	0.405	-2.0	93	0.00
43	S	Dimethylphthalate-d6	1.725	1.709	0.9	92	0.00
44		Dimethylphthalate	1.719	1.695	1.4	90	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_M\DATA\BM092016\
Data File : BM007491.D
Acq On : 20 Sep 2016 09:56
Operator : UM/SJ
Sample : SSTDCCC020
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_M
LabSampleId : SSTD02059

Quant Time: Sep 20 16:25:55 2016
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_M\METHODS\SOM02.2-EPA-BM082316.M
Quant Title : SVOA CALIBRATION
QLast Update : Tue Sep 20 01:35:12 2016
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 20% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 20% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
45		2,6-Dinitrotoluene	0.351	0.347	1.1	89	0.00
46	S	Acenaphthylene-d8	2.000	2.001	-0.0	92	0.00
47		Acenaphthylene	2.058	2.099	-2.0	93	0.00
48		3-Nitroaniline	0.359	0.347	3.3	84	0.00
49	C	Acenaphthene	1.339	1.366	-2.0	94	0.00
50		2,4-Dinitrophenol	0.238	0.205	13.9	86	0.00
51	S	4-Nitrophenol-d4	0.326	0.294	9.8	82	0.00
52		4-Nitrophenol	0.347	0.322	7.2	85	0.00
53		Dibenzofuran	2.004	2.012	-0.4	92	0.00
54		2,4-Dinitrotoluene	0.538	0.525	2.4	89	0.00
55		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.504	0.497	1.4	90	0.00
56		Diethylphthalate	1.793	1.740	3.0	89	0.00
57	S	Fluorene-d10	1.492	1.495	-0.2	91	0.00
58		Fluorene	1.650	1.668	-1.1	93	0.00
59		4-Chlorophenyl-phenylether	0.863	0.866	-0.3	92	0.00
60		4-Nitroaniline	0.407	0.380	6.6	82	0.00
61	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	91	0.00
62	S	4,6-Dinitro-2-methylphenol-	0.126	0.122	3.2	88	0.00
63		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.134	0.136	-1.5	91	0.00
64		N-Nitrosodiphenylamine	0.558	0.583	-4.5	91	0.00
65		4-Bromophenyl-phenylether	0.226	0.234	-3.5	90	0.00
66		Hexachlorobenzene	0.253	0.255	-0.8	89	0.00
67		Atrazine	0.236	0.242	-2.5	85	0.00
68	C	Pentachlorophenol	0.163	0.155	4.9	84	0.00
69		Phenanthrene	1.074	1.110	-3.4	90	0.00
70	S	Anthracene-d10	0.934	0.961	-2.9	90	0.00
71		Anthracene	1.108	1.154	-4.2	90	0.00
72		Carbazole	0.963	1.021	-6.0	88	0.00
73		Di-n-butylphthalate	1.212	1.202	0.8	86	0.00
74	C	Fluoranthene	1.347	1.464	-8.7	89	0.00
75	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	91	0.00
76	S	Pyrene-d10	0.836	0.846	-1.2	90	0.00
77		Pyrene	1.073	1.094	-2.0	90	0.00
78		Butylbenzylphthalate	0.446	0.434	2.7	86	0.00
79		3,3'-Dichlorobenzidine	0.397	0.421	-6.0	84	0.00
80		Benzo(a)anthracene	1.179	1.196	-1.4	90	0.00
81		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.648	0.642	0.9	87	0.00
82		Chrysene	1.068	1.089	-2.0	89	0.00
83	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	88	0.00
84		Di-n-octyl phthalate	0.996	1.086	-9.0	86	0.00
85		Benzo(b)fluoranthene	1.183	1.193	-0.8	84	0.00
86		Benzo(k)fluoranthene	1.093	1.150	-5.2	90	0.00
87	S	Benzo(a)pyrene-d12	0.921	0.931	-1.1	87	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_M\DATA\BM092016\
Data File : BM007491.D
Acq On : 20 Sep 2016 09:56
Operator : UM/SJ
Sample : SSTDCCC020
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_M
LabSampleId : SSTD02059

Quant Time: Sep 20 16:25:55 2016
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_M\METHODS\SOM02.2-EPA-BM082316.M
Quant Title : SVOA CALIBRATION
QLast Update : Tue Sep 20 01:35:12 2016
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 20% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 20% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
88 C	Benzo(a)pyrene	1.132	1.162	-2.7	87	0.00
89	Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.389	1.328	4.4	81	0.00
90	Dibenzo(a,h)anthracene	1.155	1.096	5.1	80	0.00
91	Benzo(g,h,i)perylene	1.179	1.112	5.7	80	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0