Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_M\DATA\BM092816\
Data File : BM007619.D
Acq On : 29 Sep 2016 01:30
Operator : UM/SJ
Sample : SSTDCCC020EC
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_M
LabSampleId : SSTD02060

Quant Time: Sep 29 02:01:29 2016
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_M\METHODS\SOM02.2-EPA-BM092316.M
Quant Title : SVOA CALIBRATION
QLast Update : Thu Sep 29 01:59:03 2016
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 20% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 20% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	133	0.00
2		1,4-Dioxane	0.427	0.453	-6.1	131	0.00
3	S	1,4-Dioxane-d8	0.407	0.427	-4.9	132	0.00
4		Benzaldehyde	1.191	1.246	-4.6	134	0.00
5	S	Phenol-d5	1.775	1.773	0.1	136	0.00
6		Phenol	1.801	1.857	-3.1	138	0.00
7	S	Bis-(2-Chloroethyl)ether-d8	0.954	1.014	-6.3	137	0.00
8		Bis(2-Chloroethyl)ether	1.290	1.366	-5.9	137	0.00
9	S	2-Chlorophenol-d4	1.289	1.343	-4.2	133	0.00
10		2-Chlorophenol	1.293	1.354	-4.7	133	0.00
11		2-Methylphenol	1.388	1.425	-2.7	138	0.00
12		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	1.403	1.535	-9.4	138	0.00
13	S	4-Methylphenol-d8	1.515	1.530	-1.0	135	0.00
14		Acetophenone	2.308	2.443	-5.8	136	0.00
15	P	N-Nitroso-di-n-propylamine	1.172	1.261	-7.6	135	0.00
16		4-Methylphenol	1.554	1.630	-4.9	137	0.00
17		Hexachloroethane	0.529	0.552	-4.3	136	0.00
18	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	134	0.00
19	S	Nitrobenzene-d5	0.143	0.150	-4.9	137	0.00
20		Nitrobenzene	0.366	0.381	-4.1	135	0.00
21		Isophorone	0.701	0.745	-6.3	138	0.00
22	S	2-Nitrophenol-d4	0.162	0.169	-4.3	137	0.00
23	C	2-Nitrophenol	0.169	0.179	-5.9	135	0.00
24		2,4-Dimethylphenol	0.391	0.403	-3.1	133	0.00
25		Bis(2-Chloroethoxy)methane	0.400	0.426	-6.5	139	0.00
26	S	2,4-Dichlorophenol-d3	0.324	0.335	-3.4	134	0.00
27	C	2,4-Dichlorophenol	0.319	0.333	-4.4	135	0.00
28		Naphthalene	0.966	1.004	-3.9	137	0.00
29	S	4-Chloroaniline-d4	0.340	0.355	-4.4	139	0.00
30		4-Chloroaniline	0.356	0.360	-1.1	133	0.00
31	C	Hexachlorobutadiene	0.233	0.224	3.9	127	0.00
32		Caprolactam	0.117	0.120	-2.6	141	0.00
33	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.388	0.409	-5.4	137	0.00
34		2-Methylnaphthalene	0.758	0.794	-4.7	136	0.00
35	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	136	0.00
36		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.590	0.595	-0.8	135	0.00
37		Hexachlorocyclopentadiene	0.317	0.265	16.4	123	0.00
38	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.376	0.389	-3.5	135	0.00
39		2,4,5-Trichlorophenol	0.412	0.425	-3.2	132	0.00
40		1,1'-Biphenyl	1.328	1.381	-4.0	138	0.00
41		2-Chloronaphthalene	1.033	1.055	-2.1	135	0.00
42		2-Nitroaniline	0.318	0.343	-7.9	139	0.00
43	S	Dimethylphthalate-d6	1.455	1.482	-1.9	133	0.00
44		Dimethylphthalate	1.411	1.419	-0.6	133	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_M\DATA\BM092816\
Data File : BM007619.D
Acq On : 29 Sep 2016 01:30
Operator : UM/SJ
Sample : SSTDCCC020EC
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_M
LabSampleId : SSTD02060

Quant Time: Sep 29 02:01:29 2016
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_M\METHODS\SOM02.2-EPA-BM092316.M
Quant Title : SVOA CALIBRATION
QLast Update : Thu Sep 29 01:59:03 2016
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 20% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 20% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
45		2,6-Dinitrotoluene	0.280	0.293	-4.6	137	0.00
46	S	Acenaphthylene-d8	1.688	1.740	-3.1	135	0.00
47		Acenaphthylene	1.676	1.744	-4.1	136	0.00
48		3-Nitroaniline	0.284	0.284	0.0	132	0.00
49	C	Acenaphthene	1.152	1.175	-2.0	134	0.00
50		2,4-Dinitrophenol	0.187	0.153	18.2	122	0.00
51	S	4-Nitrophenol-d4	0.257	0.249	3.1	133	0.00
52		4-Nitrophenol	0.267	0.248	7.1	124	0.00
53		Dibenzofuran	1.700	1.749	-2.9	135	0.00
54		2,4-Dinitrotoluene	0.432	0.459	-6.3	137	0.00
55		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.407	0.417	-2.5	133	0.00
56		Diethylphthalate	1.440	1.462	-1.5	134	0.00
57	S	Fluorene-d10	1.276	1.317	-3.2	135	0.00
58		Fluorene	1.403	1.436	-2.4	134	0.00
59		4-Chlorophenyl-phenylether	0.738	0.744	-0.8	133	0.00
60		4-Nitroaniline	0.313	0.320	-2.2	137	0.00
61	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	135	0.00
62	S	4,6-Dinitro-2-methylphenol-	0.122	0.115	5.7	135	0.00
63		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.125	0.117	6.4	131	0.00
64		N-Nitrosodiphenylamine	0.540	0.563	-4.3	136	0.00
65		4-Bromophenyl-phenylether	0.218	0.222	-1.8	132	0.00
66		Hexachlorobenzene	0.246	0.247	-0.4	132	0.00
67		Atrazine	0.225	0.226	-0.4	133	0.00
68	C	Pentachlorophenol	0.154	0.149	3.2	136	0.00
69		Phenanthrene	1.059	1.086	-2.5	134	0.00
70	S	Anthracene-d10	0.919	0.949	-3.3	135	0.00
71		Anthracene	1.075	1.119	-4.1	136	0.00
72		Carbazole	0.956	1.011	-5.8	136	0.00
73		Di-n-butylphthalate	1.081	1.119	-3.5	133	0.00
74	C	Fluoranthene	1.336	1.394	-4.3	130	0.00
75	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	123	0.00
76	S	Pyrene-d10	0.794	0.871	-9.7	131	0.00
77		Pyrene	0.981	1.075	-9.6	131	0.00
78		Butylbenzylphthalate	0.377	0.415	-10.1	129	0.00
79		3,3'-Dichlorobenzidine	0.367	0.339	7.6	115	0.00
80		Benzo(a)anthracene	1.093	1.128	-3.2	123	0.00
81		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.543	0.598	-10.1	127	0.00
82		Chrysene	1.044	1.074	-2.9	123	0.00
83	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	109	0.00
84		Di-n-octyl phthalate	0.966	1.161	-20.2#	126	0.00
85		Benzo(b)fluoranthene	1.122	1.166	-3.9	107	0.00
86		Benzo(k)fluoranthene	1.079	1.176	-9.0	119	0.00
87	S	Benzo(a)pyrene-d12	0.885	0.918	-3.7	110	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_M\DATA\BM092816\
Data File : BM007619.D
Acq On : 29 Sep 2016 01:30
Operator : UM/SJ
Sample : SSTDCCC020EC
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_M
LabSampleId : SSTD02060

Quant Time: Sep 29 02:01:29 2016
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_M\METHODS\SOM02.2-EPA-BM092316.M
Quant Title : SVOA CALIBRATION
QLast Update : Thu Sep 29 01:59:03 2016
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 20% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 20% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
88 C	Benzo(a)pyrene	1.077	1.112	-3.2	108	0.00
89	Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.189	1.135	4.5	99	0.00
90	Dibenzo(a,h)anthracene	0.980	0.926	5.5	98	0.00
91	Benzo(g,h,i)perylene	0.998	0.944	5.4	99	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0