Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA M\DATA\BM100815\
Data File : BM002874.D
Acq On : 08 Oct 2015 21:34
Operator : UM/IZ
Sample : SSTDICV001
Misc :
ALS Vial : 10 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_M
ClientSampleId : ICVBM100815

Quant Time: Oct 09 07:00:11 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA M\METHODS\8270-SIM-BM100815.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Oct 09 06:47:52 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	105	0.00
2		1,4-Dioxane	0.499	0.429	14.0	97	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.389	0.365	6.2	96	0.00
4	S	2-Fluorophenol	1.069	0.973	9.0	97	0.02
5	S	Phenol-d6	1.321	1.173	11.2	96	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.303	1.167	10.4	97	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	105	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.251	0.233	7.2	99	0.01
9		Nitrobenzene	0.266	0.246	7.5	99	0.00
10		Naphthalene	1.110	1.012	8.8	99	0.00
11		Hexachlorobutadiene	0.176	0.161	8.5	99	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.738	0.675	8.5	98	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	105	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.166	0.143	13.9	97	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.514	1.428	5.7	99	0.00
16		Acenaphthylene	2.122	1.947	8.2	97	0.00
17		Acenaphthene	1.370	1.212	11.5	97	0.00
18		Fluorene	1.678	1.520	9.4	97	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	104	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.237	0.224	5.5	96	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.292	0.264	9.6	96	0.00
22		Pentachlorophenol	0.027	0.019	29.6#	84	0.00
23		Phenanthrene	1.463	1.333	8.9	97	0.00
24		Anthracene	1.237	1.097	11.3	96	0.00
25		Fluoranthene	1.621	1.401	13.6	96	0.00
26	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	99	0.00
27		Benzidine	0.688	0.607	11.8	99	0.00
28		Pyrene	1.349	1.331	1.3	96	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.667	0.643	3.6	97	0.00
30		Benzo(a)anthracene	1.435	1.255	12.5	93	0.00
31		3,3'-Dichlorobenzidine	0.551	0.494	10.3	92	0.00
32		Chrysene	1.344	1.300	3.3	96	-0.02
33		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.874	0.801	8.4	77	-0.02
34		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.611	1.442	10.5	91	0.00
35	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	99	0.00
36		Benzo(b)fluoranthene	1.431	1.297	9.4	88	0.00
37		Benzo(k)fluoranthene	1.382	1.303	5.7	100	0.00
38	C	Benzo(a)pyrene	1.316	1.192	9.4	93	0.00
39		Dibenzo(a,h)anthracene	1.282	1.138	11.2	91	0.00
40		Benzo(g,h,i)perylene	1.324	1.176	11.2	91	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA M\DATA\BM100815\
Data File : BM002874.D
Acq On : 08 Oct 2015 21:34
Operator : UM/IZ
Sample : SSTDICV001
Misc :
ALS Vial : 10 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_M
ClientSampleId : ICVBM100815

Quant Time: Oct 09 07:00:11 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA M\METHODS\8270-SIM-BM100815.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Oct 09 06:47:52 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0