Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM100915\
Data File : BM002880.D
Acq On : 09 Oct 2015 10:03
Operator : UM/IZ
Sample : SSTDCCC001
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_M
LabSampleId : SSTDCCC001

Quant Time: Oct 10 04:51:04 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_M\METHODS\8270-SIM-BM100815.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Oct 09 06:47:52 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	5.000	5.000	0.0	127	-0.02
2		1,4-Dioxane	1.000	0.982	1.8	121	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	1.000	0.945	5.5	116	0.00
4	S	2-Fluorophenol	1.000	0.918	8.2	118	0.00
5	S	Phenol-d6	1.000	0.901	9.9	118	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.000	0.879	12.1	115	0.00
7	I	Naphthalene-d8	5.000	5.000	0.0	124	-0.02
8	S	Nitrobenzene-d5	1.000	0.943	5.7	119	0.00
9		Nitrobenzene	1.000	0.942	5.8	120	-0.01
10		Naphthalene	1.000	0.973	2.7	124	-0.02
11		Hexachlorobutadiene	1.000	0.993	0.7	127	0.00
12		2-Methylnaphthalene	1.000	0.971	2.9	123	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	5.000	5.000	0.0	119	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	1.000	0.835	16.5	107	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.000	1.033	-3.3	124	-0.01
16		Acenaphthylene	1.000	0.959	4.1	115	0.00
17		Acenaphthene	1.000	0.980	2.0	122	-0.02
18		Fluorene	1.000	0.943	5.7	115	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	5.000	5.000	0.0	129	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	1.000	0.985	1.5	124	0.00
21		Hexachlorobenzene	1.000	0.863	13.7	113	0.00
22		Pentachlorophenol	1.000	0.874	12.6	101	0.00
23		Phenanthrene	1.000	0.879	12.1	116	0.00
24		Anthracene	1.000	0.828	17.2	111	0.00
25		Fluoranthene	1.000	0.840	16.0	115	0.00
26	I	Chrysene-d12	5.000	5.000	0.0	109	0.00
27		Benzidine	1.000	0.842	15.8	98	0.00
28		Pyrene	1.000	1.078	-7.8	115	0.00
29	S	Terphenyl-d14	1.000	1.067	-6.7	118	-0.02
30		Benzo(a)anthracene	1.000	0.960	4.0	112	0.00
31		3,3'-Dichlorobenzidine	1.000	0.855	14.5	97	0.00
32		Chrysene	1.000	1.019	-1.9	111	-0.02
33		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	1.000	0.946	5.4	87	-0.02
34		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.000	0.845	15.5	95	0.00
35	I	Perylene-d12	5.000	5.000	0.0	103	0.00
36		Benzo(b)fluoranthene	1.000	0.973	2.7	98	0.00
37		Benzo(k)fluoranthene	1.000	1.029	-2.9	113	0.00
38	C	Benzo(a)pyrene	1.000	0.949	5.1	101	0.00
39		Dibenzo(a,h)anthracene	1.000	0.891	10.9	95	0.00
40		Benzo(g,h,i)perylene	1.000	0.891	10.9	94	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM100915\
Data File : BM002880.D
Acq On : 09 Oct 2015 10:03
Operator : UM/IZ
Sample : SSTDCCC001
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_M
LabSampleId : SSTDCCC001

Quant Time: Oct 10 04:51:04 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_M\METHODS\8270-SIM-BM100815.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Oct 09 06:47:52 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area% Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0