Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA M\DATA\BM101515\
Data File : BM002917.D
Acq On : 15 Oct 2015 16:54
Operator : UM/IZ
Sample : SSTDCCC001
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_M
LabSampleId : SSTDCCC001

Quant Time: Oct 16 06:55:12 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA M\METHODS\8270-SIM-BM101515.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Oct 15 16:21:18 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	5.000	5.000	0.0	97	0.00
2		1,4-Dioxane	1.000	0.920	8.0	92	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	1.000	1.004	-0.4	95	-0.02
4	S	2-Fluorophenol	1.000	0.968	3.2	96	-0.02
5	S	Phenol-d6	1.000	0.983	1.7	94	-0.02
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.000	1.006	-0.6	96	-0.02
7	I	Naphthalene-d8	5.000	5.000	0.0	97	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	1.000	0.925	7.5	90	-0.02
9		Nitrobenzene	1.000	0.922	7.8	90	-0.02
10		Naphthalene	1.000	0.968	3.2	97	0.00
11		Hexachlorobutadiene	1.000	0.975	2.5	97	-0.01
12		2-Methylnaphthalene	1.000	0.968	3.2	96	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	5.000	5.000	0.0	92	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	1.000	0.864	13.6	85	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.000	1.015	-1.5	96	0.00
16		Acenaphthylene	1.000	0.954	4.6	90	0.00
17		Acenaphthene	1.000	0.977	2.3	95	0.00
18		Fluorene	1.000	0.998	0.2	94	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	5.000	5.000	0.0	103	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	1.000	1.037	-3.7	109	0.00
21		Hexachlorobenzene	1.000	1.061	-6.1	87	0.02
22		Pentachlorophenol	1.000	0.889	11.1	89	0.00
23		Phenanthrene	1.000	0.887	11.3	92	0.02
24		Anthracene	1.000	0.839	16.1	86	0.00
25		Fluoranthene	1.000	0.900	10.0	95	0.00
26	I	Chrysene-d12	5.000	5.000	0.0	90	0.00
27		Benzidine	1.000	0.845	15.5	86	0.00
28		Pyrene	1.000	1.030	-3.0	93	0.00
29	S	Terphenyl-d14	1.000	1.052	-5.2	96	0.00
30		Benzo(a)anthracene	1.000	0.934	6.6	81	0.00
31		3,3'-Dichlorobenzidine	1.000	0.862	13.8	81	0.00
32		Chrysene	1.000	1.014	-1.4	99	0.00
33		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	1.000	0.857	14.3	68	0.00
34		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.000	0.976	2.4	95	0.00
35	I	Perylene-d12	5.000	5.000	0.0	96	0.00
36		Benzo(b)fluoranthene	1.000	1.040	-4.0	99	0.00
37		Benzo(k)fluoranthene	1.000	0.909	9.1	90	0.00
38	C	Benzo(a)pyrene	1.000	0.943	5.7	92	0.00
39		Dibenzo(a,h)anthracene	1.000	0.962	3.8	96	0.00
40		Benzo(g,h,i)perylene	1.000	0.973	2.7	97	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA M\DATA\BM101515\
Data File : BM002917.D
Acq On : 15 Oct 2015 16:54
Operator : UM/IZ
Sample : SSTDCCC001
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_M
LabSampleId :
SSTDCCC001

Quant Time: Oct 16 06:55:12 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA M\METHODS\8270-SIM-BM101515.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Oct 15 16:21:18 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0