Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM110320\
Data File : BM027688.D
Acq On : 03 Nov 2020 14:11
Operator : JU/CG
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_M
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Nov 03 14:59:04 2020
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\8270-BM103020.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Oct 30 17:56:42 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	179#	0.00
2		1,4-Dioxane	0.544	0.509	6.4	176#	0.00
3		Pyridine	1.558	1.433	8.0	168#	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	0.966	0.965	0.1	190#	0.00
5	S	2-Fluorophenol	1.266	1.202	5.1	179#	0.00
6		Aniline	2.007	1.877	6.5	173#	0.00
7	S	Phenol-d6	1.779	1.694	4.8	179#	0.00
8		2-Chlorophenol	1.271	1.206	5.1	179#	0.00
9		Benzaldehyde	0.916	0.891	2.7	191#	0.00
10	C	Phenol	1.682	1.570	6.7	178#	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.291	1.250	3.2	183#	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	1.551	1.483	4.4	183#	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.559	1.497	4.0	183#	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	1.483	1.444	2.6	187#	0.00
15		Benzyl Alcohol	1.424	1.376	3.4	185#	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	2.065	2.038	1.3	189#	0.00
17		2-Methylphenol	1.131	1.074	5.0	181#	0.00
18		Hexachloroethane	0.617	0.629	-1.9	197#	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	1.164	1.132	2.7	187#	0.00
20		3+4-Methylphenols	1.504	1.424	5.3	179#	0.00
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	179#	0.00
22		Acetophenone	0.568	0.541	4.8	184#	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	0.438	0.448	-2.3	191#	0.00
24		Nitrobenzene	0.451	0.448	0.7	191#	0.00
25		Isophorone	0.761	0.728	4.3	184#	0.00
26	C	2-Nitrophenol	0.148	0.157	-6.1	196#	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	0.291	0.267	8.2	175#	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.458	0.448	2.2	188#	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.315	0.314	0.3	191#	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.384	0.378	1.6	191#	0.00
31		Naphthalene	1.057	1.015	4.0	185#	0.00
32		Benzoic acid	0.171	0.183	-7.0	209#	0.03
33		4-Chloroaniline	0.465	0.429	7.7	176#	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	0.249	0.258	-3.6	200#	0.00
35		Caprolactam	0.105	0.095	9.5	166#	0.02
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.366	0.349	4.6	178#	0.00
37		2-Methylnaphthalene	0.750	0.733	2.3	191#	0.00
38		1-Methylnaphthalene	0.711	0.695	2.3	188#	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	173#	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.632	0.651	-3.0	194#	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.344	0.388	-12.8	209#	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	0.239	0.248	-3.8	190#	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.411	0.430	-4.6	194#	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	0.440	0.439	0.2	187#	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	1.402	1.425	-1.6	192#	0.00
46		1,1'-Biphenyl	1.528	1.510	1.2	187#	0.00
47		2-Chloronaphthalene	1.266	1.249	1.3	185#	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM110320\
Data File : BM027688.D
Acq On : 03 Nov 2020 14:11
Operator : JU/CG
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_M
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Nov 03 14:59:04 2020
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\8270-BM103020.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Oct 30 17:56:42 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	0.426	0.466	-9.4	194#	0.00
49		Acenaphthylene	1.912	1.833	4.1	178#	0.00
50		Dimethylphthalate	1.602	1.558	2.7	183#	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	0.315	0.325	-3.2	187#	0.00
52	C	Acenaphthene	1.253	1.243	0.8	183#	0.00
53		3-Nitroaniline	0.357	0.349	2.2	174#	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	0.133	0.157	-18.0	212#	0.00
55		Dibenzofuran	1.865	1.789	4.1	182#	0.00
56	P	4-Nitrophenol	0.289	0.267	7.6	169#	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	0.427	0.443	-3.7	187#	0.00
58		Fluorene	1.528	1.486	2.7	181#	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.386	0.392	-1.6	184#	0.00
60		Diethylphthalate	1.633	1.632	0.1	187#	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	0.787	0.789	-0.3	193#	0.00
62		4-Nitroaniline	0.405	0.393	3.0	174#	0.00
63		Azobenzene	1.692	1.671	1.2	186#	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	167#	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.080	0.097	-21.3	208#	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.604	0.595	1.5	181#	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	0.214	0.219	-2.3	188#	0.00
68		Hexachlorobenzene	0.248	0.246	0.8	182#	0.00
69		Atrazine	0.204	0.208	-2.0	180#	0.00
70	C	Pentachlorophenol	0.134	0.143	-6.7	187#	0.00
71		Phenanthrene	1.129	1.099	2.7	175#	0.00
72		Anthracene	1.104	1.065	3.5	174#	0.00
73		Carbazole	1.049	0.984	6.2	167#	0.00
74		Di-n-butylphthalate	1.232	1.302	-5.7	191#	0.00
75	C	Fluoranthene	1.327	1.275	3.9	173#	0.00
76	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	159#	0.00
77		Benzidine	0.569	0.433	23.9	125	0.00
78		Pyrene	1.387	1.408	-1.5	172#	0.00
79	S	Terphenyl-d14	1.014	1.069	-5.4	181#	0.00
80		Butylbenzylphthalate	0.525	0.616	-17.3	194#	0.00
81		Benzo(a)anthracene	1.350	1.318	2.4	166#	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	0.463	0.455	1.7	163#	0.00
83		Chrysene	1.302	1.259	3.3	166#	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.767	0.897	-16.9	199#	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	1.295	1.458	-12.6	191#	0.00
86	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	141	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.462	1.404	4.0	148	0.01
88		Benzo(b)fluoranthene	1.364	1.327	2.7	153#	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	1.298	1.347	-3.8	158#	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	1.258	1.227	2.5	151#	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	1.196	1.157	3.3	150#	0.01
92		Benzo(g,h,i)perylene	1.170	1.134	3.1	149	0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM110320\
Data File : BM027688.D
Acq On : 03 Nov 2020 14:11
Operator : JU/CG
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_M
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Nov 03 14:59:04 2020
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\8270-BM103020.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Oct 30 17:56:42 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0