DFTPP

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_M\DATA\BM111416\
Data File : BM007845.D
Acq On : 14 Nov 2016 09:10
Operator : UM/SJ
Sample : DFTPP48
Misc :
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
DFTPP48

Integration File: LSCINT.P

Method : Z:\HPCHEM1\BNA_M\METHODS\SOM02.2-EPA-BM041416.M
Title : SVOA CALIBRATION
Last Update : Sat Apr 23 01:00:10 2016



AutoFind: Scans 2544, 2545, 2546; Background Corrected with Scan 2538

Target Mass	Rel. to Mass	Lower Limit%	Upper Limit%	Rel. Abn%	Raw Abn	Result Pass/Fail
51	198	10	80	31.6	53912	PASS
68	69	0.00	2	1.5	898	PASS
69	198	0.00	100	35.0	59658	PASS
70	69	0.00	2	0.2	112	PASS
127	198	10	80	41.9	71416	PASS
197	198	0.00	2	0.6	959	PASS
198	198	100	100	100.0	170581	PASS
199	198	5	9	6.4	10937	PASS
275	198	10	60	30.4	51786	PASS
365	198	1	100	4.3	7344	PASS
441	443	0.01	100	79.5	21853	PASS
442	198	50	100	84.2	143714	PASS
443	442	15	24	19.1	27490	PASS

Scan 2544 (17.551 min): BM007845.D
DFTPP48

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
DFTPP48

m/z	Abundance
38.10	550.0
39.10	3894.0
40.00	654.0
44.00	1051.0
49.00	610.0
50.10	16015.0
51.10	60136.0
52.10	3045.0
55.00	395.0
56.00	1734.0
57.00	3735.0
61.00	894.0
62.10	968.0
63.10	3132.0
64.10	378.0
65.10	1426.0
68.00	1147.0
69.00	63944.0
73.00	1642.0
74.10	7941.0
75.00	10859.0
76.00	3276.0
77.10	72280.0
78.10	5435.0
79.10	5991.0
80.00	3911.0
81.00	5735.0
82.10	926.0
83.00	1519.0
84.90	931.0
86.00	1674.0
87.00	960.0
91.00	1203.0
92.00	1419.0
93.00	9881.0
93.90	847.0
96.00	383.0
98.00	8128.0
99.00	5985.0
100.00	626.0
101.00	3057.0
102.00	324.0
103.00	886.0
104.10	1910.0
105.00	2072.0
106.10	515.0
107.00	24352.0
108.00	3862.0
109.10	760.0
110.00	40112.0
111.00	5808.0
111.90	853.0
113.10	441.0
116.10	956.0
117.00	21920.0
118.00	2154.0
119.90	319.0
122.00	1871.0
123.00	2223.0
124.00	818.0
125.10	728.0
127.00	73872.0
128.00	5666.0
129.00	30872.0
130.00	2706.0
130.90	653.0
133.90	955.0
135.00	2269.0
136.00	938.0
137.00	1424.0
140.10	357.0
141.00	4366.0
142.00	1318.0
143.00	1319.0
144.90	352.0
146.10	1017.0
147.00	2756.0
148.00	4949.0
149.00	1354.0
150.00	474.0
151.20	578.0
151.90	390.0
153.00	1242.0
153.90	1117.0
155.10	2653.0
156.00	2926.0
157.10	555.0
157.90	661.0
159.10	508.0
160.00	1602.0
161.00	2232.0

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
DFTPP48

161.90	609.0
165.00	1228.0
166.00	1074.0
167.00	8807.0
168.10	5906.0
169.00	971.0
170.00	511.0
171.00	357.0
172.00	1135.0
173.00	1014.0
174.00	1591.0
175.10	3873.0
176.00	1036.0
177.00	1591.0
177.90	743.0
179.00	6626.0
180.00	5219.0
181.00	1888.0
183.90	626.0
185.00	3231.0
186.00	23872.0
187.10	6763.0
188.10	783.0
189.00	2041.0
190.90	900.0
191.90	1923.0
193.00	2652.0
194.10	737.0
196.00	4673.0
197.10	1021.0
198.00	160320.0
199.00	10594.0
200.00	980.0
200.90	419.0
201.50	557.0
203.00	1099.0
204.00	5883.0
205.00	10812.0
206.10	44912.0
207.00	7801.0
208.00	2127.0
209.00	1052.0
210.30	697.0
211.00	1659.0
211.70	410.0
214.90	717.0
215.90	1187.0
217.00	11762.0
217.90	1618.0
221.10	7107.0
221.90	1445.0
223.00	2402.0
224.10	26192.0
225.00	6558.0
226.10	920.0
227.00	12891.0
228.00	1946.0
229.00	2292.0
231.00	1134.0
234.00	741.0
235.00	1069.0
236.00	533.0
237.00	1396.0
239.00	763.0
240.00	594.0
241.00	644.0
242.10	1298.0
243.00	1496.0
244.00	18040.0
245.00	2879.0
246.00	3978.0
247.00	1095.0
249.00	968.0
251.00	400.0
253.00	597.0
254.00	557.0
255.00	100296.0
256.00	15026.0
257.00	1789.0
258.10	7221.0
259.10	584.0
265.00	2584.0
265.90	418.0
273.00	2763.0
274.00	7986.0
275.00	45064.0
276.00	6417.0
277.00	3978.0
278.00	802.0
281.00	714.0
281.90	385.0
282.80	350.0
283.10	333.0
284.00	399.0
285.00	519.0

293.00	1136.0
294.10	326.0
296.00	13424.0
296.90	1645.0
301.90	398.0
303.10	1250.0
303.90	357.0
307.90	361.0
310.00	303.0
314.00	567.0
315.00	1690.0
316.00	1015.0
320.90	357.0
323.10	3969.0
324.10	601.0
327.00	856.0
328.00	415.0
332.90	407.0
334.00	2767.0
335.00	817.0
345.80	851.0
347.00	434.0
352.00	1402.0
353.00	737.0
354.10	1157.0
365.00	5673.0
365.90	580.0
371.00	492.0
372.00	1579.0
373.00	620.0
383.10	457.0
389.90	360.0
402.00	733.0
403.10	996.0
404.00	319.0
421.10	694.0
422.00	798.0
423.00	5787.0
424.00	2219.0
424.90	483.0
441.10	16119.0
442.10	100904.0
443.00	18880.0
444.10	1884.0

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
DFTPP48

Scan 2545 (17.556 min): BM007845.D
DFTPP48

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
DFTPP48

m/z	Abundance
38.10	953.0
39.10	3956.0
40.00	702.0
44.00	1364.0
49.10	771.0
50.00	15909.0
51.10	64200.0
52.10	2794.0
55.10	384.0
56.00	2326.0
57.00	4153.0
58.00	362.0
61.10	1036.0
62.10	1050.0
63.10	2370.0
63.90	320.0
65.00	1621.0
68.00	1549.0
69.00	73376.0
70.00	337.0
73.00	1407.0
74.10	7381.0
75.10	11306.0
76.10	3662.0
77.10	80824.0
78.10	5332.0
79.00	6353.0
80.00	3957.0
81.00	6072.0
82.10	1525.0
83.00	1146.0
85.10	1363.0
86.00	2248.0
87.00	712.0
90.90	1100.0
92.10	1790.0
93.00	10035.0
94.00	964.0
96.00	474.0
98.00	9016.0
99.00	7707.0
100.00	727.0
101.00	3280.0
103.10	920.0
104.00	2860.0
105.00	2288.0
105.90	676.0
107.00	27608.0
108.00	3433.0
109.10	952.0
110.00	45624.0
111.00	6999.0
112.00	922.0
116.10	1456.0
117.00	27096.0
118.00	2127.0
119.00	344.0
122.00	1614.0
123.10	2588.0
124.00	1205.0
125.00	1113.0
126.20	483.0
127.00	84120.0
128.00	6725.0
129.00	35200.0
130.00	2779.0
131.00	746.0
134.00	976.0
135.00	3264.0
136.00	1783.0
137.00	1765.0
139.90	701.0
141.10	5353.0
142.00	1720.0
142.90	1352.0
144.90	357.0
145.90	719.0
147.10	3059.0
148.00	6105.0
149.00	1349.0
150.10	367.0
151.10	575.0
151.70	313.0
152.10	309.0
153.00	1384.0
154.00	864.0
155.00	3439.0
156.00	4504.0
157.00	682.0
157.90	876.0
159.10	659.0

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
DFTPP48

159.90	1892.0
161.00	2280.0
162.10	728.0
165.00	2058.0
166.00	1202.0
167.10	11047.0
168.10	6878.0
169.10	1009.0
170.00	428.0
171.00	528.0
172.00	1086.0
173.00	1378.0
174.10	2010.0
175.10	5108.0
176.00	789.0
176.90	1971.0
178.20	554.0
179.00	7293.0
180.10	5965.0
181.00	3031.0
182.00	436.0
183.00	304.0
183.90	543.0
185.00	4085.0
186.00	30592.0
187.10	8394.0
188.00	1088.0
189.00	1845.0
189.90	343.0
191.00	1222.0
192.10	2119.0
193.00	2871.0
193.90	628.0
196.00	5731.0
196.80	932.0
197.10	974.0
198.00	205248.0
199.00	13188.0
200.10	861.0
201.60	649.0
203.00	1494.0
204.00	8635.0
205.10	13187.0
206.10	58168.0
207.10	9857.0
208.00	2879.0
209.00	1105.0
210.10	1060.0
211.00	2588.0
214.90	780.0
216.00	1204.0
217.00	16140.0
218.00	2202.0
221.10	8113.0
222.00	1778.0
223.00	3501.0
224.10	31888.0
225.00	9110.0
225.90	596.0
227.00	14793.0
228.00	1564.0
229.10	3196.0
230.00	391.0
231.00	1154.0
232.00	385.0
234.00	859.0
234.90	785.0
236.00	772.0
237.00	1617.0
238.00	306.0
239.00	554.0
239.90	470.0
241.00	1064.0
242.00	1998.0
243.10	1542.0
244.10	25752.0
245.10	3170.0
246.00	5821.0
247.00	1078.0
248.90	994.0
251.10	391.0
252.90	614.0
254.20	864.0
255.00	139456.0
256.00	21728.0
256.90	1729.0
258.00	8761.0
259.00	1779.0
259.90	320.0
265.00	3421.0
266.00	476.0
272.00	519.0
273.00	4323.0
274.00	10827.0
275.00	62608.0

276.10	8698.0
277.00	6097.0
277.90	979.0
281.10	655.0
282.10	406.0
283.20	561.0
284.00	487.0
285.00	1056.0
292.90	1453.0
294.00	588.0
294.90	357.0
296.00	19752.0
297.00	3039.0
301.00	355.0
303.10	2288.0
304.00	533.0
313.90	850.0
314.90	1952.0
316.00	1311.0
321.00	703.0
321.90	401.0
323.00	6264.0
324.00	1269.0
327.00	1184.0
328.00	519.0
332.00	379.0
333.00	390.0
334.00	4049.0
335.10	965.0
340.90	745.0
342.00	301.0
345.90	1355.0
352.10	1624.0
353.20	1126.0
354.10	1836.0
355.00	487.0
365.00	8514.0
365.90	1154.0
370.90	517.0
372.10	3134.0
373.00	816.0
382.90	1013.0
390.00	311.0
392.00	317.0
402.10	1244.0
403.00	2014.0
404.00	699.0
420.90	1143.0
422.00	1690.0
423.10	9858.0
424.00	3140.0
441.10	25760.0
442.10	172352.0
443.10	33152.0
444.00	3036.0

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
DFTPP48

Scan 2546 (17.562 min): BM007845.D
DFTPP48

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
DFTPP48

m/z	Abundance
38.00	503.0
39.10	2230.0
40.00	430.0
44.00	1015.0
49.00	579.0
50.10	10329.0
51.10	37400.0
52.00	1905.0
55.10	317.0
56.00	991.0
57.00	2567.0
60.90	697.0
62.00	514.0
63.10	1790.0
64.90	863.0
68.20	775.0
69.00	41656.0
73.10	1599.0
74.10	5075.0
75.00	7090.0
76.10	2700.0
77.10	49784.0
78.10	3203.0
79.00	3512.0
80.00	2607.0
81.00	4372.0
82.00	1224.0
83.00	677.0
83.70	328.0
85.00	532.0
86.00	938.0
87.10	699.0
91.00	790.0
92.10	1019.0
93.10	6700.0
94.00	635.0
96.10	562.0
98.00	4910.0
99.00	4945.0
99.90	540.0
101.00	2187.0
103.00	759.0
104.10	1294.0
105.00	1393.0
106.10	543.0
107.00	17288.0
108.00	2580.0
109.10	482.0
110.00	29968.0
111.00	5195.0
112.00	587.0
116.00	983.0
117.00	17056.0
118.10	1247.0
122.00	1592.0
123.00	1478.0
124.00	603.0
125.00	784.0
127.00	56256.0
128.00	4172.0
129.00	23688.0
130.00	2046.0
134.00	532.0
135.00	2125.0
136.00	752.0
136.90	1082.0
141.00	3982.0
142.00	962.0
143.00	629.0
144.90	310.0
145.80	539.0
147.00	2145.0
148.00	4269.0
149.10	1112.0
150.80	304.0
151.30	401.0
153.00	1131.0
153.90	872.0
155.00	1991.0
156.10	2587.0
157.00	617.0
158.10	332.0
158.90	467.0
160.00	1176.0
161.00	2013.0
161.90	344.0
164.00	311.0
165.00	1137.0
165.90	853.0
167.00	7596.0
168.00	4769.0

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
DFTPP48

169.10	639.0
171.00	305.0
172.10	526.0
173.00	893.0
174.00	1913.0
175.00	2797.0
176.20	1016.0
177.00	1591.0
178.00	607.0
179.00	5413.0
180.00	3989.0
180.90	1406.0
183.80	490.0
185.00	3266.0
186.00	20696.0
187.10	6106.0
188.10	630.0
189.00	1642.0
191.00	787.0
192.00	1879.0
193.00	2442.0
194.00	400.0
196.00	4017.0
197.10	883.0
198.00	146176.0
199.00	9029.0
199.90	583.0
201.50	641.0
203.00	1385.0
204.10	5526.0
205.00	9675.0
206.10	41648.0
207.10	7191.0
208.00	1793.0
209.00	862.0
210.00	602.0
211.00	1485.0
211.80	422.0
215.00	671.0
215.90	910.0
217.00	11017.0
218.00	1686.0
221.00	5150.0
221.90	1944.0
223.00	2692.0
224.10	23760.0
225.10	6468.0
226.10	964.0
227.00	11895.0
228.00	1608.0
229.00	2269.0
231.00	1101.0
233.90	848.0
235.00	776.0
236.00	552.0
237.00	948.0
238.90	417.0
240.00	669.0
241.00	630.0
242.00	1166.0
243.00	1183.0
244.10	18520.0
245.10	2172.0
246.00	4532.0
247.00	958.0
248.90	708.0
254.10	1025.0
255.00	106688.0
256.00	15129.0
257.10	1435.0
258.00	7482.0
259.10	989.0
265.00	2876.0
266.00	346.0
272.00	379.0
273.00	3633.0
274.00	9901.0
275.00	47688.0
276.00	6783.0
277.00	5074.0
278.00	864.0
281.00	742.0
283.00	945.0
284.00	466.0
285.00	850.0
293.00	1008.0
296.00	16132.0
297.00	2030.0
302.00	334.0
303.00	1343.0
304.10	511.0
307.90	382.0
314.00	864.0
315.00	1661.0
316.00	1083.0

321.00	525.0
323.10	4817.0
324.10	654.0
327.00	960.0
327.90	633.0
332.00	560.0
332.90	402.0
334.00	3491.0
335.00	692.0
341.00	684.0
346.00	1425.0
352.00	1568.0
353.10	964.0
354.00	1028.0
355.10	439.0
365.00	7847.0
365.90	1135.0
371.10	435.0
372.10	2472.0
372.90	581.0
383.00	785.0
390.10	321.0
402.00	1150.0
403.00	1534.0
404.00	754.0
421.10	1208.0
422.00	960.0
423.00	9710.0
424.00	1996.0
425.00	384.0
441.10	23680.0
442.10	157888.0
443.00	30440.0
444.00	3089.0

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
DFTPP48

Scan 2538 (17.515 min): BM007845.D
DFTPP48

m/z	Abundance
40.00	550.0
44.00	1141.0
73.00	914.0
191.00	387.0
207.00	1757.0
207.90	332.0
281.10	550.0

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
DFTPP48