Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA M\DATA\BM111615\
Data File : BM003139.D
Acq On : 16 Nov 2015 12:42
Operator : UM/IZ
Sample : SSTDCCC001
Misc :
ALS Vial : 12 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_M
LabSampleId : SSTDCCC001

Quant Time: Nov 17 13:49:52 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA M\METHODS\8270-SIM-BM110415.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Nov 17 12:50:51 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	106	0.00
2		1,4-Dioxane	0.510	0.443	13.1	99	-0.02
3		n-Nitrosodimethylamine	0.469	0.438	6.6	103	-0.02
4	S	2-Fluorophenol	1.058	0.936	11.5	98	-0.02
5	S	Phenol-d6	1.234	1.125	8.8	102	-0.02
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.183	1.152	2.6	106	-0.02
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	111	-0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.231	0.218	5.6	111	-0.02
9		Nitrobenzene	0.249	0.237	4.8	112	-0.02
10		Naphthalene	1.075	1.047	2.6	110	-0.01
11		Hexachlorobutadiene	0.166	0.162	2.4	109	-0.01
12		2-Methylnaphthalene	0.695	0.682	1.9	111	-0.02
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	106	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.129	0.125	3.1	104	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.576	1.637	-3.9	112	-0.02
16		Acenaphthylene	1.946	1.864	4.2	106	0.00
17		Acenaphthene	1.339	1.402	-4.7	121	-0.03
18		Fluorene	1.426	1.696	-18.9	124	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	105	-0.03
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.173	0.282	-63.0#	131	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.247	0.285	-15.4	99	0.00
22		Pentachlorophenol	0.076	0.083	-9.2	106	0.00
23		Phenanthrene	1.134	1.711	-50.9#	123	0.00
24		Anthracene	1.060	1.061	-0.1	105	0.00
25		Fluoranthene	1.127	1.292	-14.6	112	0.00
26	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	112	-0.01
27		Benzidine	0.454	0.390	14.1	100	0.00
28		Pyrene	1.452	1.388	4.4	110	-0.02
29	S	Terphenyl-d14	0.721	0.665	7.8	100	0.00
30		Benzo(a)anthracene	1.406	1.173	16.6	105	-0.01
31		3,3'-Dichlorobenzidine	0.367	0.292	20.4	90	-0.01
32		Chrysene	1.562	1.175	24.8	86	-0.01
33		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.562	0.329	41.5#	77	-0.01
34		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.385	1.106	20.1	89	-0.02
35	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	91	-0.01
36		Benzo(b)fluoranthene	1.707	1.387	18.7	84	-0.01
37		Benzo(k)fluoranthene	1.542	1.311	15.0	88	-0.01
38	C	Benzo(a)pyrene	1.283	1.154	10.1	90	-0.01
39		Dibenzo(a,h)anthracene	1.249	1.179	5.6	90	-0.01
40		Benzo(g,h,i)perylene	1.349	1.228	9.0	89	-0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA M\DATA\BM111615\
Data File : BM003139.D
Acq On : 16 Nov 2015 12:42
Operator : UM/IZ
Sample : SSTDCCC001
Misc :
ALS Vial : 12 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_M
LabSampleId :
SSTDCCC001

Quant Time: Nov 17 13:49:52 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA M\METHODS\8270-SIM-BM110415.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Nov 17 12:50:51 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0