Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA M\DATA\BM122316\
Data File : BM008584.D
Acq On : 23 Dec 2016 08:17
Operator : UM/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_M
LabSampleId :
SSTD0.461

Quant Time: Dec 23 15:08:36 2016
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA M\METHODS\SOM-EPA-SIM-BM121916.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Dec 23 15:01:35 2016
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 20% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 20% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	130	-0.03
2	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	137	-0.02
3		Naphthalene	1.125	1.109	1.4	138	-0.02
4	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.613	0.576	6.0	136	-0.02
5		2-Methylnaphthalene	0.757	0.690	8.9	130	-0.02
6	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	133	-0.02
7		Acenaphthylene	1.809	1.858	-2.7	142	-0.02
8	C	Acenaphthene	1.361	1.365	-0.3	137	0.00
9		Fluorene	1.553	1.451	6.6	126	-0.02
10	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	127	0.00
11		Pentachlorophenol	0.124	0.108	12.9	101	-0.02
12		Phenanthrene	1.221	1.203	1.5	126	0.00
13		Anthracene	1.186	1.229	-3.6	137	0.00
14	SURR	Fluoranthene-d10	1.101	1.109	-0.7	129	0.00
15	C	Fluoranthene	1.498	1.557	-3.9	135	-0.02
16	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	127	0.00
17		Pyrene	1.546	1.621	-4.9	135	0.00
18		Benzo(a)anthracene	1.313	1.306	0.5	133	-0.01
19		Chrysene	1.438	1.474	-2.5	128	0.00
20	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	129	0.00
21		Benzo(b)fluoranthene	1.576	1.328	15.7	111	-0.01
22		Benzo(k)fluoranthene	1.537	1.672	-8.8	139	-0.01
23	C	Benzo(a)pyrene	1.461	1.470	-0.6	131	-0.01
24		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.741	1.738	0.2	127	-0.01
25		Dibenzo(a,h)anthracene	1.391	1.377	1.0	126	-0.01
26		Benzo(g,h,i)perylene	1.493	1.515	-1.5	128	-0.02

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0