Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA M\DATA\BM122415\
Data File : BM003774.D
Acq On : 24 Dec 2015 12:39
Operator : UM/SJ
Sample : SSTDCCC001
Misc :
ALS Vial : 7 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_M
LabSampleId : SSTDCCC001

Quant Time: Dec 24 16:13:14 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA M\METHODS\8270-SIM-BM122415.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Dec 24 10:08:49 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	5.000	5.000	0.0	88	0.00
2		1,4-Dioxane	1.000	0.917	8.3	89	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	1.000	0.845	15.5	85	0.00
4	S	2-Fluorophenol	1.000	0.839	16.1	86	0.02
5	S	Phenol-d6	1.000	0.821	17.9	86	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.000	0.838	16.2	85	0.00
7	I	Naphthalene-d8	5.000	5.000	0.0	89	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	1.000	0.806	19.4	85	0.00
9		Nitrobenzene	1.000	0.800	20.0	84	0.00
10		Naphthalene	1.000	0.884	11.6	89	0.00
11		Hexachlorobutadiene	1.000	0.878	12.2	88	0.00
12		2-Methylnaphthalene	1.000	0.870	13.0	89	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	5.000	5.000	0.0	93	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	1.000	0.805	19.5	88	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.000	0.844	15.6	90	0.00
16		Acenaphthylene	1.000	0.791	20.9	89	0.00
17		Acenaphthene	1.000	0.888	11.2	89	0.00
18		Fluorene	1.000	0.842	15.8	91	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	5.000	5.000	0.0	96	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	1.000	1.197	-19.7	90	0.00
21		Hexachlorobenzene	1.000	1.224	-22.4	94	0.00
22		Pentachlorophenol	1.000	0.915	8.5	114	0.00
23		Phenanthrene	1.000	1.163	-16.3	96	0.00
24		Anthracene	1.000	0.900	10.0	93	0.00
25		Fluoranthene	1.000	0.972	2.8	98	0.00
26	I	Chrysene-d12	5.000	5.000	0.0	113	0.00
27		Benzidine	1.000	0.363	63.7#	27	0.00
28		Pyrene	1.000	0.815	18.5	101	0.00
29	S	Terphenyl-d14	1.000	0.842	15.8	103	0.00
30		Benzo(a)anthracene	1.000	0.806	19.4	110	0.00
31		3,3'-Dichlorobenzidine	1.000	0.827	17.3	92	0.00
32		Chrysene	1.000	0.920	8.0	108	0.00
33		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	1.000	0.861	13.9	108	0.00
34		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.000	1.035	-3.5	126	0.01
35	I	Perylene-d12	5.000	5.000	0.0	126	0.00
36		Benzo(b)fluoranthene	1.000	0.859	14.1	120	0.00
37		Benzo(k)fluoranthene	1.000	0.826	17.4	125	0.00
38	C	Benzo(a)pyrene	1.000	0.843	15.7	125	0.00
39		Dibenzo(a,h)anthracene	1.000	0.880	12.0	126	0.00
40		Benzo(g,h,i)perylene	1.000	0.876	12.4	124	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA M\DATA\BM122415\
Data File : BM003774.D
Acq On : 24 Dec 2015 12:39
Operator : UM/SJ
Sample : SSTDCCC001
Misc :
ALS Vial : 7 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_M
LabSampleId :
SSTDCCC001

Quant Time: Dec 24 16:13:14 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA M\METHODS\8270-SIM-BM122415.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Dec 24 10:08:49 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0