Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP010721\
Data File : BP004479.D
Acq On : 07 Jan 2021 14:13
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_P
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jan 07 14:53:26 2021
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_P\METHODS\8270E-BP121120.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Jan 07 14:50:44 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	59	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	38.041	4.9	55	0.00
3		Pyridine	40.000	34.318	14.2	48	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	34.020	14.9	47	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	76.005	5.0	53	0.00
6		Aniline	40.000	38.245	4.4	53	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	78.448	1.9	54	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	40.524	-1.3	56	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	34.638	13.4	55	0.00
10	C	Phenol	40.000	38.994	2.5	54	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	38.808	3.0	55	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	38.985	2.5	56	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	39.228	1.9	56	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	39.812	0.5	57	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	39.505	1.2	53	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	33.907	15.2	48	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	42.219	-5.5	57	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	40.038	-0.1	57	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	38.635	3.4	53	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	42.651	-6.6	57	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	62	0.00
22		Acetophenone	40.000	38.472	3.8	57	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	77.180	3.5	57	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	38.612	3.5	57	0.00
25		Isophorone	40.000	40.575	-1.4	58	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	41.710	-4.3	65	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	40.303	-0.8	58	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	38.174	4.6	57	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	44.274	-10.7	62	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	40.250	-0.6	60	0.00
31		Naphthalene	40.000	39.681	0.8	59	0.00
32		Benzoic acid	40.000	39.487	1.3	63	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	40.366	-0.9	58	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	41.125	-2.8	62	0.00
35		Caprolactam	40.000	43.510	-8.8	63	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	43.138	-7.8	61	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	40.406	-1.0	60	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	40.450	-1.1	60	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	65	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	40.057	-0.1	63	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	42.943	-7.4	66	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	86.016	-7.5	67	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	41.242	-3.1	65	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	41.389	-3.5	65	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	77.660	2.9	61	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	38.652	3.4	61	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	39.129	2.2	62	0.00

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP010721\
Data File : BP004479.D
Acq On : 07 Jan 2021 14:13
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_P
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jan 07 14:53:26 2021
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_P\METHODS\8270E-BP121120.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Jan 07 14:50:44 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	36.137	9.7	56	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	40.336	-0.8	63	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	40.361	-0.9	63	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	42.616	-6.5	64	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	38.488	3.8	61	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	42.086	-5.2	62	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	43.947	-9.9	75	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	39.740	0.6	63	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	43.475	-8.7	66	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	41.959	-4.9	66	0.00
58		Fluorene	40.000	39.592	1.0	62	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	43.626	-9.1	65	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	40.965	-2.4	63	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	40.874	-2.2	65	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	42.246	-5.6	62	0.00
63		Azobenzene	40.000	38.162	4.6	59	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	68	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	42.680	-6.7	73	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	38.784	3.0	63	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	41.206	-3.0	67	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	39.485	1.3	65	0.00
69		Atrazine	40.000	34.509	13.7	53	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	42.858	-7.1	69	0.00
71		Phenanthrene	40.000	38.931	2.7	64	0.00
72		Anthracene	40.000	40.117	-0.3	65	0.00
73		Carbazole	40.000	40.212	-0.5	64	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	42.284	-5.7	64	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	41.242	-3.1	66	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	69	0.00
77		Benzidine	40.000	29.452	26.4#	37	0.00
78		Pyrene	40.000	40.581	-1.5	66	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	80.412	-0.5	67	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	38.779	3.1	66	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	40.348	-0.9	66	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	37.213	7.0	62	0.00
83		Chrysene	40.000	40.510	-1.3	67	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	37.592	6.0	64	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	39.510	1.2	69	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	70	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	40.003	-0.0	66	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	40.275	-0.7	66	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	40.548	-1.4	69	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	41.732	-4.3	68	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	39.644	0.9	65	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	40.261	-0.7	66	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP010721\
Data File : BP004479.D
Acq On : 07 Jan 2021 14:13
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Jan 07 14:53:26 2021
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_P\METHODS\8270E-BP121120.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Jan 07 14:50:44 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0