Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP090222\
Data File : BP011615.D
Acq On : 02 Sep 2022 16:55
Operator : CG/JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
ClientSampleId :
ICVBP090222

Quant Time: Sep 03 04:22:51 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP090222.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Sat Sep 03 04:07:09 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	98	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	38.469	3.8	98	0.00
3		Pyridine	40.000	41.145	-2.9	99	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	38.811	3.0	96	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	79.069	1.2	98	0.00
6		Aniline	40.000	40.645	-1.6	100	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	80.507	-0.6	99	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	39.642	0.9	99	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	38.351	4.1	102	0.00
10	C	Phenol	40.000	40.144	-0.4	99	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	39.398	1.5	98	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	38.682	3.3	98	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	38.755	3.1	98	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	38.838	2.9	98	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	41.559	-3.9	101	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	38.617	3.5	96	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	40.584	-1.5	99	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	39.495	1.3	99	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	41.375	-3.4	99	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	41.646	-4.1	101	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	100	0.00
22		Acetophenone	40.000	38.854	2.9	100	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	80.533	-0.7	101	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	39.493	1.3	100	0.00
25		Isophorone	40.000	40.939	-2.3	101	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	38.866	2.8	107	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	40.811	-2.0	102	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	39.375	1.6	100	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	40.902	-2.3	101	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	38.449	3.9	100	0.00
31		Naphthalene	40.000	38.531	3.7	99	0.00
32		Benzoic acid	40.000	40.683	-1.7	109	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	39.889	0.3	101	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	38.479	3.8	100	0.00
35		Caprolactam	40.000	42.963	-7.4	105	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	41.713	-4.3	102	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	39.547	1.1	100	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	39.627	0.9	101	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	102	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	38.195	4.5	101	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	40.516	-1.3	102	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	85.246	-6.6	107	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	41.742	-4.4	104	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	40.661	-1.7	103	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	76.418	4.5	100	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	38.329	4.2	101	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	38.364	4.1	101	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP090222\
Data File : BP011615.D
Acq On : 02 Sep 2022 16:55
Operator : CG/JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
ClientSampleId :
ICVBP090222

Quant Time: Sep 03 04:22:51 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP090222.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Sat Sep 03 04:07:09 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	39.339	1.7	105	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	39.230	1.9	101	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	39.306	1.7	102	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	42.572	-6.4	105	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	39.252	1.9	102	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	42.829	-7.1	104	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	40.402	-1.0	109	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	38.712	3.2	102	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	42.487	-6.2	107	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	39.770	0.6	106	0.00
58		Fluorene	40.000	39.205	2.0	101	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	42.305	-5.8	106	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	40.020	-0.1	102	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	39.283	1.8	101	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	39.896	0.3	103	0.00
63		Azobenzene	40.000	40.152	-0.4	102	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	103	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	38.854	2.9	110	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	38.632	3.4	102	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	38.954	2.6	103	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	38.968	2.6	103	0.00
69		Atrazine	40.000	40.830	-2.1	104	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	41.531	-3.8	108	0.00
71		Phenanthrene	40.000	38.468	3.8	102	0.00
72		Anthracene	40.000	39.324	1.7	103	0.00
73		Carbazole	40.000	39.525	1.2	103	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	41.965	-4.9	104	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	39.688	0.8	102	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	102	0.00
77		Benzidine	40.000	46.739	-16.8	110	0.00
78		Pyrene	40.000	39.687	0.8	102	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	82.165	-2.7	102	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	39.320	1.7	104	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	39.464	1.3	102	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	43.414	-8.5	104	0.00
83		Chrysene	40.000	39.157	2.1	101	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	40.392	-1.0	103	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	41.978	-4.9	104	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	103	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	39.928	0.2	102	-0.01
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	40.352	-0.9	106	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	38.032	4.9	98	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	39.997	0.0	103	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	39.722	0.7	102	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	39.794	0.5	104	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP090222\
Data File : BP011615.D
Acq On : 02 Sep 2022 16:55
Operator : CG/JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
ClientSampleId :
ICVBP090222

Quant Time: Sep 03 04:22:51 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP090222.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Sat Sep 03 04:07:09 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0