Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA P\DATA\BP110719\
Data File : BP001005.D
Acq On : 07 Nov 2019 17:59
Operator : JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_P
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Nov 07 18:31:14 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA P\METHODS\8270-BP110619.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Nov 06 17:07:13 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	82	0.00
2		1,4-Dioxane	0.478	0.430	10.0	76	-0.01
3		Pyridine	1.263	1.181	6.5	77	-0.02
4		n-Nitrosodimethylamine	0.440	0.427	3.0	82	-0.02
5	S	2-Fluorophenol	1.099	1.058	3.7	81	0.00
6		Aniline	1.815	1.750	3.6	81	0.00
7	S	Phenol-d6	1.389	1.324	4.7	80	0.00
8		2-Chlorophenol	1.165	1.137	2.4	82	0.00
9		Benzaldehyde	0.969	0.929	4.1	79	0.00
10	C	Phenol	1.520	1.446	4.9	81	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.183	1.128	4.6	81	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	1.462	1.421	2.8	82	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.472	1.438	2.3	82	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	1.362	1.325	2.7	81	0.00
15		Benzyl Alcohol	1.059	1.052	0.7	83	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	1.236	1.155	6.6	79	0.00
17		2-Methylphenol	0.989	0.951	3.8	81	0.00
18		Hexachloroethane	0.541	0.535	1.1	83	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	0.834	0.783	6.1	80	0.00
20		3+4-Methylphenols	1.227	1.183	3.6	81	0.00
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	83	0.00
22		Acetophenone	0.517	0.486	6.0	80	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	0.362	0.356	1.7	84	0.00
24		Nitrobenzene	0.363	0.353	2.8	83	0.00
25		Isophorone	0.665	0.626	5.9	81	0.00
26	C	2-Nitrophenol	0.136	0.136	0.0	87	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	0.254	0.237	6.7	81	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.435	0.402	7.6	80	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.306	0.293	4.2	81	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.376	0.360	4.3	82	0.00
31		Naphthalene	0.999	0.945	5.4	80	0.00
32		Benzoic acid	0.137	0.138	-0.7	89	0.00
33		4-Chloroaniline	0.428	0.404	5.6	80	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	0.249	0.244	2.0	84	0.00
35		Caprolactam	0.097	0.091	6.2	80	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.318	0.310	2.5	84	0.00
37		2-Methylnaphthalene	0.699	0.665	4.9	81	0.00
38		1-Methylnaphthalene	0.661	0.620	6.2	80	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	84	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.666	0.645	3.2	83	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.334	0.325	2.7	84	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	0.239	0.238	0.4	85	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.402	0.396	1.5	85	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	0.429	0.430	-0.2	86	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA P\DATA\BP110719\
Data File : BP001005.D
Acq On : 07 Nov 2019 17:59
Operator : JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_P
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Nov 07 18:31:14 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA P\METHODS\8270-BP110619.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Nov 06 17:07:13 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
45	S	2-Fluorobiphenyl	1.328	1.302	2.0	83	0.00
46		1,1'-Biphenyl	1.495	1.462	2.2	83	0.00
47		2-Chloronaphthalene	1.204	1.162	3.5	82	0.00
48		2-Nitroaniline	0.315	0.320	-1.6	87	0.00
49		Acenaphthylene	1.830	1.796	1.9	83	0.00
50		Dimethylphthalate	1.479	1.448	2.1	84	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	0.308	0.307	0.3	85	0.00
52	C	Acenaphthene	1.095	1.043	4.7	81	0.00
53		3-Nitroaniline	0.336	0.329	2.1	84	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	0.076	0.080	-5.3	90	0.00
55		Dibenzofuran	1.710	1.672	2.2	83	0.00
56	P	4-Nitrophenol	0.234	0.233	0.4	86	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	0.387	0.399	-3.1	88	0.00
58		Fluorene	1.361	1.327	2.5	83	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.365	0.370	-1.4	85	0.00
60		Diethylphthalate	1.485	1.439	3.1	86	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	0.719	0.688	4.3	82	0.00
62		4-Nitroaniline	0.361	0.362	-0.3	85	0.00
63		Azobenzene	1.300	1.234	5.1	82	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	85	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.056	0.054	3.6	88	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.575	0.541	5.9	82	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	0.235	0.225	4.3	83	0.00
68		Hexachlorobenzene	0.273	0.264	3.3	85	0.00
69		Atrazine	0.209	0.200	4.3	84	0.00
70	C	Pentachlorophenol	0.121	0.124	-2.5	92	0.00
71		Phenanthrene	1.024	0.993	3.0	84	0.00
72		Anthracene	0.999	0.963	3.6	83	0.00
73		Carbazole	0.915	0.877	4.2	83	0.00
74		Di-n-butylphthalate	1.105	1.071	3.1	84	0.00
75	C	Fluoranthene	1.157	1.144	1.1	86	0.00
76	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	87	0.00
77		Benzidine	0.737	0.654	11.3	78	0.00
78		Pyrene	1.413	1.339	5.2	84	0.00
79	S	Terphenyl-d14	1.005	0.977	2.8	86	0.00
80		Butylbenzylphthalate	0.560	0.540	3.6	88	0.00
81		Benzo(a)anthracene	1.347	1.303	3.3	87	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	0.491	0.475	3.3	85	0.00
83		Chrysene	1.183	1.160	1.9	87	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.712	0.682	4.2	85	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	1.281	1.224	4.4	87	0.00
86		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.618	1.577	2.5	89	0.00
87	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	88	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA P\DATA\BP110719\
Data File : BP001005.D
Acq On : 07 Nov 2019 17:59
Operator : JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_P
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Nov 07 18:31:14 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA P\METHODS\8270-BP110619.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Nov 06 17:07:13 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
88	Benzo(b)fluoranthene	1.192	1.127	5.5	86	0.00
89	Benzo(k)fluoranthene	1.122	1.125	-0.3	88	0.00
90 C	Benzo(a)pyrene	1.096	1.055	3.7	86	0.00
91	Dibenzo(a,h)anthracene	1.119	1.089	2.7	87	0.00
92	Benzo(g,h,i)perylene	1.127	1.088	3.5	88	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0