Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA P\DATA\BP110819\
Data File : BP001012.D
Acq On : 08 Nov 2019 12:49
Operator : JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_P
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Nov 08 15:07:25 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA P\METHODS\8270-BP110619.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Nov 06 17:07:13 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	68	0.00
2		1,4-Dioxane	0.478	0.454	5.0	66	-0.02
3		Pyridine	1.263	1.239	1.9	67	-0.02
4		n-Nitrosodimethylamine	0.440	0.448	-1.8	71	-0.03
5	S	2-Fluorophenol	1.099	1.090	0.8	69	-0.01
6		Aniline	1.815	1.794	1.2	68	0.00
7	S	Phenol-d6	1.389	1.375	1.0	68	0.00
8		2-Chlorophenol	1.165	1.170	-0.4	70	0.00
9		Benzaldehyde	0.969	0.932	3.8	66	-0.01
10	C	Phenol	1.520	1.563	-2.8	73	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.183	1.132	4.3	67	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	1.462	1.436	1.8	69	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.472	1.451	1.4	69	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	1.362	1.361	0.1	69	0.00
15		Benzyl Alcohol	1.059	1.091	-3.0	71	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	1.236	1.124	9.1	64	-0.01
17		2-Methylphenol	0.989	0.970	1.9	69	0.00
18		Hexachloroethane	0.541	0.538	0.6	69	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	0.834	0.815	2.3	69	0.00
20		3+4-Methylphenols	1.227	1.241	-1.1	70	0.00
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	70	0.00
22		Acetophenone	0.517	0.507	1.9	70	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	0.362	0.364	-0.6	72	0.00
24		Nitrobenzene	0.363	0.355	2.2	70	0.00
25		Isophorone	0.665	0.632	5.0	69	0.00
26	C	2-Nitrophenol	0.136	0.137	-0.7	73	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	0.254	0.241	5.1	69	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.435	0.409	6.0	68	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.306	0.301	1.6	70	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.376	0.368	2.1	70	0.00
31		Naphthalene	0.999	0.976	2.3	70	0.00
32		Benzoic acid	0.137	0.139	-1.5	75	0.00
33		4-Chloroaniline	0.428	0.420	1.9	70	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	0.249	0.246	1.2	71	0.00
35		Caprolactam	0.097	0.095	2.1	71	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.318	0.319	-0.3	72	0.00
37		2-Methylnaphthalene	0.699	0.685	2.0	70	0.00
38		1-Methylnaphthalene	0.661	0.649	1.8	71	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	71	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.666	0.656	1.5	72	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.334	0.325	2.7	72	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	0.239	0.245	-2.5	75	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.402	0.391	2.7	71	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	0.429	0.425	0.9	72	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA P\DATA\BP110819\
Data File : BP001012.D
Acq On : 08 Nov 2019 12:49
Operator : JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_P
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Nov 08 15:07:25 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA P\METHODS\8270-BP110619.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Nov 06 17:07:13 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
45	S	2-Fluorobiphenyl	1.328	1.329	-0.1	72	0.00
46		1,1'-Biphenyl	1.495	1.464	2.1	71	0.00
47		2-Chloronaphthalene	1.204	1.169	2.9	70	0.00
48		2-Nitroaniline	0.315	0.323	-2.5	74	0.00
49		Acenaphthylene	1.830	1.800	1.6	71	0.00
50		Dimethylphthalate	1.479	1.452	1.8	72	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	0.308	0.309	-0.3	73	0.00
52	C	Acenaphthene	1.095	1.068	2.5	71	0.00
53		3-Nitroaniline	0.336	0.337	-0.3	74	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	0.076	0.082	-7.9	79	0.00
55		Dibenzofuran	1.710	1.696	0.8	72	0.00
56	P	4-Nitrophenol	0.234	0.238	-1.7	75	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	0.387	0.408	-5.4	76	0.00
58		Fluorene	1.361	1.350	0.8	72	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.365	0.361	1.1	71	0.00
60		Diethylphthalate	1.485	1.446	2.6	73	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	0.719	0.705	1.9	72	0.00
62		4-Nitroaniline	0.361	0.369	-2.2	74	0.00
63		Azobenzene	1.300	1.240	4.6	70	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	72	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.056	0.056	0.0	78	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.575	0.557	3.1	72	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	0.235	0.225	4.3	71	0.00
68		Hexachlorobenzene	0.273	0.267	2.2	74	0.00
69		Atrazine	0.209	0.201	3.8	72	0.00
70	C	Pentachlorophenol	0.121	0.124	-2.5	78	0.00
71		Phenanthrene	1.024	1.009	1.5	73	0.00
72		Anthracene	0.999	0.984	1.5	73	0.00
73		Carbazole	0.915	0.912	0.3	74	0.00
74		Di-n-butylphthalate	1.105	1.061	4.0	71	0.00
75	C	Fluoranthene	1.157	1.170	-1.1	75	0.00
76	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	78	0.00
77		Benzidine	0.737	0.572	22.4	61	0.00
78		Pyrene	1.413	1.340	5.2	76	0.00
79	S	Terphenyl-d14	1.005	0.980	2.5	78	0.00
80		Butylbenzylphthalate	0.560	0.519	7.3	76	0.00
81		Benzo(a)anthracene	1.347	1.320	2.0	79	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	0.491	0.474	3.5	76	0.00
83		Chrysene	1.183	1.197	-1.2	80	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.712	0.670	5.9	75	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	1.281	1.181	7.8	75	0.00
86		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.618	1.610	0.5	81	0.00
87	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	81	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA P\DATA\BP110819\
Data File : BP001012.D
Acq On : 08 Nov 2019 12:49
Operator : JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_P
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Nov 08 15:07:25 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA P\METHODS\8270-BP110619.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Nov 06 17:07:13 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
88	Benzo(b)fluoranthene	1.192	1.128	5.4	79	0.01
89	Benzo(k)fluoranthene	1.122	1.115	0.6	81	0.01
90 C	Benzo(a)pyrene	1.096	1.065	2.8	80	0.00
91	Dibenzo(a,h)anthracene	1.119	1.102	1.5	81	0.01
92	Benzo(g,h,i)perylene	1.127	1.092	3.1	81	0.01

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0