Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP111222\
Data File : BP012623.D
Acq On : 12 Nov 2022 15:36
Operator : CG/JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 11 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
ClientSampleId :
ICVBP111222

Quant Time: Nov 13 22:50:56 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP111222.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Sun Nov 13 22:44:57 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	70	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	38.731	3.2	69	0.00
3		Pyridine	40.000	40.445	-1.1	70	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	41.140	-2.9	71	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	81.870	-2.3	72	0.00
6		Aniline	40.000	41.038	-2.6	72	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	82.475	-3.1	72	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	40.166	-0.4	71	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	40.043	-0.1	75	0.00
10	C	Phenol	40.000	40.733	-1.8	72	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	39.377	1.6	70	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	39.923	0.2	72	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	40.214	-0.5	73	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	40.234	-0.6	73	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	42.667	-6.7	73	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	39.092	2.3	71	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	41.545	-3.9	73	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	40.956	-2.4	72	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	40.229	-0.6	72	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	41.484	-3.7	72	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	71	0.00
22		Acetophenone	40.000	40.243	-0.6	73	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	83.493	-4.4	73	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	41.050	-2.6	73	0.00
25		Isophorone	40.000	41.272	-3.2	72	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	43.179	-7.9	72	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	40.886	-2.2	72	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	39.987	0.0	71	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	42.179	-5.4	74	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	40.759	-1.9	74	0.00
31		Naphthalene	40.000	40.170	-0.4	74	0.00
32		Benzoic acid	40.000	40.778	-1.9	73	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	41.225	-3.1	74	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	41.699	-4.2	75	0.00
35		Caprolactam	40.000	43.718	-9.3	75	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	42.138	-5.3	74	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	40.207	-0.5	73	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	40.394	-1.0	74	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	74	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	40.736	-1.8	75	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	38.604	3.5	69	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	90.656	-13.3	82	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	42.029	-5.1	75	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	41.630	-4.1	75	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	77.605	3.0	77	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	39.914	0.2	75	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	39.978	0.1	75	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP111222\
Data File : BP012623.D
Acq On : 12 Nov 2022 15:36
Operator : CG/JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 11 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
ClientSampleId :
ICVBP111222

Quant Time: Nov 13 22:50:56 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP111222.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Sun Nov 13 22:44:57 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	43.227	-8.1	76	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	40.489	-1.2	76	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	40.455	-1.1	76	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	42.038	-5.1	76	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	40.024	-0.1	76	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	42.972	-7.4	77	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	39.360	1.6	75	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	39.790	0.5	78	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	42.619	-6.5	79	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	43.462	-8.7	80	0.00
58		Fluorene	40.000	39.782	0.5	79	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	42.733	-6.8	79	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	41.228	-3.1	78	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	39.903	0.2	79	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	41.626	-4.1	80	0.00
63		Azobenzene	40.000	40.965	-2.4	76	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	80	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	40.160	-0.4	78	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	39.552	1.1	79	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	40.720	-1.8	80	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	40.679	-1.7	81	0.00
69		Atrazine	40.000	41.512	-3.8	83	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	43.693	-9.2	82	0.00
71		Phenanthrene	40.000	39.529	1.2	82	0.00
72		Anthracene	40.000	40.186	-0.5	82	0.00
73		Carbazole	40.000	40.515	-1.3	84	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	41.861	-4.7	83	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	40.995	-2.5	89	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	105	0.00
77		Benzidine	40.000	47.480	-18.7	105	0.00
78		Pyrene	40.000	38.736	3.2	89	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	74.013	7.5	92	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	42.405	-6.0	99	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	40.118	-0.3	105	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	42.967	-7.4	113	0.00
83		Chrysene	40.000	39.731	0.7	105	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	43.007	-7.5	105	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	44.560	-11.4	119	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	130	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	40.688	-1.7	123	0.01
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	38.536	3.7	120	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	40.082	-0.2	131	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	40.590	-1.5	129	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	40.604	-1.5	123	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	40.704	-1.8	121	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP111222\
Data File : BP012623.D
Acq On : 12 Nov 2022 15:36
Operator : CG/JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 11 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
ClientSampleId :
ICVBP111222

Quant Time: Nov 13 22:50:56 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP111222.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Sun Nov 13 22:44:57 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0