Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP111621\
Data File : BP007992.D
Acq On : 16 Nov 2021 10:09
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Nov 16 12:49:27 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP111321.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Nov 15 05:36:49 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	89	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	36.459	8.9	89	0.00
3		Pyridine	40.000	38.015	5.0	91	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	40.780	-2.0	92	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	76.068	4.9	90	0.00
6		Aniline	40.000	40.208	-0.5	91	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	77.344	3.3	91	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	39.788	0.5	90	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	40.819	-2.0	88	0.00
10	C	Phenol	40.000	40.090	-0.2	90	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	37.772	5.6	89	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	39.781	0.5	90	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	39.637	0.9	90	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	38.167	4.6	90	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	41.569	-3.9	92	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	41.946	-4.9	91	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	40.382	-1.0	89	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	40.655	-1.6	90	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	39.071	2.3	91	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	40.829	-2.1	90	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	88	0.00
22		Acetophenone	40.000	41.460	-3.7	91	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	84.043	-5.1	91	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	41.865	-4.7	91	0.00
25		Isophorone	40.000	42.055	-5.1	90	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	42.749	-6.9	89	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	41.481	-3.7	89	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	40.999	-2.5	90	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	42.684	-6.7	91	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	40.694	-1.7	90	0.00
31		Naphthalene	40.000	39.914	0.2	88	0.00
32		Benzoic acid	40.000	42.302	-5.8	86	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	40.674	-1.7	89	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	40.645	-1.6	88	0.00
35		Caprolactam	40.000	39.168	2.1	83	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	39.977	0.1	87	-0.01
37		2-Methylnaphthalene	40.000	38.203	4.5	84	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	38.522	3.7	85	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	85	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	40.725	-1.8	87	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	41.502	-3.8	89	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	86.695	-8.4	94	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	40.857	-2.1	85	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	40.865	-2.2	87	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	78.796	1.5	87	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	38.947	2.6	85	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	39.410	1.5	86	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP111621\
Data File : BP007992.D
Acq On : 16 Nov 2021 10:09
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Nov 16 12:49:27 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP111321.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Nov 15 05:36:49 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	42.055	-5.1	87	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	40.243	-0.6	85	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	39.311	1.7	85	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	39.863	0.3	84	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	39.863	0.3	85	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	40.860	-2.1	84	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	43.600	-9.0	85	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	40.217	-0.5	91	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	41.340	-3.4	85	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	42.128	-5.3	89	0.00
58		Fluorene	40.000	39.281	1.8	93	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	42.178	-5.4	93	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	40.707	-1.8	90	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	40.644	-1.6	93	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	42.513	-6.3	91	0.00
63		Azobenzene	40.000	41.550	-3.9	91	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	90	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	44.553	-11.4	91	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	40.650	-1.6	91	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	41.310	-3.3	92	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	41.752	-4.4	93	0.00
69		Atrazine	40.000	41.275	-3.2	90	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	44.368	-10.9	93	0.00
71		Phenanthrene	40.000	39.861	0.3	91	0.00
72		Anthracene	40.000	40.916	-2.3	92	0.00
73		Carbazole	40.000	40.313	-0.8	90	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	41.437	-3.6	91	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	40.631	-1.6	92	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	93	0.00
77		Benzidine	40.000	41.581	-4.0	86	0.00
78		Pyrene	40.000	40.182	-0.5	93	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	80.544	-0.7	95	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	40.830	-2.1	91	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	40.198	-0.5	93	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	41.655	-4.1	92	0.00
83		Chrysene	40.000	39.951	0.1	93	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	41.326	-3.3	96	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	41.499	-3.7	92	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	93	-0.01
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	41.013	-2.5	94	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	40.875	-2.2	96	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	39.879	0.3	91	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	40.557	-1.4	93	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	41.137	-2.8	95	-0.01
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	40.900	-2.2	94	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP111621\
Data File : BP007992.D
Acq On : 16 Nov 2021 10:09
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Nov 16 12:49:27 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP111321.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Nov 15 05:36:49 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0