Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP111621\
Data File : BP007999.D
Acq On : 16 Nov 2021 15:29
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Nov 16 16:08:58 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP111321.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Nov 16 12:59:06 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	98	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	37.169	7.1	100	0.00
3		Pyridine	40.000	38.811	3.0	102	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	41.999	-5.0	104	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	76.453	4.4	100	0.00
6		Aniline	40.000	39.579	1.1	99	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	76.509	4.4	99	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	39.931	0.2	99	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	34.418	14.0	95	0.00
10	C	Phenol	40.000	39.659	0.9	98	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	37.657	5.9	98	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	39.229	1.9	97	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	39.362	1.6	98	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	37.919	5.2	98	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	40.726	-1.8	99	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	34.812	13.0	96	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	40.164	-0.4	98	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	37.664	5.8	92	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	35.078	12.3	90	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	37.131	7.2	90	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	90	0.00
22		Acetophenone	40.000	40.497	-1.2	90	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	83.754	-4.7	92	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	41.294	-3.2	91	0.00
25		Isophorone	40.000	40.622	-1.6	89	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	42.230	-5.6	90	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	40.472	-1.2	88	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	39.176	2.1	87	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	42.188	-5.5	91	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	41.426	-3.6	93	0.00
31		Naphthalene	40.000	40.220	-0.5	90	0.00
32		Benzoic acid	40.000	42.087	-5.2	87	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	40.354	-0.9	89	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	43.527	-8.8	96	0.00
35		Caprolactam	40.000	40.386	-1.0	86	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	40.733	-1.8	90	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	39.569	1.1	88	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	39.946	0.1	90	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	88	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	41.381	-3.5	91	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	45.273	-13.2	95	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	86.626	-8.3	97	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	41.582	-4.0	90	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	41.279	-3.2	90	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	79.894	0.1	91	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	39.641	0.9	89	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	40.077	-0.2	90	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP111621\
Data File : BP007999.D
Acq On : 16 Nov 2021 15:29
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Nov 16 16:08:58 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP111321.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Nov 16 12:59:06 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	41.958	-4.9	89	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	40.667	-1.7	88	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	39.211	2.0	87	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	39.845	0.4	86	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	40.383	-1.0	89	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	39.992	0.0	84	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	42.341	-5.9	85	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	40.443	-1.1	94	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	41.296	-3.2	87	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	41.993	-5.0	92	0.00
58		Fluorene	40.000	39.072	2.3	95	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	41.903	-4.8	95	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	40.413	-1.0	92	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	40.686	-1.7	95	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	41.660	-4.1	92	0.00
63		Azobenzene	40.000	40.938	-2.3	93	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	91	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	44.057	-10.1	91	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	41.233	-3.1	94	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	42.255	-5.6	95	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	42.622	-6.6	96	0.00
69		Atrazine	40.000	41.194	-3.0	91	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	45.055	-12.6	95	0.00
71		Phenanthrene	40.000	40.296	-0.7	92	0.00
72		Anthracene	40.000	40.809	-2.0	93	0.00
73		Carbazole	40.000	40.201	-0.5	91	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	41.579	-3.9	92	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	40.446	-1.1	92	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	95	0.00
77		Benzidine	40.000	36.666	8.3	77	0.00
78		Pyrene	40.000	39.024	2.4	92	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	79.944	0.1	96	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	40.569	-1.4	92	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	40.172	-0.4	95	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	42.036	-5.1	95	0.00
83		Chrysene	40.000	39.848	0.4	95	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	40.876	-2.2	97	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	41.169	-2.9	94	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	97	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	42.182	-5.5	101	0.01
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	39.352	1.6	97	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	40.422	-1.1	96	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	40.498	-1.2	97	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	42.374	-5.9	102	0.01
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	42.543	-6.4	102	0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP111621\
Data File : BP007999.D
Acq On : 16 Nov 2021 15:29
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Nov 16 16:08:58 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP111321.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Nov 16 12:59:06 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0