Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP121422\
Data File : BP013103.D
Acq On : 14 Dec 2022 13:44
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Dec 15 03:45:20 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP121322.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Dec 13 03:29:24 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	77	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	37.567	6.1	73	0.00
3		Pyridine	40.000	37.186	7.0	72	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	37.548	6.1	72	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	75.202	6.0	71	0.00
6		Aniline	40.000	36.379	9.1	68	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	73.279	8.4	69	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	36.815	8.0	70	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	34.497	13.8	69	0.00
10	C	Phenol	40.000	36.501	8.7	68	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	35.860	10.4	68	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	36.845	7.9	71	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	36.859	7.9	71	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	36.620	8.5	71	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	35.478	11.3	65	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	35.417	11.5	67	-0.01
17		2-Methylphenol	40.000	35.878	10.3	67	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	36.795	8.0	70	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	35.048	12.4	64	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	35.301	11.7	65	-0.01
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	73	0.00
22		Acetophenone	40.000	37.028	7.4	66	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	75.409	5.7	66	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	37.430	6.4	67	0.00
25		Isophorone	40.000	35.703	10.7	62	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	34.252	14.4	62	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	36.757	8.1	65	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	35.983	10.0	63	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	36.907	7.7	64	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	36.799	8.0	67	0.00
31		Naphthalene	40.000	36.540	8.7	66	0.00
32		Benzoic acid	40.000	32.583	18.5	60	-0.03
33		4-Chloroaniline	40.000	36.652	8.4	64	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	37.522	6.2	68	0.00
35		Caprolactam	40.000	34.084	14.8	63	-0.01
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	35.595	11.0	62	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	35.863	10.3	64	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	35.634	10.9	63	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	72	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	37.554	6.1	64	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	36.138	9.7	60	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	76.653	4.2	67	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	37.562	6.1	62	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	37.716	5.7	63	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	76.089	4.9	65	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	37.368	6.6	64	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	37.551	6.1	64	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP121422\
Data File : BP013103.D
Acq On : 14 Dec 2022 13:44
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Dec 15 03:45:20 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP121322.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Dec 13 03:29:24 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	36.283	9.3	64	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	38.114	4.7	64	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	37.162	7.1	65	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	38.088	4.8	64	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	37.310	6.7	64	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	36.573	8.6	66	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	34.928	12.7	64	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	37.313	6.7	66	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	38.645	3.4	69	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	36.471	8.8	66	0.00
58		Fluorene	40.000	38.288	4.3	67	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	38.156	4.6	66	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	37.696	5.8	67	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	37.702	5.7	66	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	38.708	3.2	72	0.00
63		Azobenzene	40.000	38.556	3.6	66	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	80	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	35.048	12.4	68	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	35.592	11.0	67	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	35.270	11.8	67	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	35.378	11.6	69	0.00
69		Atrazine	40.000	39.234	1.9	74	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	35.837	10.4	69	0.00
71		Phenanthrene	40.000	36.424	8.9	72	0.00
72		Anthracene	40.000	36.990	7.5	72	0.00
73		Carbazole	40.000	38.474	3.8	76	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	38.796	3.0	74	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	39.681	0.8	79	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	98	0.00
77		Benzidine	40.000	45.589	-14.0	100	0.00
78		Pyrene	40.000	34.738	13.2	81	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	72.407	9.5	83	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	35.182	12.0	83	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	37.803	5.5	86	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	41.284	-3.2	88	0.00
83		Chrysene	40.000	37.727	5.7	87	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	36.974	7.6	85	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	38.419	4.0	85	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	100	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	36.390	9.0	88	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	35.663	10.8	89	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	36.531	8.7	88	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	36.200	9.5	88	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	36.426	8.9	88	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	36.304	9.2	88	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP121422\
Data File : BP013103.D
Acq On : 14 Dec 2022 13:44
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Dec 15 03:45:20 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP121322.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Dec 13 03:29:24 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0