Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP123021\
Data File : BP008611.D
Acq On : 30 Dec 2021 15:39
Operator : CG/JU
Sample : M5244-21
Misc :
ALS Vial : 12 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
ClientSampleId :
CONC-9A

Quant Time: Dec 31 08:13:33 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP122821.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Dec 30 08:44:33 2021
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) 1,4-Dichlorobenzene-d4	7.893	152	530171	20.000	ng	0.00
21) Naphthalene-d8	10.698	136	1940115	20.000	ng	0.00
39) Acenaphthene-d10	14.522	164	1176678	20.000	ng	0.00
64) Phenanthrene-d10	17.269	188	2253726	20.000	ng	0.00
76) Chrysene-d12	21.351	240	2338321	20.000	ng	-0.01
86) Perylene-d12	23.774	264	3147573	20.000	ng	-0.01
System Monitoring Compounds						
5) 2-Fluorophenol	5.469	112	2054278	70.725	ng	0.00
7) Phenol-d6	7.063	99	3152565	77.977	ng	0.00
23) Nitrobenzene-d5	9.052	82	2023030	62.031	ng	0.00
42) 2,4,6-Tribromophenol	16.010	330	685003	43.028	ng	0.00
45) 2-Fluorobiphenyl	13.151	172	5601192	68.966	ng	0.00
79) Terphenyl-d14	19.827	244	7208339	62.942	ng	0.00
Target Compounds						Qvalue
9) Benzaldehyde	7.028	77	2490816	108.247	ng	99
10) Phenol	7.093	94	369551	9.054	ng	94
15) Benzyl Alcohol	8.222	79	44732421	1544.683	ng	96
80) Butylbenzylphthalate	20.504	149	124397	2.050	ng	95
84) Bis(2-ethylhexyl)phtha...	21.274	149	481095	5.249	ng	96

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP123021\
Data File : BP008611.D
Acq On : 30 Dec 2021 15:39
Operator : CG/JU
Sample : M5244-21
Misc :
ALS Vial : 12 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
ClientSampleId :
CONC-9A

Quant Time: Dec 31 08:13:33 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP122821.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Dec 30 08:44:33 2021
Response via : Initial Calibration