Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP080321\
Data File : BP006480.D
Acq On : 03 Aug 2021 16:25
Operator : CG/JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 10 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_P
ClientSampleId : ICVBP080321

Quant Time: Aug 03 17:02:06 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP080321.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Aug 03 15:41:30 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	114	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	39.676	0.8	115	0.00
3		Pyridine	40.000	39.596	1.0	108	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	39.598	1.0	109	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	80.539	-0.7	112	0.00
6		Aniline	40.000	40.120	-0.3	105	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	79.354	0.8	106	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	39.931	0.2	108	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	39.011	2.5	109	0.00
10	C	Phenol	40.000	39.678	0.8	106	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	39.659	0.9	107	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	39.647	0.9	110	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	39.872	0.3	111	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	39.499	1.3	108	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	40.245	-0.6	105	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	39.075	2.3	104	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	40.211	-0.5	106	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	39.024	2.4	109	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	40.050	-0.1	103	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	40.544	-1.4	105	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	108	0.00
22		Acetophenone	40.000	39.873	0.3	103	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	79.618	0.5	103	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	39.811	0.5	104	0.00
25		Isophorone	40.000	40.916	-2.3	103	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	41.994	-5.0	106	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	40.945	-2.4	105	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	40.062	-0.2	104	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	40.892	-2.2	103	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	39.757	0.6	106	0.00
31		Naphthalene	40.000	39.774	0.6	104	0.00
32		Benzoic acid	40.000	41.038	-2.6	106	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	40.479	-1.2	102	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	40.130	-0.3	108	0.00
35		Caprolactam	40.000	43.019	-7.5	101	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	40.796	-2.0	101	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	39.942	0.1	103	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	39.649	0.9	102	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	106	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	39.115	2.2	103	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	41.416	-3.5	107	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	82.918	-3.6	103	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	40.867	-2.2	103	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	40.588	-1.5	102	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	78.768	1.5	103	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	39.178	2.1	102	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	39.077	2.3	102	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP080321\
Data File : BP006480.D
Acq On : 03 Aug 2021 16:25
Operator : CG/JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 10 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_P
ClientSampleId : ICVBP080321

Quant Time: Aug 03 17:02:06 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP080321.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Aug 03 15:41:30 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	41.044	-2.6	100	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	40.006	-0.0	102	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	39.578	1.1	101	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	40.181	-0.5	99	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	39.410	1.5	101	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	41.083	-2.7	100	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	41.220	-3.0	104	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	39.200	2.0	101	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	41.467	-3.7	98	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	41.358	-3.4	100	0.00
58		Fluorene	40.000	39.727	0.7	101	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	40.961	-2.4	102	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	40.291	-0.7	102	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	39.234	1.9	101	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	41.354	-3.4	99	0.00
63		Azobenzene	40.000	40.057	-0.1	99	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	102	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	40.261	-0.7	99	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	40.156	-0.4	100	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	40.680	-1.7	103	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	40.006	-0.0	102	0.00
69		Atrazine	40.000	41.841	-4.6	101	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	42.334	-5.8	101	0.00
71		Phenanthrene	40.000	39.708	0.7	100	0.00
72		Anthracene	40.000	40.401	-1.0	100	0.00
73		Carbazole	40.000	40.404	-1.0	98	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	42.027	-5.1	103	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	40.619	-1.5	100	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	102	0.00
77		Benzidine	40.000	47.014	-17.5	103	0.00
78		Pyrene	40.000	39.999	0.0	99	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	79.500	0.6	101	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	42.409	-6.0	102	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	39.551	1.1	98	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	41.401	-3.5	101	0.00
83		Chrysene	40.000	39.710	0.7	99	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	42.017	-5.0	103	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	42.549	-6.4	103	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	103	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	40.201	-0.5	99	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	39.754	0.6	99	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	40.163	-0.4	99	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	40.507	-1.3	99	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	39.894	0.3	99	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	39.818	0.5	98	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP080321\
Data File : BP006480.D
Acq On : 03 Aug 2021 16:25
Operator : CG/JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 10 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
ClientSampleId :
ICVBP080321

Quant Time: Aug 03 17:02:06 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP080321.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Aug 03 15:41:30 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0